

Nº EXPEDIENTE: GCASU 2022-35

DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE REACTIVOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE DETERMINACIONES ANALÍTICAS EN EL SERVICIO DE INMUNOLOGÍA

En función de las competencias atribuidas a las mesas de contratación, en virtud del art. 326.2 de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE Y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se propone la exclusión del procedimiento de los siguientes licitadores:

RELACIÓN DE EXCLUIDOS DEL PROCEDIMIENTO

LOTES	LICITADOR	CIF	MOTIVO DE EXCLUSIÓN
8	DIAGNOSTICA LONGWOOD, S.L.	B50487164	<p>De acuerdo con la documentación técnica aportada, NO CUMPLE varias de las prescripciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> La técnica debería incluir lavados con el objetivo de que la lectura sea más robusta y estable en el tiempo en caso de que no se pueda adquirir inmediatamente. Información proporcionada por D.L., S.L.: El protocolo oficial proporcionado no incluye lavados tras la hibridación; y el extracto indica "No es necesario realizar lavados pre- ni post-hibridación". Posibilidad de posponer o repetir la lectura de la placa hasta 72 horas después del revelado de la misma manteniéndose estable la lectura, conservando la placa a 4oC protegida de la luz. Información proporcionada por D.L., S.L.: "Para obtener los mejores resultados, analice las muestras de inmediato... Las muestras pueden leerse hasta 30 minutos después de haberlas diluido". Además del control de calidad del fabricante, debe existir la posibilidad de crear controles de calidad específicos del propio laboratorio mediante un programa de interpretación que tenga la capacidad de hacer un seguimiento de cada una de las microesferas a lo largo de todas las sesiones realizadas. Información proporcionada por D.L., S.L.: "Estadísticas del comportamiento histórico de las sondas para cada lote de reactivos.". No indica que se pueda seguir el comportamiento de cada microesfera por cada sesión previa. Posibilidad por parte del software de análisis del visionado de otras pruebas realizadas al mismo paciente en la misma pantalla de análisis. Información proporcionada por D.L., S.L.: No se indica que cuente con esta característica.

LA PRESIDENTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **10564553212249554244**