

**RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITADORES CONSISTENTES EN ACLARACIONES A LO ESTABLECIDO EN LOS
PLIEGOS O RESTO DE DOCUMENTACIÓN**

**EXPEDIENTE: HUH PA SUM 2023/01: SUMINISTRO DE COBERTURA QUIRÚRGICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES, A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.**

De conformidad con la dispuesto en la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en relación con el artículo 138.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria con una antelación de al menos 12 días a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación, salvo que el pliego establezca otro plazo distinto. Esta información se facilitará, a más tardar, 6 días antes del fin del plazo de presentación de proposiciones.

Nº	CONSULTA	RESPUESTA
1	En el lote 1, 1.5, equipo de cesárea: en la descripción ponéis <u>batas quirúrgica de altas prestaciones</u> → esto hace referencia a material EPI (equipo de protección individual). Nuestras batas cumplen con la normativa EN13795 (superan todos los requisitos definidos en el Estándar Europeo EN 13795 para materiales de altas prestaciones), pero no son EPI. Son batas de alta protección.	Solo se requieren batas de altas prestaciones, NO se refiere que las batas quirúrgicas sean EPIs. Las altas prestaciones están definidas en la cláusula Tercera, en el apartado a.3.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas
2	En el lote 3, 3.3, indicáis sábana impermeable de 3 capas, pero en las características comunes a los lotes 1, 2 y 3, ponéis que las sábanas tendrán 2 capas con refuerzo como mínimo.	Se solicitan sábanas de 3 capas en U, de 2 capas con refuerzo en la zona de la U sí que podrían valer.