

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 8 de agosto del 2024 12:05.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de septiembre del 2024 00:06.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 6 de septiembre del 2024 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Pendiente de adjudicación

Número de expediente P.A. 2024-0-3.

Referencia C6130

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013768

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - o Servicio Madrileño de Salud
 - o Dirección General Asistencial
 - o Gerencia Asistencial de Hospitales
 - o Hospital Universitario La Paz
-

- Objeto del contrato

Suministro de implantes: prótesis de digestivo, así como el material e instrumental necesarios para su implantación.

- Tipo de contrato

Suministros

- Contrato mixto

No

- Código CPV

33184100-4

- Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

- Sujeto a regulación armonizada

Sí

- Sistema de contratación

No aplica

- Código NUTS

ES300

- Compra pública de innovación

No

- Financiación de la Unión Europea

No hay financiación de la Unión Europea

- Procedimiento de adjudicación

Abierto

- Tipo de tramitación

Ordinaria

- Método de presentación de ofertas

Electrónica

- Subasta electrónica

No

- Valor estimado sin impuestos

777.988,05 euros

- Presupuesto base licitación sin impuestos

185.235,25 euros

- Presupuesto base licitación. Importe total

203.931,50 euros

- Duración del contrato

12 meses

- Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

6 de septiembre del 2024 18:00

División en lotes

Número de lotes:

10

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote

1

Objeto del lote

-Prótesis plástica para drenaje biliar entre 7 y 11.5 fr de grosor (al menos 4 medidas) longitud entre 3 y 18 cm ambos inclusive (al menos 7 medidas). Alta visibilidad fluoroscópica. Atraumática, con punta perfilada. Prótesis rectas con aletas internas y externas y de doble pig-tail. Sin látex.

-Sistema de introducción de prótesis para drenaje biliar de polietileno adecuado para cada medida de la prótesis.

Nº del lote

2

Objeto del lote

-Prótesis plástica pancreática entre 3 y 10 fr de grosor (al menos 5 medidas) y longitudes entre 2 y 15 cm (al menos 12 medidas). Disponibles con y sin aletas internas de anclaje intrapancreáticas. Multiperforado distal, terminal y laterales. alta visibilidad fluoroscópica. Atraumática, con punta perfilada. formas recta y pig-tail duodenal. Sin látex. Estéril.

-Sistema de introducción de prótesis pancreática para distintos diámetros.

Nº del lote

3

Objeto del lote

-Set de drenaje nasobiliar compuesto por: catéter de drenaje nasobiliar plástico de diferentes medidas con marcas de posición endoscópicas y todos los tubos y conectores necesarios para su colocación.

Nº del lote

4

Objeto del lote

sistema de prótesis biliar autoexpansible de nitinol y platino de hilo único no recubierta, con al menos 4 marcas radiopacas y marcador endoscópico. alta visibilidad fluoroscópica. de 4 a 10 cm de longitud (al menos 3 medidas) y de 8 a 10 mm de diámetro de cuerpo. extremos atraumáticos. recapturable y reposicionable durante el despliegue. sistema de colocación a través del canal del endoscopio, no superior a 8,5 fr. para guía de 0,0035 pulgadas. estéril. compatible con rm (condicional). libre de látex

-sistema de prótesis biliar autoexpansible de nitinol y platino de hilo único. totalmente recubierta. recubrimiento de silicona/material de alta durabilidad, con al menos 4 marcas radiopacas y marcador endoscópico. alta visibilidad fluoroscópica. entre 4 y 10 cm de longitud (al menos 3 medidas) y de 8 a 10 mm de diámetro de cuerpo. extremos atraumáticos. recapturable y reposicionable durante el despliegue. sistema de colocación a través de canal del endoscopio, no superior a 9 fr. para guía de 0,0035 pulgadas. estéril. compatible con rm (condicional). libre de látex.

-Sistema de prótesis biliar autoexpansible de nitinol y platino de hilo único. Parcialmente recubierta. Recubrimiento de silicona/material de alta durabilidad, con al menos 4 marcas radiopacas y marcados endoscópico. Alta visibilidad fluoroscópica, entre 4 y 10 cm de longitud (al menos 3 medidas) y de 8 a 10 mm de diámetro de cuerpo. Extremos atraumáticos. Recapturable y reposicionable durante el despliegue. Sistema de colocación a través del canal del endoscopio, no superior a 9 fr. para guía de 0,0035 pulgadas. Estéril. compatible con rm (condicional). Libre de látex.

Nº del lote

5

Objeto del lote

-Prótesis biliar autoexpansible de nitinol, no recubierta, sin acortamiento. Sistema introductor de 6 fr o menos. Alta visibilidad fluoroscópica, con al menos 4 marcas radiopacas (4 en el extremos proximaly 4 en el extremo distal) de

4 a 12 cm de longitud (al menos 4 medidas) de 6 a 10 mm de diámetro para guía de 0,0035 pulgadas. Libre de látex. Compatible con rm (condicional).

Nº del lote

6

Objeto del lote

-Dispositivo de aposición luminal para drenaje por vía endoscópica/ecoendoscópica de colecciones pancreáticas o del tracto biliar compuesto por stent totalmente recubierto en forma de diábolo o similar, catéter para colocación a través del endoscopio y mecanismo de electrocauterización. Diferentes diámetros y longitudes del stent entre 6 y 20mm de diámetro. Estéril. Compatible con rm (condicional). Libre de latex.

Nº del lote

7

Objeto del lote

-Sistema de prótesis duodenal autoexpansible de nitinol, no recubierta, con al menos 3 marcas radiopacas y zona transparente, alta visibilidad fluoroscópica, entre 6 y 12 cm de longitud (al menos 3 medidas) diámetro de 22 mm de cuerpo con sistema de anclaje antimigratorio con copas de mayor diámetro y extremos atraumáticos. Con sistema de colocación a través del canal del endoscopio, no superior a 10 fr para canal de trabajo de 3,7 mm mínimo. Recapturable y reposicionable durante el despliegue. Para guía de 0,0035 pulgadas. Libre de látex. Compatible con rm (condicional).

Nº del lote

8

Objeto del lote

-sistema de prótesis esofágica autoexpansible de nitinol mallado de un solo hilo. totalmente recubierta. recubrimiento de silicona/material de alta durabilidad, con indicación en patología benigna, con al menos 4 marcas radiopacas y endoscópica. alta visibilidad fluoroscópica, entre 8 y 15 cm de longitud (al menos 3 medidas) y entre 18 y 13 mm de diámetro de cuerpo (al menos 2 medidas). con sistema antimigratorio con copas de mayor diámetro y extremos atraumáticos. recapturable durante el despliegue. hilo de sutura para facilitar retirada. sistema de liberación de 75-120 cm. para guía de 0,0035 pulgadas. libre de látex compatible con rm (condicional)
-Sistema de prótesis esofágica autoexpansible de nitinol mallado de un solo hilo. parcialmente recubierta con recubrimiento de silicona/material de alta durabilidad, con al menos 4 marcas radiopacas y una endoscópica. Alta visibilidad fluoroscópica, entre 8 a 15 cm de longitud (al menos 3 medidas) y de 20 mm aproximadamente de diámetro. Con sistema antimigratorio con copas de mayor tamaño y extremos atraumáticos. recapturable y reposicionable durante el despliegue. Sistema de liberación de 75 a 120 cm, para guía de 0,0035 pulgadas. Libre de látex. Compatible con rm (condicional).

Nº del lote

9

Objeto del lote

-Sistema de prótesis esofágica autoexpandible de nitinol mallado de un solo hilo para colocación a través del canal del endoscopio, compatible con canal de trabajo de 3,7 mm. indicación benigna. totalmente recubierta con silicona, con al menos 4 marcas radiopacas y una endoscópica. alta visibilidad fluoroscópica, entre 6 y 15 cm de longitud (al menos 3 medidas) y entre 14 y 18 mm de diámetro de cuerpo (al menos 2 medidas) con sistema antimigratorio con copas de mayor tamaño. Extremos atraumáticos. Recapturable y reposicionable durante el despliegue. Retirable. Hilo para facilitar retirada. para guía de 0,0035 pulgadas. Libre de látex. compatible con rm (condicional).
-Sistema de prótesis esofágica autoexpansible de nitinol mallado de un solo hilo para colocación a través del canal endoscopico, compatible con canal de trabajo de 3,7 mm. Parcialmente recubierta con silicona. con al menos 5 marcas radiopacas y una endoscópica. Alta visibilidad fluoroscópica. Entre 6 y 15 cm de longitud (al menos 3 medidas) y entre 14 y 18 mm de diámetro de cuerpo. Con sistema antimigratorio con copas de mayor tamaño. Extremos atraumáticos. Recapturable y reposicionable durante el despliegue. Retirable. Hilo para facilitar retirada/reposicionamiento. Para guía de 0,0035 pulgadas. Libre de látex. Compatible con rm (condicional).

Nº del lote

10

Objeto del lote

-Sistema de prótesis colónica autoexpansible de nitinol, no recubierta, alta visibilidad fluoroscópica, con al menos 3 marcas radiopacas. Entre 6 y 12 cm de longitud (al menos 3 medidas) y diámetro de cuerpo de entre 22 y 25 mm. con sistema de anclaje antimigratorio con copas de mayor tamaño y extremos atraumáticos. Recapturable y reposicionable durante el despliegue. Para colocación a través del canal del endoscopio, compatible con canal de trabajo 3,7 mm con sistema de liberación no superior a 10 fr. para guía de 0,0035 pulgadas. Libre de látex. Compatible con rm (condicional).

Preparación del contrato

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 8 de agosto del 2024 12:05)

[Descargar](#)

565.44 KB

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 8 de agosto del 2024 12:05)

[Descargar](#)

169.82 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 8 de agosto del 2024 12:05)

[Descargar](#)

850.44 KB

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:

6 de agosto del 2024

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE:

7 de agosto del 2024

[Publicación de la licitación en el DOUE](#)

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:

20 de agosto del 2024

- [Anuncio de licitación BOCM](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 8 de agosto del 2024 12:06)

[Descargar](#)

1.9 MB

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 8 de agosto del 2024 12:06)

[Descargar](#)

1.09 MB

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

250.69 KB

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47.
contratacion.hulp@salud.madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

- Apertura Sobre nº 3: 25 de septiembre de 2024 a las 09:30 h. NO PÚBLICA