

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 30 de junio del 2025 10:17.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de julio del 2025 10:48.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 28 de julio del 2025 18:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación En plazo

Número de expediente P.A. 2025-0-29.

Referencia C9633

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013768

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Suministro de lencería, campos y gasas

Tipo de contrato	Suministros
Contrato mixto	No
Código CPV	33140000-3
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	1.886.406,65 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	449.144,44 euros

Presupuesto base licitación. 506.765,00 euros
Importe total

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 28 de julio del 2025 18:00

División en lotes

Número de lotes: 13

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Gasa hidrófila, apósito plegado al menos 13/14 hilos/cm², algodón 100%, sin aditivos. Medida mínima 98x98 cm. aprox. Doblada y plegada. Tejido rectilíneo. Medida final 21,5 x 23 cm. aprox. Gramaje mínimo 25 gr/m². Color blanco. No deshaga en contacto con líquidos o fluidos corporales y no deshilachable en sus bordes. Cosido/remallado en su contorno hacia dentro. En sobre estéril de 5 unidades y apertura en pestaña del envase. Una de las caras debe ser transparente. Certificado norma UNE 14079: requisitos funcionales y métodos de ensayo para la gasa de algodón absorbente.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Calza U.S.U. quirúrgica antideslizante. tejido sin tejer con gramaje de 30 grs/m² mínimo. Hidrófugo y resistente a líquidos. con elástico en borde superior para adaptabilidad anatómica. Tamaño único hasta talla nº 45 europeo. Hipoalergénico. Exento de látex. La presentación en el envase debe permitir la extracción de uno en uno.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

3

Objeto del lote:

Gorro quirúrgico femenino U.S.U. verde tipo boina no estéril. Tejido sin tejer con gramaje de 14 grs/m² mínimo. Hidrófugo e hipoalergénico. Transpirable. Elástico alrededor de toda la superficie de la circunferencia, sujetando sin presionar que deje marca. Resistente a la rotura en condiciones secas. Exento de látex. La presentación en el envase debe permitir la extracción de uno en uno.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

4

Objeto del lote:

Sábana entremetida U.S.U. 85x140 cm.aprox.,blanca, c/dos capas, una de plástico impermeable y otra de celulosa.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

5

Objeto del lote:

Sábana quirúrgica estéril 150x200 cm. U.S.U. tejido sin tejer. Desprendimiento mínimo de partícula. Apertura en pestaña del envase con una de las caras transparente. Exento de látex.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

6

Objeto del lote:

Gasa apósito de tejido sin tejer, 4 capas, medida final doblado 10x 10cm. Estéril. Color blanco gramaje mínimo 25 gr/m2. Tejido rectilíneo. Envase de 5 unidades con una de las caras transparente. Apertura en pestaña del envase con una de las caras transparente. Desprendimiento mínimo de partícula.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

7

Objeto del lote:

Gasa hidrófila algodón 100% blanqueado sin aditivo. Mínimo 15 hilos, cortada y plegado de seguridad,8 capas, medida final aprox.10x10 o 8x13 cm. Gramaje mínimo 25 gr/m2. Tejido rectilíneo. Color blanco. No deshaga en contacto con líquidos o fluidos corporales y no deshilachable en sus bordes. En sobre estéril 15 uds. y apertura en pestaña del envase con una de las caras transparente. Certificado norma UNE 14079: requisitos funcionales y métodos de ensayo para la gasa de algodón absorbente.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

8

Objeto del lote:

Compresa vientre de gasa hidrófila algodón 100% blanqueado sin aditivo, indolor, hidrófilo, con una densidad mínima de 17 hilos/cm2, con bordes cosidos y cosido central, 4 capas, medida final aprox. 45x45cm +-5%. Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. Medidas de plegado 20x10 cm aprox ± 5%. Bordes cosidos ocultos , no desilachables, con costura centrales de refuerzo.

En envase estéril con 5 unidades , de fácil apertura con papel mixto de grado médico termosellado con una cara transparente y por otra cara que indique el proceso de esterilización, fecha de caducidad, marcada CE, referencia comercial y número lote. exento de látex. Con certificación según reglamento 2017/745 (UE) clase IIA, uso quirúrgico.

Certificado conforme MDR o en su defecto acreditación de comunicación al organismo notificando que ha solicitado revaloración del producto MDR deben cumplir ISO11607-1 e ISO 11607-2 o equivalente que regule el envasado para productos sanitarios esterilizados terminalmente (deben aportar (certificado)

siguiendo las NPT (nota técnica de prevención) 470 del instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo. Las compresas no deben de haber sido esterilizados con óxido de etileno para ello deben aportar certificado de esterilización

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

9

Objeto del lote:

Compresa vientre de gasa hidrófila algodón 100% blanqueado sin aditivo, 15 hilos, con bordes cosidos y cosido central, control radiopaco, 4 capas, medida final aprox. 50x50cm. (en sobre estéril de 5 uds.)

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

10

Objeto del lote:

Gasa hidrófila algodón 100% blanqueado sin aditivo 13 hilos, soblada y plegada, 2 capas, medida final aprox. 10x20 cm (en sobre estéril de 2 uds.)

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

11

Objeto del lote:

Gasa tejido sin tejer "no estéril" de 15x15 cm. plegado en 4 capas. (medida final 7,5x7,5). Peso aproximado 30gr.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

12

Objeto del lote:

Paño no fenestrado de cobertura desechable sin adhesivo para unidades no quirurgicas de 80x70 aprox. Estéril envasado con apertura en pestaña y una cara transparente.

Lote reservado:

No aplica

Nº del lote:

13

Objeto del lote:

Babero desechable adulto de plástico con capa superior de polietileno/polipropileno impermeable y capa inferior de plástico de polietileno/polipropileno / papel con tiras de fijación. Medidas aprox. 35x65 cm. No estéril. Exento látex.

Lote reservado:
No aplica

Preparación del contrato

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 30 de junio del 2025 10:17)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 30 de junio del 2025 10:17)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 30 de junio del 2025 10:17)

[Descargar](#)

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 24 de junio del 2025

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 25 de junio del 2025

Publicación de la licitación en el DOUE

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 9 de julio del 2025

Anuncio de licitación BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 30 de junio del 2025 10:17)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 30 de junio del 2025 10:17)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de información:

Hospital Universitario La Paz. Pº de la Castellana 261, Madrid 28046. Teléfono 91 727 72 47.

contratacion.hulp@salud.madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano

* Presentación de ofertas o solicitudes de participación

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospita...>

* Apertura de ofertas:

- Pº de la Castellana 261, - Sala de Juntas del Hospital Universitario La Paz, planta 2ª del Edificio Norte. Madrid 28046

- Apertura Sobre documentación económica: 13 de agosto de 2025. No pública.
