

**P.A. 2021 - 0 - 235**

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENDOPRÓTESIS DE CAYADO AÓRTICO A MEDIDA, PARA EL SERVICIO DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR, DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

**1. OBJETIVO Y ALCANCE**

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de ENDOPRÓTESIS DE CAYADO AÓRTICO A MEDIDA para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

**2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO**

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.1	-----	<p><b>ENDOPRÓTESIS DE CAYADO AÓRTICO A MEDIDA.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sistema de liberación de dos vainas: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vaina externa mallada con recubrimiento hidrofílico, para acceder hasta la aorta abdominal.</li> <li>■ Vaina interna flexible de poliéster, para el abordaje del cayado aórtico y que disponga de un marcador en forma de "D", para la correcta alineación de la endoprótesis.</li> </ul> </li> <li>○ Stents metálicos de nitinol electropulido y autoexpandibles.</li> </ul> </li> <li>• Material de la endoprótesis: Dacron quirúrgico.</li> <li>• Medidas: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Longitud total de la prótesis: de 255 mm a 270 mm.</li> <li>○ Diámetro proximal de la endoprótesis: de 32 a 48 mm.</li> <li>○ Diámetros distales de la endoprótesis: de 22 mm a 48 mm.</li> <li>○ Perfil: de 24 F a 25 F.</li> </ul> </li> <li>• Estéril.</li> </ul>

P.A. 2021 - 0 - 235

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENDOPRÓTESIS DE CAYADO AÓRTICO A MEDIDA, PARA EL SERVICIO DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR, DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.2	-----	<p><b>RAMA TRONCOBRAQUIOCEFÁLICA A MEDIDA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compuesta por: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de liberación de bajo perfil de 14F con punta atraumática consistente en un introductor adherido al mango principal. Tanto el introductor, como la punta deben tener recubrimiento hidrofílico.</li> <li>Stents metálicos de nitinol electropulido, autoexpandibles en forma de "Z".</li> </ul> </li> <li>Medidas de las extensiones: <ul style="list-style-type: none"> <li>Diámetro: de 7 mm a 24mm.</li> <li>Longitud: de 70 mm a 140 mm.</li> <li>Perfil: 14F.</li> </ul> </li> <li>Estéril</li> </ul>
1.3	-----	<p><b>RAMA CARÓTIDA IZQUIERDA A MEDIDA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compuesta por: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de liberación de bajo perfil de 14F con punta atraumática consistente en un introductor adherido al mango principal. Tanto el introductor, como la punta deben tener recubrimiento hidrofílico.</li> </ul> </li> <li>Stents metálicos de nitinol electropulido, autoexpandibles en forma de "Z"</li> <li>Medidas de las extensiones: <ul style="list-style-type: none"> <li>Diámetro: de 7 mm a 24mm.</li> <li>Longitud: de 70 mm a 140 mm.</li> <li>Perfil: 14F.</li> </ul> </li> <li>Estéril</li> </ul>

P.A. 2021 - 0 - 235

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENDOPRÓTESIS DE CAYADO AÓRTICO A MEDIDA, PARA EL SERVICIO DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR, DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

**3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO**

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, al personal que se determine para el correcto uso de sus productos, si así se requiriese. Se entregará sin cargo el material necesario para la formación.

En Madrid, a 18 de noviembre de 2021

Firmado digitalmente por: SOTO BONEL JOSE FRANCISCO  
Fecha: 2022.01.30 11:03

Firmado digitalmente por: SERRANO HERNANDO FRANCISCO JAVIER  
Fecha: 2021.11.24 10:21

Fdo.:

---

**Jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular**  
*Dr. Francisco Javier Hernando Serrano*



ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

P.A. 2021 - 0 - 235

SUMINISTRO DE ENDOPRÓTESIS A MEDIDA, PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Lote	Item	Código	Descripción	Consumo estimado 24 meses	Tipo unidad	Unidad/€ sin IVA	Unidad/€ con IVA	Tipo de IVA	Base imponible	Importe IVA	TOTAL € con IVA	Epígrafe Presupuestario
1	1	-----	Endoprótesis de cayado aórtico a medida	6	Unidad	14 900,00 €	16 390,00 €	10%	89 400,00 €	8 940,00 €	98 340,00 €	27005
	2	-----	Rama Tronco braquiocéfalica a medida	6	Unidad	10 050,00 €	11 055,00 €	10%	60 300,00 €	6 030,00 €	66 330,00 €	27005
	3	-----	Rama carótida izquierda a medida	6	Unidad	10 050,00 €	11 055,00 €	10%	60 300,00 €	6 030,00 €	66 330,00 €	27005
IMPORTE TOTAL										21.000,00 €	231.000,00 €	

Madrid, a 18 de noviembre de 2021  
Firmado digitalmente por SERRANO HERNANDO FRANCISCO JAVIER  
Fecha: 2021.11.22 11:03  
Fdo: \_\_\_\_\_

**Jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular**  
*Dr. Francisco Javier Serrano Hernando*

