

EXPEDIENTE: 2022-0-37

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE PARCHES DE HIPOTERMIA PARA CONTROL DE TEMPERATURA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de parches de hipotermia para el control y manejo de temperatura en pacientes adultos y pediátricos, radiotransparentes, desechables y no estériles, así como la cesión de los equipos necesarios para la realización de la técnica, durante la vigencia del contrato.

El Expediente consta del siguiente lote:

Lote 1: PARCHES HIPOTERMIA PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA

LOTE	Nº Orden	CD ARTº	DESCRIPCIÓN ARTICULO
1	1	014383	KIT PARCHES HIPOTERMIA CONTROL TEMPERATURA TALLA GRANDE (L) Presentación: Kit indivisible de 4 parches (2 Tórax y 2 piernas)
	2	018935	KIT PARCHES HIPOTERMIA CONTROL TEMPERATURA TALLA MEDIANA (M) Presentación: Kit indivisible de 4 parches (2 Tórax y 2 piernas)
	3	019185	KIT PARCHES HIPOTERMIA CONTROL TEMPERATURA TALLA EXTRA PEQUEÑA (XS) Presentación: Kit indivisible de 4 parches (2 Tórax y 2 piernas)
	4	019186	KIT PARCHES HIPOTERMIA CONTROL TEMPERATURA TALLA EXTRA EXTRA PEQUEÑA (XXS) Presentación: Kit indivisible de 4 parches (2 Tórax y 2 piernas)
	5	018936	PARCHES HIPOTERMIA CONTROL TEMPERATURA TALLA PEQUEÑA UNIVERSAL (SU) Presentación: Unitaria en sobre individual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Parches de tres capas, hidrogel o equivalente en contacto con el paciente, para modulación de temperatura mediante circulación de fluido compuesto por agua destilada/ esterilizada más alguicida o compuesto similar.
- Permanencia hasta cinco días. Imposibilidad de derrame líquido, por rotura. Radiotransparente; permiten su uso en resonancia magnética y desfibrilación, así como el acceso femoral y torácico. Desechable. No estéril.

- Se debe garantizar acceso torácico y femoral al paciente sin necesidad de interrumpir la terapia. Al igual que los principales accesos venosos y arteriales deben quedar sin cubrir para su acceso inmediato en caso necesario.

Indicación: Sistema automático para el control y manejo de temperatura en todo tipo de pacientes, desde neonatos hasta adultos

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO:

El adjudicatario, proveerá en cesión de uso durante la vigencia del contrato al menos tres consolas adecuadas para la aplicación de la terapia.

Consolas con 2 tipos de Terapia con marcadores de tendencia para prevenir complicaciones.

- Normoterapia: Control de temperatura del paciente.
- Hipotermia: Enfriar/recalentar al paciente.

El sistema funcionara enviando Agua destilada o estéril con alguicida al fungible para así gestionar la temperatura del paciente.

Capacidad del depósito de agua de al menos 3,5 litros.

El dispositivo contará con un sistema de seguridad para evitar la fuga de agua en caso de rotura del fungible.

Compatible con el tipo de sonda (que mida la temperatura) que utiliza el hospital.

Monitorización de la temperatura, con alarmas configurables por el usuario.

Rango de visualización de temperatura del paciente: 10-44°C, con incremento en intervalos de 0,1°C.

Rango de control de la temperatura del paciente: 32°C a 38,5°C

Con dos modos de control de temperatura: manual y automático

El dispositivo debe almacenar los datos del paciente para su posterior descarga y análisis. Almacenamiento de datos para 5 casos, mínimo.

Conectividad: Equipo configurado para exportar datos a través de la red informática del hospital, para su incorporación a sistema de gestión clínica instalado.

El adjudicatario deberá garantizar la conectividad e integración de todos los equipos ofertados. Además, los gastos que originen dichas conexiones, correrán a cuenta de la empresa adjudicataria.

Los equipos conectados a la red local de hospital deberán mantenerse actualizados por el proveedor, especialmente en lo relativo a parches del sistema operativo y de seguridad".

MUESTRAS

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras **SI**

Cantidad de muestras: 1 UNIDAD x **LOTE Y POR Nº DE ORDEN**

Lugar de Entrega: **Almacén General. Edificio MI planta -2**

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar **más** muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto

Lugar de Entrega: **Almacén General. Edificio MI planta -2**


FORMACIÓN

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, si es preciso, al personal que se determine para el correcto uso de los productos, entregándose sin cargo el material docente necesario para la formación.

OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, a 25 de enero de 2022



Fdo.: Dr. Juan Carlos Montejo González
Jefe de Servicio de Medicina Intensiva

EXPEDIENTE: 2022-0-37

OBJETO: SUMINISTRO DE PARCHES DE HIPOTERMIA PARA CONTROL DE TEMPERATURA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

						PRESUPUESTO				VALOR ESTIMADO (incluida 20% modificación)	EPIGRAFE
LOTE	Nº ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD INICIAL 24 MESES	CANTIDAD PRORROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL		
1	1	014383	KIT PARCHES HIPOTERMIA CONTROL TEMPERATURA TALLA GRANDE (L)	40	40	1.132,000	45.280,000	9.508,800	54.788,800	99.616,000	27004
	2	018935	KIT PARCHES HIPOTERMIA CONTROL TEMPERATURA TALLA MEDIANA (M)	40	40	1.132,000	45.280,000	9.508,800	54.788,800	99.616,000	27004
	3	019185	KIT PARCHES HIPOTERMIA CONTROL TEMPERATURA TALLA EXTRA PEQUEÑA (XS)	26	26	1.132,000	29.432,000	6.180,720	35.612,720	64.750,400	27004
	4	019186	KIT PARCHES HIPOTERMIA CONTROL TEMPERATURA TALLA EXTRA EXTRA PEQUEÑA (XXS)	12	12	1.132,000	13.584,000	2.852,640	16.436,640	29.884,800	27004
	5	018936	PARCHES HIPOTERMIA CONTROL TEMPERATURA TALLA SMALL UNIVERSAL (SU)	72	72	257,250	18.522,000	3.889,620	22.411,620	40.748,400	27004
						152.098,000	31.940,580	184.038,580	334.615,600		