

# PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE LENTES INTRAOCULARES



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0963279762292546305085**

## INDICE:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE LENTES INTRAOCULARES .....	3
1. OBJETO DEL CONTRATO .....	3
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: .....	3
3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: .....	3
4. ANEXO .....	4



## PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE LENTES INTRAOCULARES

GCASU 2022-47

### 1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la adquisición de lentes intraoculares así como equipamiento y material necesarios para su implantación, cuyas características se especifican en el pliego de prescripciones técnicas (ANEXO).

### 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Todos los artículos que componen cada lote de este contrato deberán ajustarse a la normativa vigente en materia de calidad, etiquetaje, envasado, concentración y presentar los certificados CE y normas aplicables.

Toda la documentación solicitada deberá ser acreditada mediante certificado o declaración responsable, en español.

La no presentación de esta documentación impedirá la evaluación técnica de los productos y supondrá la exclusión del procedimiento.

- Marcado CE y cumplimiento de todo lo dispuesto en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios. Se deberá explicitar la clase de riesgo conforme a la que se ha realizado el marcado CE. IIb.
- Los productos ofertados deberán estar exentos de látex, tanto en su composición como en todo aquel material que esté en contacto con el referido producto. Deberá presentarse un certificado o declaración responsable de estar exentos de látex
- Ficha técnica de producto presentada a la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario para su comercialización.
- Cualquier otra documentación que se considera necesaria para ayudar a aumentar el nivel de información sobre la utilización del producto en situaciones especiales.
- Los productos ofertados habrán sido fabricados conforme a las siguientes normativas: EN 980:2003 Símbolos gráficos utilizados en el etiquetado de producto sanitario. ISO 13485:2003 Producto sanitario. Sistema de gestión de calidad. Requisitos para fines reglamentarios y acreditarse mediante declaración responsable.

### 3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:

El presupuesto de licitación es de **370.040,00 €**, (Base Imponible: **336.400,00 €**, Cuota de IVA (10%) **33.640,00 €**) para un periodo de ejecución de **24 meses** y con las cantidades estimadas.

EL DIRECTOR GERENTE





La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv  
 mediante el siguiente código seguro de verificación: 0963279762292546305085

#### 4. ANEXO

Nº LOTE	DENOM. LOTE	COD. SAP	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTID. ESTIM. 24 MESES	PRECIO UNITARIO	BASE IMPONIBLE	CUOTA DE IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
1	LIO CÁMARA POSTERIOR MONOFOCAL-ASFÉRICA ACRÍLICA HIDRÓFOBA-MONOBLOQUE NO PRECARGADA	505871	LIO CÁMARA POSTERIOR MONOFOCAL-ASFÉRICA ACRÍLICA HIDRÓFOBA-MONOBLOQUE NO PRECARGADA FILTRO UV (OPTICA TRANSPARENTE)	- Lente asférica acrílica, hidrófoba, monobloque, libre de glistening y de aberraciones - Diámetro de la óptica > 6 mm de borde recto o cuadrado - Diseño de los hápticos en forma C-loop, fenestrados - Filtro de luz UV - Inyectable por incisión < 2,2 mm - Amplio rango de dioptrías disponible (al menos de 0D a +34D) - Longitud total < 12,5 mm - Índice de refracción > de 1,54	3.000	74.000	210.000,00	21.000,00	231.000,00
<b>TOTAL LOTE 1</b>							<b>210.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>231.000,00</b>



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **096327916222546315085**

Nº LOTE	DENOM. LOTE	COD. SAP	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTID. ESTIM. 24 MESES	PRECIO UNITARIO	BASE IMPONIBLE	CUOTA DE IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
2	LIO CÁMARA POSTERIOR MONOFOCAL-ASFÉRICA ACRÍLICA HIDRÓFOBA-MONOBLOQUE PRECARGADA	506457	LIO CÁMARA POSTERIOR MONOFOCAL-ASFÉRICA ACRÍLICA HIDRÓFOBA-MONOBLOQUE PRECARGADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material acrílico hidrofóbico en versión precargada</li> <li>- Óptica con filtro UV y filtro luz violeta</li> <li>- Plataforma monobloque con óptica esférica neutra</li> <li>- Hápticos: con 4 puntos de fijación sin angulación</li> <li>- Bordes cuadrados 360º</li> <li>- Diámetro de la óptica: 6,00 mm o superior</li> <li>- Diámetro tota: 11,0 mm</li> <li>- Inyección recomendada 2,2 mm</li> <li>- Rango de potencias:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* +0,00D hasta +10,00 D (en incrementos de 1,00 D)</li> <li>* +10,00D hasta +34,00D (en incrementos de 0,50D)</li> </ul> </li> </ul>	1.000	80.000,00	80.000,00	8.000,00	88.000,00
<b>TOTAL LOTE 2</b>							<b>80.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
3	LIO CÁMARA POSTERIOR TÓRICA	506456	LIO CÁMARA POSTERIOR TÓRICA MONOBLOQUE NO PRECARGADA (ÓPTICA TRANSPARENTE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acrílica hidrofóbica con alto contenido en agua</li> <li>- Filtro UV</li> <li>- Inyectables a través de incisión de 2,2 mm</li> <li>- Esférica neutra libre de aberraciones</li> <li>- Monobloque, longitud total &lt; 12,5 mm y diámetro de zona óptica &gt; 6 mm</li> <li>- Bordes cuadrados</li> <li>- Hápticos fenestrados en C-loop para facilitar la colocación en saco capsular</li> <li>- Amplio rango de potencias disponibles (al menos de +6 a +30D de esfera y de +1,25 a +5,75 de cilindro)</li> <li>- Marcas de eje de astigmatismo visible</li> </ul>	60	290,00	17.400,00	1.740,00	19.140,00



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **096327976222546315085**

Nº LOTE	DENOM. LOTE	COD. SAP	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTID. ESTIM. 24 MESES	PRECIO UNITARIO	BASE IMPONIBLE	CUOTA DE IVA (21%)	IMPORTE TOTAL
3	LIO CÁMARA POSTERIOR TÓRICA	506680	LENTE MONOBLOQUE HIDRÓFOBA CON ÓPTICA CON DISEÑO DE MODULACIÓN DE LA ASFERICIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material acrílico hidrofóbico precargada</li> <li>- Filtro UV y filtro luz azul</li> <li>- Diseño monobloque, óptica con diseño de modulación de la asfericidad con combinación de aberraciones esféricas de 4º y 6º orden de signo opuesto</li> <li>- Plataforma hápticos con 4 puntos de fijación sin angulación</li> <li>- Bordes cuadrados 360º</li> <li>- Diámetro de la óptica: 6,00 mm o superior</li> <li>- Diámetro total: 11,0 mm</li> <li>- Inyección recomendada 2,2 mm</li> <li>- Rango potencias:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* +0,00D hasta +10,00D (con incrementos de 1,00D)</li> <li>* +10,00D hasta +34,00D (con incrementos de 0,50D)</li> </ul> </li> </ul>	100	299,00	29.000,00	2.900,00	31.900,00
<b>TOTAL LOTE 3</b>							<b>46.400,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>51.040,00</b>
<b>TOTAL EXPEDIENTE</b>							<b>336.400,00</b>	<b>33.640,00</b>	<b>370.040,00</b>