

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos que permitían acceder al original

P.A. 2021 – 0 – 234

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE BIOPSIAS DE PRÓSTATA CON ECÓGRAFO ARIETTA 70 DEL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para la SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE BIOPSIAS DE PRÓSTATA CON ECÓGRAFO ARIETTA 70 por parte del Servicio Urología del Hospital Clínico San Carlos con el objetivo de poder diagnosticar el cáncer de próstata en los pacientes.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.1	323671	<p>GRADILLA PARA AGUJAS DE 18GA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejilla con plantilla hasta 1,3mm de diámetro (calibre 18) con coordenadas para facilitar la carga y el posicionamiento en las biopsias guiada por un modelo transperineal o transrectal. • Dispone de varias filas y columnas de agujeros con espacios intermedios de 5 mm (+/- 5%) proporcionando una colocación precisa en áreas predefinidas de la próstata. • Desechable • Estéril. • Compatible con el Ecógrafo Hitachi disponible en el Servicio de Urología. <p><i>Uso: para facilitar la colocación e inserción con respecto a la sonda de imagen ultrasónica mediante una serie de canales guía para las agujas.</i></p>

Madrid, a 15 de noviembre de 2021

Fdo.:

Jefe del Servicio de Urología
Dr. Jesus Moreno Sierra

P.A. 2021 – 0 – 234

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE BIOPSIAS DE PRÓSTATA CON ECÓGRAFO ARIETTA 70 DEL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2.1	323670	<p>GUÍA DE AGUJA ENDOCAVITARIA PARA BIOPSIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con cobertor de látex. • Desechable • Estéril. • Compatible con el Ecógrafo Hitachi disponible en el Servicio de Urología. <p><i>Uso: para procedimientos guiados por aguja con transductores endocavitarios de ultrasonido para diagnóstico.</i></p>

3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, al personal que se determine para el correcto uso de sus productos, si así se requiriese. Se entregará sin cargo el material necesario para la formación.

Madrid, a 15 de noviembre de 2021

Fdo.:


 Jefe del Servicio de Urología
 Dr. Jesus Moreno Sierra

ANEXO AL PUEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

P.A. 2021 - 0 - 234

SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE BIOPSIAS DE PRÓSTATA CON ECÓGRAFO ARIETTA 70 DEL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO
SAN CARLOS

Lote	Ítem	Código	Descripción	Consumo estimado 24 meses	Tipo unidad medida	Unidad/€ sin IVA	Unidad/€ con IVA	Tipo de IVA	Base imponible	Importe IVA (21%)	TOTAL € con IVA	Ejercicio Presupuestario
1	1	323671	Gradilla para agujas de 18GA (Desechable)	400	Unidad	89.000 €	107.690 €	21%	35.600.000 €	7.476.000 €	43.076.000 €	27004
2	1	323670	Guía de aguja endocavitaria para biopsia (Desechable)	1.344	Unidad	16.500 €	19.965 €	21%	22.176.000 €	4.656.960 €	26.832.960 €	27004
IMPORTE TOTAL										57.776.000 €	12.132.960 €	69.908.960 €

Madrid, a 15 de noviembre de 2021

Fdo.:


Jefe del Servicio de Urología
Dr. Jesus Moreno Sierra