



SaludMadrid

Hospital Universitario
de La Princesa

Comunidad de Madrid

PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

P.A. 48/2016 HUP

DIALIZADORES

Lote	Bien/Producto	Cantidad	Tipo Ud.	PRECIO UNITARIO (IVA EXCLUIDO)	IVA 21 %	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	DIALIZADOR MEMBRANA POLISULFONA, HUMIDIFICADO, ESTRUCTURA RETICULAR, CAPILARES MICROONDULADOS, CARCASA DE POLIPROPILENO SIN BISFENOL Y CUF >74 ml//h/mmHg. (260172): - Esterilización rayos gamma. - Superficie 2.1 m ² .	3.500	Uds.	36,38	7,64	44,02	154.070,00
2	DIALIZADOR MEMBRANA POLIMETILMETACRILATO ALTA PERMEABILIDAD (PMMA) (260112): - Esterilización Rayos gamma. - Superficie 2.1 m ² .	500	Uds.	36,38	7,64	44,02	22.010,00
3	DIALIZADOR MEMBRANA POLINEFRONA 2,5. m² (260138): - Esterilización Rayos Gamma en seco. - Superficie 2,5. m ² .	500	Uds.	36,12	7,59	43,71	21.855,00
4	DIALIZADOR MEMBRANA POLISULFONA, POLIVINILPIRROLIDONA Y DMAC (N-dimetilacetamido). CUF >110 ml//h/mmHg. (260173): - Esterilización rayos gamma. - Superficie 2 m ² .	2.250	Uds.	39,00	8,19	47,19	106.177,50

5	KIT DE HEMOFILTRACION CON REINFUSION ENDOGENA : DIALIZADOR MEMBRANA POLIFENILENO (260157): - Superficie 1.7 m ² más cartucho membrana sinclair superficie 0.7 m ² .	80	Uds.	163,64	34,36	198,00	15.840,00
6	DIALIZADOR MEMBRANA TRIACETATO (260158): - Superficie 2.1 m ² . Esterilización Rayos Gamma en seco.	500	Uds.	34,00	7,14	41,14	20.570,00

Las muestras deberán venir referenciadas, especificando de forma visible, el número de orden y el número del Procedimiento Abierto al que correspondan, procediéndose antes de la adjudicación del expediente al análisis de las mismas. Se entregarán en el Almacén Central del Hospital de la Princesa

Toda la documentación técnica exclusivamente (catálogos y características del artículo), se deberán incluir en el sobre 1.A, como se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

En el exterior de este sobre 1.A, se deberá indicar claramente a qué números de lote se licita.

PROCEDIMIENTO ABIERTO 48 / 2016 HUP.

Una vez elaborado el pliego de prescripciones técnicas correspondientes al Procedimiento Abierto 48/2016 HUP, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 116 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (B.O.E. nº 276 de 16 de noviembre de 2011), el Director Gerente del Hospital Universitario de la Princesa, en uso de las atribuciones que le confiere la Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, de delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Gerentes de Atención Especializada, Servicio de Urgencias Médicas de Madrid y Centro de Transfusión, apartado primero (B.O.C.M. núm. 76, de 31 de marzo de 2011).

RESUELVE:

Aprobar dichos pliegos para el mencionado Procedimiento Abierto.

Madrid, 29 de junio de 2016

EL DIRECTOR GERENTE



Fdo.: Rodolfo ANTUÑA PELEGRÍ