

PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

P.A. 60/2018 HUP

**SUMINISTRO DE TRE MONITORES DE HEMODIÁLISIS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA**

Lo te	Bien/Producto	Can ti dad	Ti po Ud.	PRECIO UNITA RIO (IVA EXCLUIDO)	IVA (10%)	PRECIO UNITA RIO (IVA INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	MONITOR DE HEMODIÁLISIS (500821)	3	Ud.	15.909,09 €	1.590,91 €	17.500 €	52.500 €

Características técnicas:

- Capaz de realizar, HD y HDF on line.
- Monitorización automática de tensión arterial integrada.
- Dos bombas de sangre arterial y venosa para unipunción con doble bomba.
- Procedimientos de sustitución (HF, HDF, HDF on-line).
- Cebado automático de líneas de sangre y filtro de diálisis.
- Pantalla TFT color con personalización de la representación de parámetros.
- Sistema de desinfección química (desinfectante universal) y térmica simultánea.
- Posibilidad de programación de apagado y encendido automático.
- Uso de bicarbonato en polvo y de ácido universal.
- Control de la presión arterial, venosa y a la entrada del dializador. Monitorización de la presión del líquido de diálisis antes y después del dializador.
- Monitor de volumen de sangre sin desechables adicionales.
- Control biofeed-back de Na y ultrafiltración.
- Control volumétrico de ultrafiltración.
- Cálculo de kt y kt/v estimado por medición.
- Programación de perfiles de ultrafiltración.
- Medición de recirculación de la FAV.
- Medición del Índice de relleno plasmático (IRP).
- Alimentación por baterías en caso de fallo eléctrico.
- Filtro de retención de endotoxinas doble para todo el líquido de diálisis.
- Ajuste individualizado de conductividad y milimoles.
- Ajuste individualizado de temperatura.
- Posibilidad de variabilidad del flujo de baño de diálisis.
- Que elabore perfiles de sodio, bicarbonato y UF.
- Programación y memorización de tratamientos previos, alarmas y acciones realizadas por el monitor en las últimas diálisis.
- Puerto para comunicación externa y compatibilidad con el programa de gestión clínica del Servicio de Nefrología.

La empresa adjudicataria debe comprometerse a ceder otros 3 monitores de las mismas características enumeradas, a entrenar al personal de enfermería en el uso de los monitores y a dar un curso sobre mantenimiento y reparación del monitor al técnico de hemodiálisis de la Unidad de Nefrología.

Calle Diego de León, 62

28006 Madrid

Tel.: 91 520 22 00

Fax: 91 520 11 34



PROCEDIMIENTO ABIERTO 60/2018 HUP

Una vez elaborado el pliego de prescripciones técnicas correspondientes al Procedimiento Abierto 60/2018 HUP, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 9 de noviembre de 2017), el Director Gerente del Hospital Universitario de la Princesa, en uso de las atribuciones que le confiere la Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, de delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Gerentes de Atención Especializada, Servicio de Urgencias Médicas de Madrid y Centro de Transfusión, apartado primero (B.O.C.M. núm. 76, de 31 de marzo de 2011),

RESUELVE:

Aprobar dichos pliegos para el mencionado Procedimiento Abierto.

Madrid, 17 de octubre de 2018

**EL DIRECTOR GERENTE
P.A. EL DIRECTOR MÉDICO**


Fdo.: Dr. Eduardo GARCÍA NAVARRETE