

P.A.S.A. 2021 – 0 – 033

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PESARIOS (GINECOLÓGICOS Y OBSTÉTRICOS), PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de PESARIOS (GINECOLÓGICOS Y OBSTÉTRICOS), PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS, para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	VARIOS	<p>PESARIO ANILLO VAGINAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pesario con forma de anillo de diferentes medidas (entre 55 y 90 mm) • Material: silicona de grado médico. • De aplicación intravaginal. • Flexible, blando, plegable y no invasivo. • Biocompatible, no alergénico. • No absorbe olores ni secreciones. • Sin material metálico en su composición para evitar la retirada antes de la realización de pruebas de rayos X. • Destinado a una permanencia de al menos 30 días. • Envasado estéril individualmente. • Uso individual y reutilizable.

Madrid, 16 de abril de 2021

Fdo.:

Director del Instituto de la Mujer
Dr. Ignacio Cristóbal García

P.A.S.A. 2021 – 0 – 033

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PESARIOS (GINECOLÓGICOS Y OBSTÉTRICOS), PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

LOTE ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2	299125	<p>PESARIO DE CERCLAJE O CERVICAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pesario con forma de anillo. • Material: Silicona de grado médico. • Medidas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Diámetro de la base: 65 mm. ○ Altura: 25 mm. ○ Diámetro del agujero superior: 32 mm. • De aplicación intravaginal. • Flexible, blando, plegable y no invasivo. • Biocompatible, no alergénico. • No absorbe olores ni secreciones. • Sin material metálico en su composición para evitar la retirada antes de la realización de pruebas de rayos X. • Destinado a una permanencia de al menos 30 días. • Envasado estéril individualmente. • Uso individual y reutilizable.

Madrid, 16 de abril de 2021

Fdo.:

Director del Instituto de la Mujer
Dr. Ignacio Cristóbal García

P.A.S.A. 2021 – 0 – 033

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE PESARIOS (GINECOLÓGICOS Y OBSTÉTRICOS), PARA EL
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La empresa adjudicataria realizará, para los profesionales implicados, actuaciones de transferencia de conocimiento en la correcta práctica clínica del manejo de los productos suministrados.

Madrid, 16 de abril de 2021

Firmado digitalmente por: CRISTOBAL GARCIA IGNACIO
Fecha: 2021 04 16 10:00

Fdo.:

Director del Instituto de la Mujer

Dr. Ignacio Cristóbal García



ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

P.A.S.A 2021 - 0 - 033

SUMINISTRO DE PESARIOS (GINECOLÓGICOS Y OBSTÉTRICOS)

Lote	Ítem	Código	Descripción	Consumo estimado 24 meses	Tipo unidad	Unidad/€ sin IVA	Unidad/€ con IVA	Base imponible	Importe IVA (10%)	TOTAL € con IVA
1	1	VARIOS	PESARIO ANILLO VAGINAL DE VARIOS TAMAÑOS	1 100	ud	16.0000 €	17.600000 €	17 600,00 €	1 760,00 €	19 360,00 €
2	1	299125	PESARIO DE CERCLAJE O CERVICAL	20	ud	46.0000 €	50.600000 €	920,00 €	92,00 €	1 012,00 €
IMPORTE TOTAL										18.520,00 € 1.852,00 € 20.372,00 €

Firmado digitalmente por: CRISTOBAL GARCIA IGNACIO
Fecha: 2021 04 06 12:38

Madrid, a 6 de abril de 2021

Fdo :

Dr. Ignacio Cristobal Garcia
Director del Instituto de Salud de la Mujer