



EXPEDIENTE: 2022000010

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de electrodos bipolares de 5 Fr para utilización con histeroscopios diagnósticos con canal de trabajo de 5 y 7 Fr, para cubrir las necesidades del Hospital

| LOTE | Nº ORDEN | CÓDIGO | ARTÍCULO |
|------|----------|--------|---|
| 1 | 1 | 273635 | ELECTRODO BERBIQUÍ P/VAPORIZADOR BIPOLAR HISTEROSCOPIA <ul style="list-style-type: none">- Electrodo bipolar de histeroscopia desechable.- Diámetro de 5 Fr (1,6 mm) y longitud entre 360 mm y 440 mm.- Con aislamiento de seguridad.- Punta berbiquí 0,6 mm diámetro x 3,0 mm longitud.- Compatible generador bipolar Versapoint.- Envase individual estéril.- Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.- Aplicación: Corrección de las siguientes patologías: miomas, pólipos, adherencias intrauterinas, septos uterinos. |

ANEXO:

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de la referencia de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. Los artículos ofertados deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios y, para el caso de productos implantables activos el Real Decreto 1616/2009 de 26 de octubre, así como el Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre para los productos sanitarios diagnóstico "in vitro". En cualquier caso, todos los productos que lo requieran deberán incluir el certificado de exención de látex.
3. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
4. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **2 muestras**
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
5. Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Las fechas de caducidad del producto.
 - d. El número de lote.
 - e. La referencia comercial.
 - f. Marcado CE.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
6. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
7. La documentación técnica acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos se incluirá en el sobre 2.

Fdo. Dr. Lázaro Carrasco de la Fuente
Jefe de Servicio de Ginecología

Vº Bº Dr. R. Martínez Fernández
SUBDIRECTOR MÉDICO AREA QUIRÚRGICA

P.A. 2022000010

| LOTE | N.O. | CODIGO | ARTICULO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD ESTIMADA (24 meses) | PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no ncluido) | BASE IMPONIBLE | TIPO IVA | TOTAL IVA | IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido) |
|------|------|--------|---|------------------|------------------------------------|---|----------------|-------------|-----------|---|
| 1 | 1 | 273635 | ELECTRODO BERBIQUÍ P/VAPORIZADOR BIPOLAR HISTEROSCOPIA | UNIDAD | 450 | 180,00 | 81.000,00 | 21,00 | 17.010,00 | 98.010,00 |

| | | | | |
|----------------|-----------|--|-----------|-----------|
| IMPORTE TOTAL: | 81.000,00 | | 17.010,00 | 98.010,00 |
|----------------|-----------|--|-----------|-----------|