

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS BERBIQUI BIPOLAR DE HISTEROSCOPIA CON DESTINO AL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

- **OBJETO DEL CONTRATO:**

Este contrato tiene por objeto la adquisición de electrodos bipolares de 5 Fr para utilización con histeroscopios diagnósticos con canal de trabajo de 5 y 7 Fr.

- **JUSTIFICACIÓN NECESIDAD:**

El material es necesario para la realización de procedimientos histeroscópicos tanto ambulatorios como con ingreso (polipectomías, septoplastias, metroplastias y miomectomías) en alrededor de 225 pacientes año.

- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

Información incluida en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PPT).

- **CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:**

Capacidad de flexión y angulación del electrodo con objeto de poder realizar polipectomías y miomectomías en fondo uterino.

1.- CRITERIO COSTES:

- Precio (70 PUNTOS)

2.- CUALITATIVOS:

- Capacidad de flexión y angulación del electrodo con objeto de poder realizar polipectomías y miomectomías en fondo uterino.

(30 PUNTOS)

TOTAL 100 PUNTOS

- **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 24 M + 24 M PRÓRROGA.

MADRID, a 20 de diciembre de 2021


Fdo. Dr. LÁZARO CARRASCO DE LA FUENTE.
JEFE DE SERVICIO DE GINECOLOGÍA