

PA 18-2022 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE AMINAS BIÓGENAS EN ORINA Y VITAMINAS EN SANGRE MEDIANTE HPLC EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y BIOQUÍMICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

LOTE N°: ÚNICO

LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE
TEKNOKROMA ANALÍTICA, S.A.	SI CUMPLE		

JEFE DE SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS  
Firmado por GUADALUPE RUIZ MARTIN -

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

**PA 18-2022 "SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE AMINAS BIÓGENAS EN ORINA Y VITAMINAS EN SANGRE, MEDIANTE HPLC EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y BIOQUÍMICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA."**

**VALORACIÓN SOBRE 3: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS**

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (SOBRE 3)										
LICITADOR	1.1.- Cesión de un segundo equipo en Back-up.  SI = 20 PUNTOS NO = 0 PUNTOS		1.2. Capacidad de carga del muestreador superior a 100 muestras simultáneamente.  SI = 5 PUNTOS NO = 0 PUNTOS		1.3.-Características de la bomba: Precisión de flujo de al menos 0,1% desviación estándar relativa (RSD).  SI = 5 PUNTOS NO = 0 PUNTOS		1.4.-Características del detector ultravioleta visible: análisis espectral completo y con cambio de longitud de onda programable durante la medición de vitamina A y vitamina E.  SI = 5 PUNTOS NO = 0 PUNTOS		1.5.- El licitador se compromete a realizar la conexión informática con el SIL, sin que suponga ningún coste para el Hospital.  SI = 5 PUNTOS NO = 0 PUNTOS	
	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS
TEKNOKROMA ANALÍTICA, S.A.	SI	20	SI	5	SI	5	SI	5	NO	0

JEFE DE SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

Firmado por GUADALUPE RUIZ MARTIN -  
día 28/04/2022 con un certificado emitido por AC  
CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016

Dra. Guadalupe Ruiz Martín.