

EXPEDIENTE:	GCASU2200007
OBJETO:	SUMINISTRO DE ÁCIDOS GRASOS HIPOXIGENADOS, SISTEMAS PARA OSTOMÍA Y SISTEMAS COLECTORES FECALES, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS.

TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Celebrada con fecha 06 de abril de 2022 la Mesa de Contratación da lectura de la valoración técnica de cumplimiento del PPT.

LOTE 1: Ácidos grasos hiperoxigenados

LICITADORES	CUMPLE		OBSERVACIONES
BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	SI		
LABORATORIOS URGO, S.L.	SI		

LOTE 2: Sistemas para ostomía

LICITADORES	CUMPLE		OBSERVACIONES
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.		NO	Se solicita que el disco de las bolsas de colostomía, urostomía y ileostomía tenga la medida desde 13 a 55 mm, y el proveedor oferta de 10 a 45 mm
CONVATEC, S.L.		NO	El disco de la bolsa de urostomía y de ileostomía es hasta 45 mm y se solicita hasta 55 mm. El disco de la bolsa de colostomía es dilatado manualmente y se solicita recortable. La cara posterior de la bolsa de urostomía se solicita de TNT y se presenta de plástico.
HOLLISTER IBERICA, S.A.	SI		

LOTE 3: Sistemas colectores fecales

LICITADORES	CUMPLE		OBSERVACIONES
CONVATEC, S.L.	SI		

Quedando excluidos del procedimiento los licitadores para los lotes presentados que no cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Y para que conste, se expide y firma en San Sebastián de los Reyes, a 7 de abril, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública a la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN,

Fdo.: José Alberto Torcal Ochoa.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1037860217046268968318**