



EXPEDIENTE: 2022400009

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la adquisición de **REACTIVOS PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgG FRENTE A SARS-COV-2**, para cubrir las necesidades del Servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal.

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
1	1	321653	SEROLOGÍA IgG SARS-COV-2 Sistema con marcado CE para la detección de anticuerpos IgG frente al virus SARS-CoV-2, agente causal de la COVID-19, por ensayo quimioluminiscente de micropartículas en el sistema Alinity-i. Se incorporan dos controles positivos, de alto y bajo nivel de anticuerpos, así como calibradores para la determinación cuantitativa. El ensayo está diseñado para trabajar con muestras de suero/plasma. La presentación es de 500 reacciones/kit. El sistema es completamente cerrado reduciendo los riesgos de contaminación y permite acceso continuo de las muestras ("Random Access"), agilizando el proceso y los tiempos de emisión de resultados.

ANEXO:

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de la referencia de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. Los artículos ofertados deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios y, para el caso de productos implantables activos el Real Decreto 1616/2009 de 26 de octubre, así como el Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre para los productos sanitarios diagnóstico "in vitro". En cualquier caso, todos los productos que lo requieran deberán incluir el certificado de exención de látex.
3. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
4. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
5. Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. Las fechas de caducidad del producto.

Dr. CANTÓN MORENO
JEFE DE SERVICIO MICROBIOLOGÍA

EL SUBDIRECTOR MÉDICO
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS CENTRALES
Fdo. Fernando Roldán Moll



**Hospital Universitario
Ramón y Cajal**
SERVICIO DE SUMINISTROS
SUMC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO 24

- c. El número de lote.
 - d. La referencia comercial.
 - e. Marcado CE.
 - f. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
6. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.


CANTON
MORENO
RAFAEL
MARIA -
05377369S

Firmado
digitalmente por
CANTON MORENO
RAFAEL MARIA -
05377369S
Fecha: 2022.01.24
20:28:57 +01'00'

Dr. CANTÓN MORENO
JEFE DE SERVICIO MICROBIOLOGÍA

EL SUBDIRECTOR MÉDICO
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS CENTRALES

Fdo. Fernando Roldán Moil

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 25
---	--	----------

P.A. 2022400009

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (12 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	321653	SEROLOGIA IGG SARS COV-2	DET	25.400	4,50	114.300,00	21,00	24.003,00	138.303,00

IMPORTE TOTAL:	114.300,00		24.003,00	138.303,00
-----------------------	------------	--	-----------	------------

