



Agencia Madrileña de Atención Social  
CONSEJERÍA  
DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

## Comunidad de Madrid

### Subdirección General de Centros y Programas

Exp.: A/SUM-024054/2018

## PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICIÓN DE VITRINAS DE RECIRCULACIÓN CON FILTRO Y TRITURADORES PROFESIONALES PARA LA PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS EN LOS CENTROS ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

### 1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego establece las prescripciones técnicas a cumplir por los licitadores para la adquisición de equipamiento de **Vitrinas de Recirculación con Filtro o Vitrinas de Contención por Ventilación (CVE)**, también llamadas vitrinas de laboratorio y alternativamente cabinas (*UNE-EN-14175*) y **Trituradores profesionales de medicamentos** en los centros que figuran en el Anexo II, adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social

Ambos suministros son destinados a Residencias de Mayores, Centros para Personas con Discapacidad Intelectual y Centros de Menores, adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).

El objeto del contrato se divide en los siguientes lotes:

#### LOTE 1: VITRINAS RECIRCULACIÓN CON FILTRO

#### LOTE 2: TRITURADORES

La relación, descripción de las características, el número de unidades de cada elemento que ha de suministrarse se detallan en el Anexo I del presente Pliego.

### 2. CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVA

Los productos y sus accesorios deberán estar conformes en el momento en el que se realice el suministro con la normativa que les sean de aplicación constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada, marcado CE y certificado de conformidad correspondiente.

Los suministros del LOTE 1, dispondrán de soporte móvil con ruedas para una posible reubicación en función de las necesidades existentes.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1257923283004816699232**



## **2.1 Características técnicas**

Las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir cada uno de los elementos del contrato se recogen en el Anexo I del presente pliego. Las calidades de los productos suministrados solo podrán ser mejoradas. La baja ofertada por el licitador no justificará calidades inferiores a las estipuladas, que en ningún caso serán aceptadas.

Las características técnicas particulares del material ofertado incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para un correcto funcionamiento.

Las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir las vitrinas de recirculación (LOTE 1) se rigen por la norma UNE-EN 14175, norma AFNOR NF X 15 211:2009 y BS 7989:2001 según la Nota Técnica de Prevención NTP 1.055 del Instituto de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSBBT, 2015); recomendando asegurar la conformidad del producto con la norma francesa NF X 15- 211:2009. Todos estos elementos del contrato se recogen en el Anexo I del presente pliego.

## **2.2 Normas de seguridad, etiquetado, gestión ambiental y de calidad.**

Los productos deberán cumplir el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos y Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.

## **3. DEFINICIÓN DE LA ADQUISICIÓN: CONDICIONES Y OBLIGACIONES**

Los adjudicatarios están obligados a suministrar los artículos y equipos que les hayan sido adjudicados, así como en el caso del LOTE 1, vitrinas de recirculación, a impartir la formación necesaria a los trabajadores de los centros sobre su uso, manejo y prestaciones y a instruir al personal técnico sobre los aspectos principales relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo del instrumental, equipos y aparatos que los precise.

Esta formación se estructurará en cursos, de los que se impartirán al menos 6 ediciones, de 2 horas cada una, de 35-40 alumnos en cada edición, y que se llevará a cabo en locales de la Agencia Madrileña de Atención Social. Al menos 3 de ellas en horario de mañana (entre las 9,00 y 14,00 horas) y al menos 1 de ellas en horario de tarde (entre las 17,00 y 19,30).

El suministro incluye el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que se describen a continuación:

### **3.1 Documentación.**

Los adjudicatarios deberán entregar todos los manuales íntegramente en castellano correspondientes a la descripción y operatividad de los equipos. Para el material que lo requiera, deberán aportar los siguientes manuales:

- De montaje: aportando además del manual de montaje, la información y rotulado sobre el material que representen un riesgo especial.





## Comunidad de Madrid

- De uso: con las características del mobiliario clínico, una explicación detallada de los principios de funcionamiento, de los controles, operaciones de manejo y operaciones rutinarias para la verificación del funcionamiento apropiado del material previo a su uso diario, etc.
- De mantenimiento y técnicos: incluirán despiece, recambios y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibración y ayuda en la localización de averías, etc.

### 3.2 Organización de las entregas.

Con carácter previo al suministro, y siempre una semana antes de iniciar la distribución, el adjudicatario presentará un cronograma en el que se indiquen las fechas y horarios de entrega de los productos en los distintos centros, que deberá ser aprobado por el responsable del contrato. En este momento, se entregarán las certificaciones y acreditaciones del cumplimiento de las normas de seguridad y etiquetado establecidas en el Pliego.

El suministro comprende la entrega en el centro y el montaje en los destinos definitivos, así como cualquier otra operación requerida para su completa puesta a disposición de funcionamiento. Se entenderá por montaje la entrega del material ofertado, su distribución física, el proceso de colocación, la conexión y la puesta en marcha del equipo en su ubicación definitiva, que será la indicada por los responsables de los centros, a excepción de las unidades del Lote 1, partida 1, destinadas a Servicios Centrales, según figura en anexo II, que no requieren montaje.

Los productos se entregarán en condiciones de funcionamiento completo y deberán llegar a los centros perfectamente embalados y protegidos para el traslado. Los embalajes, protecciones o cualquier otro residuo que se produzca en la entrega deberán ser retirados por el adjudicatario previamente a la recepción del suministro.

La entrega y comprobación de los elementos se realizará con independencia de la recepción formal del suministro.

Los elementos que carecen de instalación específica deberán ser organizados, clasificados y almacenados por el adjudicatario en los almacenes y estantes asignados por los responsables de los centros.

### 3.3 Garantías y servicio técnico:

Se establece un plazo de garantía mínimo de 2 años a partir de la fecha de recepción formal del suministro para todos los productos suministrados. La garantía incluirá la sustitución del material en caso de vicios o defectos importantes respecto a los materiales o de funcionamiento y dará derecho a la sustitución del producto y/o a su reparación y cubrirá todos los gastos asociados: transporte, mano de obra y piezas de repuesto. En caso de sustitución, se realizará en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas y si ello no fuera posible por la tipología del producto se proporcionará otro de características similares hasta su definitiva sustitución.





Agencia Madrileña de Atención Social  
CONSEJERÍA  
DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

## **Comunidad de Madrid**

El plazo de garantía podrá ser superior a este mínimo establecido, cuando así se establezca por el fabricante del producto.

La empresa adjudicataria se encargará del mantenimiento de los equipos durante los 2 primeros años

La venta de accesorios y recambios estará disponible como mínimo por un periodo de 5 años

El servicio técnico de los elementos habrá de tener su domicilio en España.

### **4. PLAZO Y LUGAR DE LA ENTREGA**

El adjudicatario está obligado a la entrega del material en el plazo de 60 días, naturales en los domicilios de los distintos centros que figuran en el Anexo II del presente pliego, previa presentación y aprobación del cronograma de suministro por el responsable del contrato

LA SUBDIRECTORA GENERAL  
DE CENTROS Y PROGRAMAS



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **125792328300481669232**



Agencia Madrileña de Atención Social  
CONSEJERÍA  
DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

**Comunidad de Madrid**

## ANEXO I

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **125792328300481669232**



LOTE 1:

**Partida 1: Vitrinas de Recirculación con Filtro o Vitrinas de Contención por Ventilación (CVE)**

**1.- Descripción y componentes:**

Dispositivo sanitario de contención primaria para la protección de trabajadores que deben manipular medicamentos considerados peligrosos que no requieren unas condiciones de esterilidad para su administración. Son dispositivos de filtración, no de extracción, de seguridad Clase 1, es decir, constarán de un sistema de filtros complementarios

Las vitrinas de recirculación o de contención utilizan un sistema de extracción que consta de los cuatro elementos básicos:

- 1) Campana
- 2) Conducto
- 3) Filtros depuradores
- 4) Ventilador necesario para que el aire circule a un caudal establecido venciendo la pérdida de carga del sistema.

Las **Vitrinas de Recirculación con Filtro o Vitrinas de Contención por Ventilación (CVE)**, también llamadas vitrinas de laboratorio, son dispositivos de filtración, no de extracción, de seguridad Clase 1, es decir, constarán de un sistema de filtros complementarios:

- a) Filtro de vapores principal
- b) Filtro de seguridad

Además, debe disponer de un sistema de detección continuo, de la saturación de los filtros, situado entre ambos.

Para retener los contaminantes generados las vitrinas de recirculación dispondrán de filtros que hagan las siguientes funciones complementarias:

- a) Filtración de Agregados Moleculares (Partículas y Fibras):

Equipará un filtro HEPA (*High Efficiency Particulate Arresting*) H14 según determina la UNE-EN 1822.

Estos filtros garantizan una eficacia global superior al 99,995% según el método MPPS (Tamaño de Partícula de Mayor Penetración), reteniendo partículas cuyo diámetro sea mayor de 0,15 micras y algunas partículas de tamaño menor de 0,15 micras en función de sus características de forma y de carga de la superficie.

Ello permite capturar, contener, y eliminar los contaminantes transportados por el aire a través de la filtración HEPA y evitar su liberación en el ambiente de trabajo y/o en el medio ambiente.





## Comunidad de Madrid

### b) Filtración de moléculas de los gases y vapores:

Los contaminantes se retienen en la superficie del material adsorbente del filtro. El material adsorbente más utilizado es el carbón activado, del que existen diferentes tipos, pero además existen otros materiales adsorbentes.

Actualmente hay una gran variedad de filtros para vitrinas de recirculación destinados a disolventes orgánicos, ácidos, amoníaco y aminas y para formaldehidos.

En todos los casos deben garantizar la ausencia de desorción y que la concentración de contaminantes no debe superar a la salida de los filtros el 1% del LEP-VLA (*Límite de Exposición Profesional-Valor Límite Ambiental*) de los productos químicos manipulados

<b>Caudal del Aire</b>	220 m <sup>3</sup> /Hora
<b>Velocidad Media del Aire</b>	0,5 m/s en la fachada (parte frontal fija)
<b>Nivel Sonoro</b>	≤50 dB
<b>Estructura</b>	Acero electro-galvanizado resistente a la corrosión y recubierto de polímero anti-corrosión química
<b>Plano de Trabajo</b>	Vidrio templado con sistema "antivertido"
<b>Paneles y fachada</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Polimetacrilato de metilo (PMMA) transparente e incoloro de gran calidad óptica</li><li>• &gt;5 mm de espesor</li><li>• Inerte a la corrosión química</li></ul>
<b>Tensión/Frecuencia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Básico 220 V / 50-60 Hz</li><li>• Opcional 125 V / 50 Hz</li></ul>
<b>Soporte móvil</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Con ruedas para desplazamientos</li><li>• De acero electrogalvanizado ≥1,2 mm</li><li>• Revestido con resina antiácida</li></ul>
Certificación Oficial del fabricante para el mantenimiento de los equipos	
Certificación Oficial del fabricante indicando que la vitrina está bien adaptada para el uso que persigue el cliente	





## 2.- Especificaciones técnicas:

Vitrina de Recirculación con Filtro o de Contención por Ventilación (CVE) de la Clase 1	
<b>Filtro</b>	Dispondrá de Filtro de Partículas y Vapores (PV)
<b>Seguridad</b>	Clase 1 con Garantía de Seguridad que dispondrá de: <ul style="list-style-type: none"><li>• Un filtro de vapores principal y un filtro de seguridad</li><li>• Un sistema de detección continuo de saturación de los filtros, situado entre el filtro principal y el de seguridad</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Filtro HEPA H14 con eficacia <math>\geq 99,995\%</math> según método MPPS (UNE-EN 1822) (Norma NF X 15-211)</li><li>• Filtro de moléculas de gases y vapores no debe superar a la salida de los filtros el 1% del LEP-VLA (Norma NF X 15-211)</li></ul>

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		
<b>Apertura</b>	Si	Tipo Oblonga
<b>Alarma de Aviso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Disminución de la velocidad del aire en frontal</li><li>• Disminución del régimen de ventilación</li><li>• Defecto de ventilación</li><li>• Detección de la saturación del filtro molecular</li><li>• Obstrucción del filtro para partículas</li><li>• Caducidad del filtro molecular</li><li>• Caducidad de la célula de detección</li></ul>	

<b>Cuadro de mandos luminoso y por sonidos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tiempo de funcionamiento</li><li>• Velocidad del aire en la fachada</li><li>• Nivel de saturación de los filtros</li><li>• Nivel de ventilación</li></ul>
<b>Acceso remoto "a distancia"</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dispositivo interactivo con posibilidad remota</li><li>• Consulta dinámica de Eventos e Histórico</li><li>• Software para Smartphone conexión 3G/4G y WIFI</li><li>• Software para PC conexión mediante cable Ethernet RJ45 y WIFI</li></ul>
<b>Consumo Energético Bajo</b>	$\leq 70$ Watios
<b>Iluminación Interior</b>	Tipo LED $\geq 600$ Lux







## Comunidad de Madrid

### 3.- Registro y Certificación:

**a) Obligatorio:** CE; norma UNE-EN 14175, norma AFNOR NF X 15 211:2009 y BS 7989:2001 (*NTP 1.055 del INSBBT, 2015*).

**b) Recomendable:** conformidad con la norma francesa NF X 15- 211:2009 (*Sorbonne à recirculation*); ISO 9001

### 4.- Etiquetado:

Debe disponer de etiqueta en el empaque que identifique al fabricante del dispositivo y muestra número de lote del dispositivo necesario para hacer cualquier consulta.

### 5.-Especificaciones limpieza:

El dispositivo de poder limpiarse tras su utilización. No es un dispositivo con riesgo biológico asociado

### 6.- Dimensiones interiores aproximadas:

Largo 650mm  
Ancho 1000mm  
Altura  $\geq 700$   
Profundidad  $\geq 500$

### 7.- Accesorios incluidos:

Soporte móvil de cuatro ruedas, de estructura de acero electro galvanizado  $\geq 1,2$  mm y revestido con resina antiácida

Manual en castellano

**Unidades:** 54 Ud

**Distribución:** Según consta Anexo II





**LOTE 2:**

**PARTIDA 1: TRITURADOR PROFESIONAL MEDICAMENTOS**

- 1.- Alta resistencia. Realizado material acero inoxidable/ plástico alta resistencia o similar con base aluminio o similar
- 2.- Mango ergonómico permita fácil utilización con aplicación de presión mínima de una mano
- 3.- Resistente a impactos y compacto
- 4.- Fácil limpieza
- 4- dimensiones aproximadas:
  - largo 260 mm;
  - ancho 75 mm;
  - alto 115 mm
- 5.- Peso aproximado 2 Kgr
- 6.- Accesorios incluidos:
  - Un Pack de un mínimo de 50 bolsas desechables compatibles con el modelo de triturador
  - Manual en castellano

**Unidades:** 240 UNIDADES

**Distribución:** Según ANEXO II





Agencia Madrileña de Atención Social  
CONSEJERÍA  
DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

**Comunidad de Madrid**

## ANEXO II: DISTRIBUCIÓN



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **125792328300481669232**



## **LOTE 1 VITRINA RECIRCULACION**

### **Partida 1**

#### **VITRINA RECIRCULACION: 54 Unidades**

RM ADOLFO SUAREZ: 1 Ud  
RM ALCORCON: 1Ud  
RM ARGANDA DEL REY: 1 Ud  
RM CISNEROS: 1 Ud  
RM COLMENAR VIEJO: 1 Ud  
RM DOCTOR GONZALEZ BUENO: 1 Ud  
RM FRANCISCO DE VICTORIA: 1 Ud  
RM GASTÓN BAQUERO: 1 Ud  
RM GETAFE: 1 Ud  
RM GOYA: 1 Ud  
RM GRAN RESIDENCIA: 1 Ud  
RM LA PAZ: 1 Ud  
RM MANOTERAS: 1 Ud  
RM NAVALCARNERO: 1 Udç  
RM NTRA SEÑORA CARMEN: 1 Ud  
RM PARLA : 1 Ud  
RM REINA SOFIA: 1 Ud  
RM SAN FERNANDO HENARES: 1Ud  
RM SAN JOSE: 1Ud  
RM SAN MARTIN VALDEIGLESIAS: 1 Ud  
RM SANTIAGO RUSIÑOL: 1 Ud  
RM TORRELAGUNA: 1 Ud  
RM VALLECAS: 1 Ud  
RM VILLAVICIOSA DE ODON: 1Ud  
RM VISTA ALEGRE: 1 Ud





Agencia Madrileña de Atención Social  
CONSEJERÍA  
DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

## Comunidad de Madrid

CADP DOS DE MAYO: 1Ud  
  
CADP ARGANDA: 1Ud  
  
CADP GETAFE: 1Ud  
  
CADP MIRASIERRA: 1Ud  
  
CADP REINA SOFIA: 1Ud  
  
CADP ANGEL GUARDA: 1 Ud  
  
CO BARAJAS: 1Ud  
  
CO CIUDAD LINEAL: 1Ud  
  
CO CARABANCHEL: 1Ud  
  
CO JUAN AUSTRIA: 1Ud  
  
RI CASA DE LOS NIÑOS: 1Ud  
  
RI CHAMBERÍ: 1 Ud  
  
RI EL ENCINAR: 1Ud  
  
RI HORTALEZA: 1Ud  
  
RI ISABEL CLARA EUGENIA (ICE): 1Ud  
  
RI MANZANARES: 1Ud  
  
RI NTRA SEÑORA LOURDES: 1Ud  
  
RI ROSA: 1Ud  
  
RI LAS ROSAS: 1Ud  
  
RI EL VALLE: 1Ud  
  
RI VALLEHERMOSO: 1Ud  
  
RI ISABEL DE CASTILLA: 1Ud  
  
RI LAS ACACIAS: 1Ud  
  
SERVICIOS CENTRALES: 6Ud



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **125792328300481669232**



## **Comunidad de Madrid**

### **LOTE 2 TRITURADORES**

#### Partida 1

**Triturador profesional: 240 Unidades**

**RM GONZALEZ BUENO: 12 Ud**

**RM REINA SOFIA: 10 Ud**

**RM GRAN RESIDENCIA: 10 Ud**

**RM FRANCISCO VICTORIA: 10 Ud**

**RM ARGANDA DEL REY: 10 Ud**

**RM SANTIAGO RUSIÑOL: 10 Ud**

**RM NTRA SEÑORA CARMEN: 10 ud**

**RM COLMENAR VIEJO: 10 Ud**

**RM MANOTERAS: 12 Ud**

**RM VILLAVICIOSA ODON: 8 ud**

**RM ADOLFO SUAREZ: 8 Ud**

**RM ALCORCON: 8 ud**

**RM GASTON BAQUERO: 8 Ud**

**RM VISTA ALEGRE: 8 Ud**

**RM NAVLACARNERO: 7 ud**

**RM SAN FERNANDO HENARES: 7 ud**

**RM VALLECAS 7 Ud**

**RM TORRELAGUNA: 5 Ud**

**RM CISNEROS: 6 Ud**

**RM SAN MARTIN VALDEIGLESIAS: 5 Ud**

**RM LA PAZ: 5 Ud**

**RM GETAFE: 4 Ud**

**RM PARLA: 4 Ud**

**RM GOYA: 5 Ud**

**RM SAN JOSE: 4 Ud**

**CADP MIRASIERRA: 6 Ud**

**CADP GETAFE: 6 Ud**





## Comunidad de Madrid

CADP DOS DE MAYO: 5 Ud

CADP ARGANDA: 3 Ud

CADP REINA SOFIA: 3 Ud

CO JUAN DE AUSTRIA: 4 Ud

CO BARAJAS: 4 Ud

CO CIUDAD LINEAL: 4 Ud

CO ANGEL DE LA GUARDA: 4 Ud

CO CARBANCHEL: 4 Ud

CO ALUCHE: 3 Ud

CO NAZARET: 3 Ud

### LOTE 1

CENTRO PETICIONARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PARTIDA	PRODUCTO	Uds.
RM ADOLFO SUAREZ	C/ Ravena, 18 28032 - Madrid	91 322.09.00	1	Vitrina recirculación	1
RM ALCORCON	Avda. de Esteban Márquez nº 2 28922-Alcorcón	91 644.13.00	1	Vitrina recirculación	1
RM ARGANDA DEL REY	Avd. del Instituto s/n 28500-Arganda del Rey	91 871.33.00	1	Vitrina recirculación	1
RM CISNEROS	Avda. Ajalvir, 1 28806-Alcalá de Henares	91 880.02.11 91 880.00.15 91 880.00.63	1	Vitrina recirculación	1
RM COLMENAR VIEJO	Avda. Remedios, 28 28770-Colmenar Viejo	91 847.40.00	1	Vitrina recirculación	1
RM DOCTOR GONZALEZ BUENO	Ctra. Colmenar, km. 13 28049- Madrid	91 734.63.00	1	Vitrina recirculación	1
RM FRANCISCO DE VICTORIA	C/ Villamalea, 1 28805-Alcalá de Henares	91 889.30.50	1	Vitrina recirculación	1
RM GASTÓN BAQUERO	C/ Francisco Chico Mendes, 8 28108-Alcobendas	91 661.71.91	1	Vitrina recirculación	1
RM GETAFE	Avda. Juan Carlos I, 4 28905-Getafe	Avda. Juan Carlos I, 4 28905-Getafe	1	Vitrina recirculación	1
RM GOYA	C/ Doctor Esquerdo, 26 28028-Madrid	91 276.10.00	1	Vitrina recirculación	1
RM GRAN RESIDENCIA	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.58.00	1	Vitrina recirculación	1





## Comunidad de Madrid

CENTRO PETICIONARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PARTIDA	PRODUCTO	Uds.
RM LA PAZ	C/ Doctor Esquerdo, 44 28007-Madrid	91 409.09.43	1	Vitrina recirculación	1
RM MANOTERAS	C/ Oña, 3 28050-Madrid	91 766.52.22	1	Vitrina recirculación	1
RM NAVALCARNERO	Calle Víctimas del Terrorismo, s/n 28600-Navalcarnero	91 811.15.11	1	Vitrina recirculación	1
RM NTRA. SRA. DEL CARMEN	C/ Canto Blanco, 3 28049- Madrid	91 734.34.50	1	Vitrina recirculación	1
RM PARLA	C/ Zuloaga, 2 28980-Parla	91 698.51.61	1	Vitrina recirculación	1
RM REINA SOFIA	Avda. Noroeste nº9 28232- Las Rozas de Madrid	91 637.40.12	1	Vitrina recirculación	1
RM SAN FERNANDO HENARES	C/ Ventura de Argumosa, 4 28830-San Fernando de Henares	91 674.62.00	1	Vitrina recirculación	1
RM SAN JOSE	C/ Trévez, s/n 28041-Madrid	91 317.54.67	1	Vitrina recirculación	1
RM SAN MARTIN VALDEIGLESIAS	C/ San Martín, 2 28680-San Martín de Valdeiglesias	91 861.04.00	1	Vitrina recirculación	1
RM SANTIAGO RUSIÑOL	Pza. Doctor González Bueno, 16 28300-Aranjuez	91 891.14.40	1	Vitrina recirculación	1
RM TORRELAGUNA	C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12 28180-Torrelaguna	91 843.00.25	1	Vitrina recirculación	1
RM VALLECAS	C/ Benjamín Palencia, 25 28038-Madrid	91 779.14.40	1	Vitrina recirculación	1
RM VILLAVICIOSA DE ODON	Paseo Monte de la Villa, s/n Ctra. San Martín de Valdeiglesias, km. 11,200 28670-Villaviciosa de Odón	91 616.73.18	1	Vitrina recirculación	1
RM VISTA ALEGRE	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.93.63	1	Vitrina recirculación	1
CADP DOS DE MAYO	C/ Oña, 1 28050-Madrid	91 383.99.27 91 383.89.62 91 383.97.11 91 383.83.93	1	Vitrina recirculación	1
CADP ARGANDA	Avd. del Instituto s/n 28500-Arganda del Rey	918713300	1	Vitrina recirculación	1
CADP GETAFE	C/ Vereda del Camuerzo, 2 Sector III -28905-Getafe	91 665.37.70	1	Vitrina recirculación	1
CADP MIRASIERRA	C/ La Masó, 40 28034-Madrid	91 739.87.00 91 739.78.85	1	Vitrina recirculación	1
CADP REINA SOFIA	C/ San Martín, 13 28680-San Martín de Valdeiglesias	91 861.08.97 91 861.08.12	1	Vitrina recirculación	1
CO ANGEL GUARDA	Avda. Daroca, 60 28017-Madrid	91 404.75.04 (centralita) 91 403.39.64	1	Vitrina recirculación	1





## Comunidad de Madrid

CENTRO PETICIONARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PARTIDA	PRODUCTO	Uds.
		(Dirección)			
CO BARAJAS	C/ Zaorejas, s/n- local 10 28042-Madrid	91 747.33.11 91 747.16.29	1	Vitrina recirculación	1
CO CIUDAD LINEAL	C/ Joséfa Valcárcel, 1 28027-Madrid	91 742.22.01	1	Vitrina recirculación	1
CO CARABANCHEL	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91.465.63.08 91.462.86.14 91.466.62.11 91 466.67.21	1	Vitrina recirculación	1
CO JUAN AUSTRIA	C/ Arturo Soria, 12 28027-Madrid	91 377.51.62 91 377.51.59 91 377.51.61	1	Vitrina recirculación	1
RI CASA DE LOS NIÑOS	Ctra. Colmenar Viejo, Km 12,800 28049 Madrid	91.734.30.82 91 735.44.11	1	Vitrina recirculación	1
RI CHAMBERÍ	C/ Fernández de los Ríos, 37 28015 Madrid	91.446.42.01 91.446.39.52	1	Vitrina recirculación	1
RI EL ENCINAR	C/ Estrecho de Mesina, 1 28043 Madrid	91.759.54.77 91.759.54.57	1	Vitrina recirculación	1
RI HORTALEZA	C/ Valdetorres de Jarama, 1 28043 Madrid	91.764.29.00 91.764.29.43	1	Vitrina recirculación	1
RI ISABEL CLARA EUGENIA (ICE)	C/ Mar Caspio, 8 28033 Madrid	91.763.32.22 91.493.11.76 91.763.32.40 91.763.32.41 91.763.32.13	1	Vitrina recirculación	1
RI MANZANARES	C/ Arturo Soria, 124 28043 Madrid	91.415.15.90	1	Vitrina recirculación	1
RI NTRA SEÑORA LOURDES	C/ Herrador, 2 28850 Torrelodones (Madrid)	91.859.02.52	1	Vitrina recirculación	1
RI ROSA	Paseo de la Habana, 173 28036 Madrid	91.350.73.92	1	Vitrina recirculación	1
RI LAS ROSAS	Avda. Guadalajara, 69 28032 Madrid	91.760.92.30 91.760.92.31	1	Vitrina recirculación	1
RI EL VALLE	Avda. del Valle, 22 28033 Madrid	91.553.56.14	1	Vitrina recirculación	1
RI VALLEHERMOSO	C/ Fernández de los Ríos, 42 28015 Madrid	91.446.55.03	1	Vitrina recirculación	1
RI ISABEL DE CASTILLA	C/ Sierra de Palomeras, 12 28031 Madrid	91.303.00.16	1	Vitrina recirculación	1
RI LAS ACACIAS	C/ General Ricardos, 177 28025 Madrid	91.462.84.26	1	Vitrina recirculación	1
SERVICIOS CENTRALES	C/ Agustín Foxa ° 31 28036- Madrid		1	Vitrina recirculación	6



**LOTE 2**

CENTRO PETICIONARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PARTIDA	PRODUCTO	Uds.
RM ADOLFO SUAREZ	C/ Ravena, 18 28032 - Madrid	91 322.09.00	1	Trituradores	8
RM ALCORCON	Avda. de Esteban Márquez nº 2 28922-Alcorcón	91 644.13.00	1	Trituradores	8
RM ARGANDA DEL REY	Avd. del Instituto s/n 28500-Arganda del Rey	91 871.33.00	1	Trituradores	10
RM CISNEROS	Avda. Ajalvir, 1 28806-Alcalá de Henares	91 880.02.11 91 880.00.15 91 880.00.63	1	Trituradores	6
RM COLMENAR VIEJO	Avda. Remedios, 28 28770-Colmenar Viejo	91 847.40.00	1	Trituradores	10
RM DOCTOR GONZALEZ BUENO	Ctra. Colmenar, km. 13 28049- Madrid	91 734.63.00	1	Trituradores	12
RM FRANCISCO DE VICTORIA	C/ Villamalea, 1 28805-Alcalá de Henares	91 889.30.50	1	Trituradores	10
RM GASTÓN BAQUERO	C/ Francisco Chico Mendes, 8 28108-Alcobendas	91 661.71.91	1	Trituradores	7
RM GETAFE	Avda. Juan Carlos I, 4 28905-Getafe	Avda. Juan Carlos I, 4 28905-Getafe	1	Trituradores	4
RM GOYA	C/ Doctor Esquerdo, 26 28028-Madrid	91 276.10.00	1	Trituradores	5
RM GRAN RESIDENCIA	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.58.00	1	Trituradores	10
RM LA PAZ	C/ Doctor Esquerdo, 44 28007-Madrid	91 409.09.43	1	Trituradores	5
RM REINA SOFIA	Avda. Noroeste nº9 28232-Las Rozas de Madrid	91 637.40.12	1	Trituradores	10
RM SAN FERNANDO HENARES	C/ Ventura de Argumosa, 4 28830-San Fernando de Henares	91 674.62.00	1	Trituradores	7
RM SAN JOSE	C/ Trévez, s/n 28041-Madrid	91 317.54.67	1	Trituradores	4
RM SAN MARTIN VALDEIGLESIAS	C/ San Martín, 2 28680-San Martín de Valdeiglesias	91 861.04.00	1	Trituradores	5



## Comunidad de Madrid

CENTRO PETICIONARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PARTIDA	PRODUCTO	Uds.
RM SANTIAGO RUSIÑOL	Pza. Doctor González Bueno, 16 28300-Aranjuez	91 891.14.40	1	Trituradores	10
RM TORRELAGUNA	C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12 28180-Torrelaguna	91 843.00.25	1	Trituradores	5
RM VALLECAS	C/ Benjamín Palencia, 25 28038-Madrid	91 779.14.40	1	Trituradores	7
RM VILLAVICIOSA DE ODON	Paseo Monte de la Villa, s/n Ctra. San Martín de Valdeiglesias, km. 11,200 28670-Villaviciosa de Odón	91 616.73.18	1	Trituradores	8
RM VISTA ALEGRE	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.93.63	1	Trituradores	7
RM NTRA. SEÑORA CARMEN	C/ Canto Blanco, 3 28049-Madrid	91 734.34.50	1	Trituradores	10
RM MANOTERAS	C/ Oña, 3 28050-Madrid	91 766.52.22	1	Trituradores	12
RM NAVALCARNERO	Calle Víctimas del Terrorismo, s/n 28600-Navalcarnero	91 811.15.11	1	Trituradores	7
RM PARLA	C/ Zuloaga, 2 28980-Parla	91 698.51.61	1	Trituradores	4
CADP DOS DE MAYO	C/ Oña, 1 28050-Madrid	91 383.99.27 91 383.89.62 91 383.97.11 91 383.83.93	1	Trituradores	5
CADP ARGANDA	Avd. del Instituto s/n 28500-Arganda del Rey	918713300	1	Trituradores	3
CADP GETAFE	C/ Vereda del Camuerzo, 2 Sector III -28905-Getafe	91 665.37.70	1	Trituradores	6
CADP MIRASIERRA	C/ La Masó, 40 28034-Madrid	91 739.87.00 91 739.78.85	1	Trituradores	6
CADP REINA SOFIA	C/ San Martín, 13 28680-San Martín de Valdeiglesias	91 861.08.97 91 861.08.12	1	Trituradores	3
CO ANGEL GUARDA	Avda. Daroca, 60 28017-Madrid	91 404.75.04 (centralita) 91 403.39.64 (Dirección)	1	Trituradores	4
CO BARAJAS	C/ Zaorejas, s/n-local 10 28042-Madrid	91 747.33.11 91 747.16.29	1	Trituradores	4
CO CIUDAD LINEAL	C/ Joséfa Valcárcel, 1 28027-Madrid	91 742.22.01	1	Trituradores	4
CO CARABANCHEL	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91.465.63.08 91.462.86.14 91.466.62.11 91 466.67.21	1	Trituradores	4
CO JUAN AUSTRIA	C/ Arturo Soria, 12	91 377.51.62 91 377.51.59	1	Trituradores	4



Agencia Madrileña de Atención Social  
CONSEJERÍA  
DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

## Comunidad de Madrid

CENTRO PETICIONARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PARTIDA	PRODUCTO	Uds.
	28027-Madrid	91 377.51.61			
CO NAZARET	Avda. Manoteras, 1 28050-Madrid	91 302.78.51 91 302.78.53 91 302.30.26	1	Trituradores	3
CO ALUCHE	Avda. Rafael Finat, 48 28044-Madrid	91 706.29.21	1	Trituradores	3



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1257923283004816699232**