

DIVISIÓN CONTRATACIÓN

Exp.: A/SUM-005647/2021

COMUNICADO PARA SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

La Mesa de Contratación de la Agencia Madrileña de Atención Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 141.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ha acordado en la sesión del día 16 de agosto de 2021, solicitar a la empresa **GAMMA SOLUTIONS HEALTH, S.L.** que proceda a la subsanación de los siguientes defectos y omisiones observados en la documentación presentada para concurrir al procedimiento abierto convocado para la adjudicación del contrato titulado:

“LOTE 3 Suministro de material de protección para la equipación ante SARS-COV2 en los centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (3 lotes)”.

EMPRESA	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (Con indicación de los defectos u omisiones de documentación)										
GAMMA SOLUTIONS HEALTH, S.L.	<p>Solvencia técnica y profesional: Se observa defectos en la documentación artículo 89.1 e) de la LCSP, características técnicas, lote 3, apartado 7, debiendo <u>subsanarlos</u> de la siguiente forma:</p> <p>Documentación a aportar, junto a ficha técnica:</p> <p>7.1 Cumplimiento normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> “Ensayo certificado por laboratorio oficial con alcance para el análisis de producto sanitario, en castellano o traducción al castellano en declaración jurada, que muestre el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento establecidos en la Norma UNE-EN 14.683: 2019 + AC: 2019: <i>Mascarillas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo</i>, que se indican en la siguiente tabla: <table> <tr> <th>ENSAYO</th><th>TIPO IIR</th></tr> <tr> <td>EFICACIA FILTRACION BACTERIANA (BFE)</td><td>≥ 98%</td></tr> <tr> <td>PRESIÓN DIFERENCIAL (Pa/cm²)</td><td>< 60</td></tr> <tr> <td>PRESIÓN DE RESISTENCIA A LAS SALPICADURAS (Kpa)</td><td>≥ 16,0</td></tr> <tr> <td>LIMPIEZA MICROBIANA (ufc/g)</td><td>≤ 30</td></tr> </table>	ENSAYO	TIPO IIR	EFICACIA FILTRACION BACTERIANA (BFE)	≥ 98%	PRESIÓN DIFERENCIAL (Pa/cm ²)	< 60	PRESIÓN DE RESISTENCIA A LAS SALPICADURAS (Kpa)	≥ 16,0	LIMPIEZA MICROBIANA (ufc/g)	≤ 30
ENSAYO	TIPO IIR										
EFICACIA FILTRACION BACTERIANA (BFE)	≥ 98%										
PRESIÓN DIFERENCIAL (Pa/cm ²)	< 60										
PRESIÓN DE RESISTENCIA A LAS SALPICADURAS (Kpa)	≥ 16,0										
LIMPIEZA MICROBIANA (ufc/g)	≤ 30										

En consecuencia, se concede de plazo a dichas empresas hasta las **23:59:59 del día 20 de agosto de 2021** para que puedan subsanar ante la Mesa de Contratación los defectos u omisiones reseñados, advirtiéndose que la no subsanación dentro del plazo concedido será causa de inadmisión de la proposición.



La documentación se presentará a través de la dirección
http://gestiona.madrid.org/ereg_virtual_presenta/run/j/InicioDistribuidor.icm

- 1) Seleccionando el segundo apartado, denominado "Aportación de documentos".
- 2) En la siguiente pantalla, seleccionar el botón rojo denominado "Acceso al Servicio".
Entonces aparecerán los expedientes en los que figure como interesado.
- 3) Seleccionar el expediente y aportar la documentación pertinente

Madrid, a la fecha de la firma
EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

José Pedro Rodero Díaz