 SaludMadrid	<b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SERVICIO DE SUMINISTROS <b>SUMC</b>	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>ANEXO 24</b>
--	---	----------------------------------	-----------------

**EXPEDIENTE:** 2022000014

## OBJETO DEL CONTRATO


El presente contrato tiene por objeto el suministro de MATERIAL SANITARIO COMUN: AGUJA PUNCION RESERVORIO para Varios Servicios, para cubrir las necesidades del Hospital


LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
1	1	000047	AGUJA PUNCION RESERVORIO 20G X 1 T/GRIPPER.
	2	000528	AGUJA PUNCION RESERVORIO 22G X 3/4 T/GRIPPER
	3	000529	AGUJA PUNCION RESERVORIO 22G X 1 T/GRIPPER.
	4	008276	AGUJA PUNCION RESERVORIO 19G X 1 T/GRIPPER
	5	008683	AGUJA PUNCION RESERVORIO 20G X 3/4 T/GRIPPER
	6	401045	AGUJA PUNCION RESERVORIO 19G X 3/4 T/GRIPPER

### Compuesto por:

- Aguja lubricada con material inerte, con punta triple bisel y ligeramente angulada.
- Longitud útil de aguja en los números de orden 1, 3, 4 de 15-16mm. En el 2, 5, 6 de 20-21mm
- Con sistema que facilite el manejo y la sujeción perpendicular a la aguja. Almohadillado para evitar contacto directo con la piel.
- Tubo prolongador de material plástico de 18-20 cm de longitud, con pinza clamp con código de color que identifique el calibre de la aguja y máximo flujo admitido. Baja absorción, apto para administración de citostáticos, como el Paclitaxel. Extremo distal conexión luer-Lock con tapón de cierre
- Puerto en Y con válvula de bioseguridad.
- Resistencia a la presión al menos de 20 bares.
- Con dispositivo de seguridad integrado que proteja la aguja de manera voluntaria e irreversible.
- Exenta de látex y DHEP.
- En envase estéril de fácil apertura.
- Deberá cumplir con los requerimientos de la orden 827/2005 emitida por la consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid

**Aplicaciones:** Para administración de fluidos y medicamentos intravenosos a través de reservorio (sistema subcutáneo de acceso vascular).


**Hospital Universitario  
Ramón y Cajal**  
SUBDIRECTORA DE ENFERMERÍA  
FDO. LAURA CLAVERO LOPEZ

 <p><b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SERVICIO DE SUMINISTROS <b>SUMC</b></p>	<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p>	<p>ANEXO 24</p>
--	----------------------------------	-----------------

#### ANEXO:

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. Los artículos ofertados deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios y, para el caso de productos implantables activos el Real Decreto 1616/2009 de 26 de octubre así como el Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre para los productos sanitarios diagnóstico "in vitro". En cualquier caso todos los productos que lo requieran deberán incluir el certificado de exención de látex.


#### CONDICIONES MINIMAS QUE DEBEN REUNIR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

- La estructura de los dispositivos de seguridad tendrá siempre como fin primordial la eliminación de objetos punzocortantes
  - El dispositivo de seguridad no debe comprometer en ningún caso la salud del paciente.
  - En todo caso, el mecanismo de seguridad debe estar integrado en el dispositivo.
  - La activación del mecanismo de seguridad habrá de manifestarse al usuario mediante una señal auditiva, táctil o visual.
  - El mecanismo de seguridad no podrá ser desactivado y mantendrá su actividad protectora hasta que el dispositivo esté depositado en un contenedor de objetos punzocortantes.
  - Siempre que sea posible, la activación se realizará por el profesional sanitario utilizando solo una mano.
  - El dispositivo de seguridad debe ser compatible con otros accesorios que puedan utilizarse.
  - El dispositivo de seguridad habrá de ser fácil de utilizar, práctico, fiable y eficaz para alcanzar su finalidad.
3. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
    - Relación de productos ofertados.
    - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna a efectos de valoración de los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego.
  4. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **SI**.
    - **10** unidades de cada número de orden


En caso de ser necesarias un mayor nº de unidades para completar el informe técnico correspondiente podrían ser solicitadas con posterioridad.


El procedimiento será:

    - Entregar las muestras en el Almacén del HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL (control de almacenes planta -4 dcha. Horario: de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 H).
    - Cada licitador deberá entregar en Almacén junto con las muestras dos relaciones en donde aparezca indicado lo siguiente:
      - Nº Procedimiento.
      - Nº de Lote – Orden.
      - Nombre del proveedor.
    - Al entregar en Almacén las muestras le sellarán las 2 copias, una de ellas se quedará en el Almacén, y la otra copia sellada será entregada al Proveedor.
    - Las muestras deben estar bien identificadas con su número de lote, orden y referencia de la misma, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.

 <b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SERVICIO DE SUMINISTROS <b>SUMC</b>	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>ANEXO 24</b>
---	----------------------------------	-----------------

5. Etiquetado en el que figure:
  - a. La denominación del artículo.
  - b. El método de esterilización utilizado.
  - c. Las fechas de caducidad del producto.
  - d. El número de lote.
  - e. La referencia comercial.
  - f. Marcado CE.
  - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
6. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
7. El cumplimiento de todos estos extremos deben justificarse en el Sobre 2.


**Hospital Universitario  
Ramón y Cajal**  
 SUBDIRECTORA DE ENFERMERIA  
 FDO. LAURA CLAVERO LOPEZ

 <p><b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC</p>	<p>ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p>	<p>ANEXO 25</p>
--	---	-----------------

P.A. 2022000014

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (24 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	000047	AGUJA PUNCION RESERVORIO 20G X 1 T/GRIPPER	UNIDAD	560	2,18	1.220,80	21,00	256,37	1.477,17
1	2	000528	AGUJA PUNCION RESERVORIO 22G X 3/4 T/GRIPPER	UNIDAD	1.336	2,18	2.912,48	21,00	611,62	3.524,10
1	3	000529	AGUJA PUNCION RESERVORIO 22G X 1 T/GRIPPER	UNIDAD	96	2,18	209,28	21,00	43,95	253,23
1	4	008276	AGUJA PUNCION RESERVORIO 19G X 1 T/GRIPPER	UNIDAD	128	2,18	279,04	21,00	58,60	337,64
1	5	008683	AGUJA PUNCION RESERVORIO 20G X 3/4 T/GRIPPER	UNIDAD	47.592	2,18	103.750,56	21,00	21.787,62	125.538,18
1	6	401045	AGUJA PUNCION RESERVORIO 19G X 3/4 T/GRIPPER	UNIDAD	1.112	2,18	2.424,16	21,00	509,07	2.933,23
TOTAL LOTE 1:							110.796,32		23.267,23	134.063,55

IMPORTE TOTAL:	110.796,32		23.267,23	134.063,55
----------------	------------	--	-----------	------------