

EXPEDIENTE:	GCASU2200008
OBJETO:	SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA SU UTILIZACIÓN EN EL ÁREA QUIRÚRGICA, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Celebrada con fecha 5 de mayo de 2022 la Mesa de Contratación ha comprobado la subsanación de incidencias en la documentación administrativa-técnica de las empresas que se relacionan a continuación, por tanto quedan admitidas a licitación:

Nombre/Razón social	NIF
C.V. MEDICA, S.L.	B43285592
HOSPIFER SERUMESPA SL	B65075400
PALL ESPAÑA, S.A.U.	A78788270
PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNA	B62838784
TELIC, S.A.	A08733578

La relación definitiva de empresas admitidas a este procedimiento es la siguiente:

Nombre/Razón social	Licitador NIF
C.V. MEDICA, S.L.	B43285592
CARDIVA 2, S.L.	B80601982
COMERCIAL MEDICO QUIRURGICA, S.A.	A08740573
DEXTROMEDICA, S.L.	B46149555
GARRIC MEDICA, S.L.	B80196934
HORTAS SUMINISTROS, S.L.	B15155237
HOSPIFER SERUMESPA SL	B65075400
IHT MEDICAL, S.A.	A59077941
IMARK-HOSPITAL S.L.	B86725496
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	B80957889
INTRAVEN, S.L.	B78341369
MEDICAL CANADA, S.L.L.	B73280349
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.	B86030723
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	A28389484
PALL ESPAÑA, S.A.U.	A78788270
PRIM, S.A.	A28165587
PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNA	B62838784
PROTESIS HOSPITALARIAS, S.A.	A79062469
TELIC, S.A.	A08733578
TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES	B87583019
VYAIR MEDICAL SLU.	B87513040

Seguidamente se procede a la valoración técnica de cumplimiento de PPT,

LOTE 1: Alfombra absorbente de líquidos

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
IMARK-HOSPITAL S.L.	SI	
INTRAVEN, S.L.	NO	Se solicita de 70x180 cms y se oferta de 90x150 cms. La ficha técnica se presenta en italiano y parece deducirse que hace referencia a 3 productos con diferentes características ignorándose cuál es el que se oferta.



MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.	SI	
------------------------------------	----	--

LOTE 2: Cepillos quirúrgicos

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
C.V. MEDICA, S.L.	SI	

LOTE 3: Mango quirúrgico desechable de corte y coagulación

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
DEXTROMEDICA, S.L.	SI	
GARRIC MEDICA, S.L.	NO	Se solicita que el electrodo desmontado mida 7 cms. Y mide 6 cms.
TELIC, S.A.	SI	

LOTE 4: Rascador para limpieza de electrodos

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
IHT MEDICAL, S.A.	SI	
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.	SI	
TELIC, S.A.	SI	

LOTE 5: Rotulador dermatográfico

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
IHT MEDICAL, S.A.	NO	La calidad del trazo no es adecuada. La cantidad de tinta es escasa, debiendo tener que remarcar la zona.
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.	SI	
TELIC, S.A.	SI	

LOTE 6: Mascarilla quirúrgica con visor

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.	NO	Se solicita altura del visor de 8 cms. Y se oferta de 7 cms.
TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES	SI	

LOTE 7: Filtro de humos para laparoscopia

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
COMERCIAL MEDICO QUIRURGICA, S.A.	NO	No se solicita puerto de escape, para su utilización necesita elementos adicionales (aspirador y gomas de aspirador). Se solicita que la longitud del tubo sea de 35 cms. Y se oferta de 27,5 cms.
DEXTROMEDICA, S.L.	NO	No se solicita puerto de escape, para su utilización necesita elementos adicionales (aspirador y gomas de aspirador).
HORTAS SUMINISTROS, S.L.	NO	No se solicita puerto de escape, para su utilización necesita elementos adicionales (aspirador y gomas de aspirador).
HOSPIFER SERUMESPA SL	NO	Se solicita que la longitud del del tubo sea de 35 cms y se oferta de 27,5 cms
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	NO	No se solicita puerto de escape, para su utilización necesita elementos adicionales (aspirador y gomas de aspirador).
MEDICAL CANADA, S.L.L.	NO	No se solicita puerto de escape, para su utilización necesita elementos adicionales (aspirador y gomas de aspirador). No presenta roller, presenta clamp.
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	NO	Se solicita que la longitud del tubo sea de 35 cms y se oferta 280 cms. Así mismo no se solicitan actuaciones adicionales con el filtro, conexiones a otros sistemas ni equipos y para el ofertado es necesario.
PALL ESPAÑA, S.A.U.	SI	



PRIM, S.A.		NO	Se solicita que la longitud del tubo sea de 35 cms y se oferta 280 cms. Así mismo no se solicitan actuaciones adicionales con el filtro, conexiones a otros sistemas ni equipos y para el ofertado es necesario.
PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNA		NO	No se solicita puerto de escape, para su utilización necesita elementos adicionales (aspirador y gomas de aspirador). No especifica en la ficha técnica que sea capaz de retener bacterias y virus.
PROTESIS HOSPITALARIAS, S.A.		NO	No se solicita puerto de escape, para su utilización necesita elementos adicionales (aspirador y gomas de aspirador). No especifica en la ficha técnica que sea capaz de retener bacterias y virus.
TELIC, S.A.		NO	No se solicita puerto de escape, para su utilización necesita elementos adicionales (aspirador y gomas de aspirador).
TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES		NO	No se solicita puerto de escape, para su utilización necesita elementos adicionales (aspirador y gomas de aspirador).

LOTE 8: bolsa para instrumental larga

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
CARDIVA 2, S.L.	SI	

LOTE 9: Cal sodada compatible con máquina de anestesia "Drager"

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	SI	

LOTE 10: Cal sodada compatible con máquina de anestesia "Ge Healthcare system"

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	SI	
VYAIR MEDICAL SLU .	NO	Se solicita nula emisión de polvo y el envase de la cal sodada esta manchado de polvo por la parte externa y por la parte interna.

Quedando excluidos del procedimiento los licitadores para los lotes presentados que no cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Y para que conste, se expide y firma en San Sebastián de los Reyes, a 5 de mayo, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública a la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril.

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN,

Fdo.: Jose Alberto Torcal Ochoa

