

EXPEDIENTE:	GCASU2200006
OBJETO:	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE USO SANITARIO, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Celebrada con fecha 5 de mayo de 2022 la Mesa de Contratación ha comprobado la subsanación de incidencias en la documentación administrativa-técnica de las empresas que se relacionan a continuación, por tanto quedan admitidas a licitación:

Nombre/Razón social	NIF
HOSPIFER SERUMESPA SL	B65075400
JESUS SANCHEZ SERRANO, S.L.	B79397725
PRODUCTOS FAVESAN, S.A.	A45063583

La relación definitiva de empresas admitidas a este procedimiento es la siguiente:

Nombre/Razón social	Licitador NIF
AB MEDICA GROUP,S.A.	A08736431
AMEBIL, S.L.	B95492716
AMEVISA, S.A.	A28838555
BASTOS MEDICAL,S.L.	B61566006
BECTON DICKINSON, S.A.	A50140706
BIOTEC MEDICA, S.A.	A47083100
CELULOSAS VASCAS,S.L.	B95631925
DEXTROMEDICA, S.L.	B46149555
DISTRAUMA MEDICAL, S.L.	B61435079
GAMMA SOLUTIONS HEALTH, S.L.	B83239335
GARRIC MEDICA, S.L.	B80196934
HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	B81933830
HOSPIFER SERUMESPA SL	B65075400
IBERHOSPITEX, S.A.	A08630063
ICU MEDICAL PROD.FARM.HOSPIT.SL	B83959056
IHT MEDICAL, S.A.	A59077941
IMEOS, SOCIEDAD LIMITADA	B98705213
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	B80957889
JESUS SANCHEZ SERRANO, S.L.	B79397725
JUVAZQUEZ, S.L.	B28931202
KRAPE, S.A.	A28329704
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA SL.	B82665373
LABORATORIOS HARTMANN, S.A.	A08032401
MEDICAL MIX, S.L.	B62447727
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.	B86030723
OXIGEM S.L.	B80213788
PRODUCTOS FAVESAN, S.A.	A45063583
SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA,S.L	B65083016
TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES	B87583019
WACREES, S.A.	A79937926



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0907944322842645591669**

Seguidamente se procede a la valoración técnica de cumplimiento de PPT,

LOTE 1: Cureta dermatológica desechable

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
AMEVISA, S.A.	NO	La cuchilla no corta perfectamente los tejidos
BIOTEC MÉDICA, S.A.	NO	La cuchilla no corta perfectamente los tejidos
DISTRAUMA MEDICAL, S.L.	SI	
GAMMA SOLUTIONS HEALTH, S.L.	NO	La cuchilla no corta perfectamente los tejidos
GARRIC MEDICA, S.L.	NO	La cuchilla no corta perfectamente los tejidos
HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	NO	La cuchilla no corta perfectamente los tejidos
IMEOS, SOCIEDAD LIMITADA	NO	La cuchilla no corta perfectamente los tejidos
MEDICAL MIX, S.L.	NO	La cuchilla no corta perfectamente los tejidos
SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, S.L.	NO	La cuchilla no corta perfectamente los tejidos
TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES	NO	La cuchilla no corta perfectamente los tejidos

LOTE 2: Punch de biopsia

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
AMEVISA, S.A.	NO	La cuchilla no corta perfectamente los tejidos
DISTRAUMA MEDICAL, S.L.	SI	
GAMMA SOLUTIONS HEALTH, S.L.	NO	La cuchilla no corta perfectamente los tejidos
GARRIC MEDICA, S.L.	NO	La cuchilla no corta perfectamente los tejidos
IMEOS, SOCIEDAD LIMITADA	NO	La cuchilla no corta perfectamente los tejidos
MEDICAL MIX, S.L.	NO	La cuchilla no corta perfectamente los tejidos
SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, S.L.	NO	La cuchilla no corta perfectamente los tejidos
TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES	NO	La cuchilla no corta perfectamente los tejidos

LOTE 3: Pinza clamp de plástico

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
PRODUCTOS FAVESAN, S.A.	SI	

LOTE 4: Depresor lingual de plástico

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
KRAPE, S.A.	SI	
PRODUCTOS FAVESAN, S.A.	NO	Se solicita de 15x2 y se oferta de 13,7x2. Los bordes no son totalmente atraumáticos.

LOTE 5: Tubo silicona 6x12mm

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
AMEVISA, S.A.	SI	
HOSPIFER SERUMESPA SL	SI	
IHT MEDICAL, S.A.	SI	
JESUS SANCHEZ SERRANO, S.L.	SI	
JUVAZQUEZ, S.L.	SI	

LOTE 6: Tubo bulbo 7x9mm

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
AMEBIL, S.L.	SI	



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0907944322842645591669

LOTE 7: Tubo aspiración 7x10mm

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
AMEBIL, S.L.	SI	
AMEVISA, S.A.	NO	Se solicita transparente y se oferta translúcido.
BASTOS MEDICAL,S.L.	NO	No presenta muestras, al día del cierre del expediente.
HOSPIFER SERUMESPA SL	NO	El cono no es articulable, no es transparente, es translúcido.
IBERHOSPITEX, S.A.	NO	Se pide de 7x10 y se oferta de 9x11
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	SI	
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA SL.	NO	Se pide de 7x10 y se oferta de 8x11. El cono no es articulable.
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.	NO	El conector no es articulable.
OXIGEM S.L.	SI	

LOTE 8: Punzón para trasvasación con anclaje universal

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
ICU MEDICAL PROD.FARM.HOSPIT.SL	SI	
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA SL.	NO	Se solicita para viales de 20, 28 y 32 mm y sirve para 14 mm. Se solicita válvula de seguridad en dos pasos y no se hace referencia a ello en ficha técnica.

LOTE 9: Punzón para trasvasación sin sistema de anclaje

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
BECTON DICKINSON, S.A.	NO	Se pide que impida el acceso con agujas y lo permite. Se solicita válvula de seguridad en dos pasos y no se hace referencia a ello en ficha técnica.
ICU MEDICAL PROD.FARM.HOSPIT.SL	SI	
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA SL.	NO	Se solicita válvula de seguridad en dos pasos y no se hace referencia a ello en ficha técnica.

LOTE 10: Guante atenuación radiológica libre de plomo

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
AMEBIL, S.L.	NO	Se solicita que el guante esté libre de tiuranos y no figura en su ficha técnica. No especifica que cumple las normativas 388, ASTM 2547 y F1671. No especifica en ficha la capacidad de atenuación.
CELULOSAS VASCAS,S.L.	SI	
DEXTROMEDICA, S.L.	NO	Se pide sin reborde y se oferta con reborde. Se solicita altamente elástico y no lo es.
GARRIC MEDICA, S.L.	NO	Se pide de polisopreno y se oferta de látex.
LABORATORIOS HARTMANN, S.A.	SI	
WACREES, S.A.	NO	Se solicita atenuación a 100 KW 29% y la oferta del 28,7%, a 80 KW se solicita del 43% y la oferta del 34%. No figura el cumplimiento de la norma F1671 referente a resistencia a penetración viral. No especifica que no lleve plomo ni tiuranos.

LOTE 11: Pila alcalina para equipamiento médico

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
AB MEDICA GROUP,S.A.	SI	
GAMMA SOLUTIONS HEALTH, S.L.	SI	

Quedando excluidos del procedimiento los licitadores para los lotes presentados que no cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0907944322842645591669

Y para que conste, se expide y firma en San Sebastián de los Reyes, a 5 de mayo, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública a la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril.

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN,

Fdo.: José Alberto Torcal Ochoa



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0907944322842645591669**