 <b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SERVICIO DE SUMINISTROS <b>SUMC</b>	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
---	---------------------------	----------

**EXP: 2022000008**

## **OBJETO DEL CONTRATO:**

El presente contrato tiene por objeto la adquisición de UN EQUIPO CONTADOR GAMMA, para la unidad de RADIOFARMACIA (SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR).

EQUIPO	LOCALIZACION	UD.	PRECIO(€)*	TOTAL(€)*
EQUIPO CONTADOR GAMMA	UNIDAD DE RADIOFARMACIA (SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR)	1	72.188,60	72.188,60
<b>TOTAL</b>				72.188,60

\* IVA incluido

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Los requisitos que debe reunir el equipo son:

- Detector de 3 pulgadas con cristal de yoduro sódico.
- Ordenador integrado con Windows 10.
- Pantalla táctil.
- Posibilidad de conexiones Ethernet y USB para trabajo en red e impresoras.
- Visualización del espectro de los isótopos radiactivos y valores en cpm y cps.
- Posibilidad de archivos de datos en Excel.
- Amplia librería de isótopos PET y emisores gamma convencionales.
- Fuente de calibración Incluida.
- Posibilidad de trabajo manual o automático.
- Rango de energía entre 15-2000 KeV.
- Debe poder leer varios radionúclidos de manera simultánea.
- Debe contar con un sistema de control de calidad interno para un mejor seguimiento de los parámetros del equipo.

### **1- REPUESTOS:**

El adjudicatario deberá garantizar el repuesto de piezas al menos durante 10 años.

### **2- PLAZO DE ENTREGA:**

El plazo máximo de entrega del equipo será de 1 mes, si supera este plazo, el adjudicatario será objeto de una penalización diaria en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA exluido.


### **3- GARANTÍA:**

DRA. M.P. Orduña Díez

Página 1 de 2

JEFA DE SERVICIO MEDICINA NUCLEAR


**Hospital Universitario  
Ramón y Cajal**  
 SERVICIO DE MEDICINA  
 Vº Bº SUBDIRECCIÓN SERVICIOS CENTRALES  
 Comunidad de Madrid  
 Tfnos: 90.24  
 Planta: 0 Dcha.

 <b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SERVICIO DE SUMINISTROS <b>SUMC</b>	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>ANEXO 24</b>
---	----------------------------------	-----------------

El plazo de garantía será de al menos de 1 año, valorándose un plazo superior en el ANEXO 26 (CRITERIOS DE CALIDAD).

**4- CONTRATO DE MANTENIMIENTO:**

El licitador deberá presentar propuesta de contrato de mantenimiento, indicando precio y los distintos tipos (correctivo, preventivo, integral...)

**5- SERVICIO TÉCNICO:**

- El licitador deberá presentar documentación acreditativa de la capacitación para la asistencia técnica correspondiente.
- El tiempo de respuesta a las averías será máximo de 24 horas.
- El plazo máximo de resolución de las averías será de 48 horas.
- Si la avería no se resuelve en 1 semana, el adjudicatario deberá ceder un equipo similar.

**6- FORMACIÓN:**


Dentro del siguiente a la instalación del equipo, la empresa adjudicataria deberá formar tanto al personal técnico como al facultativo y cuantas veces se requiera durante el primer año de garantía.

**7- FUNGIBLES:**

El licitador deberá presentar en su oferta, el listado necesario de precios y fungibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo.

Toda esta documentación deberá presentar en el SOBRE 2

Firmado por MARÍA DEL PRADO ORDUÑA DIEZ - 07509708R el día 03/12/2021 con un certificado emitido por AC

 <b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SERVICIO DE SUMINISTROS <b>SUMC</b>	ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 25
--	--	----------

**P.A. 2022000008**

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no ncluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	326939	EQUIPO CONTADOR GAMMA	UNIDAD	1	59.660,00	59.660,00	21,00	12.528,60	72.188,60

<b>IMPORTE TOTAL:</b>	<b>59.660,00</b>		<b>12.528,60</b>	<b>72.188,60</b>
-----------------------	------------------	--	------------------	------------------

