

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PA SUM 18-005

Primera.- Objeto. El objeto del presente expediente de contratación consiste en el Suministro de jeringas para el Hospital Universitario de Fuenlabrada, conforme se detalla a continuación:

Nº de lote	Nº de orden	Código producto	Descripción y Características Técnicas	Consumo estimado 12 meses	Precio unitario IVA excl.	Importe total IVA EXCL.	TOTAL LOTE IVA EXCL.	
1	<b>JERINGA DOS CUERPOS COMO LUER EXCÉNTRICO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Jeringa de dos piezas:<ul style="list-style-type: none"><li>Cuerpo cilíndrico transparente de polipropileno ligeramente siliconado y que permita visualizar su contenido, con aletas de sujeción.</li><li>Émbolo de polipropileno de una sola pieza que se deslice suavemente a lo largo de su recorrido, sin provocar emboladas y que ejerza una aspiración adecuada. Nunca de color malva</li></ul></li><li>Con sistema que evite la salida involuntaria del émbolo.</li><li>Cono compatible con sistemas de punción y administración de medicamentos (agujas, catéteres, llaves de tres vías, tapones...)</li><li>Sistema totalmente estanco, no pudiendo salir líquido entre el émbolo y el cuerpo de la jeringa</li><li>Mínimo espacio muerto. Enrasado a cero.</li><li>Acabado exterior suave, libre de bordes cortantes o ásperos</li><li>Escala medidora precisa e imborrable y de fácil lectura, en mililitros de acuerdo Sistema Internacional de Medida.</li><li>Exenta de látex , PVC y/o Ftalatos</li><li>Envase individual estéril, de fácil apertura que mantenga las condiciones de esterilidad y con identificación correcta y visible: denominación del producto, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, marcado CE</li></ul> <b>Aplicaciones:</b> Para administración de medicamentos, extracción de sangre, etc. Uso intravenoso principalmente							
	1	300	<b>2 ML.</b> Cono luer concéntrico. Escala graduada en ml. Fraccionada de 0,1 en 0,1ml. Marcas más amplias cada 0,5 ml, y números cada ml, de acuerdo con el Sistema Internacional de Medida.	220.000	0,0170€	3.740,00 €	31.380,00 €	
	2	302	<b>5 ML.</b> Cono luer excéntrico. Escala graduada en ml. Fraccionada de 0,2 en 0,2 ml, marcas más amplias cada 1 ml y números cada ml, de acuerdo con el Sistema Internacional de Medida.	510.000	0,0250€	12.750,00 €		
	3	299	<b>10 ML.</b> Cono luer excéntrico. Escala graduada en ml. Fraccionada de 0,5 en 0,5 ml, marcas más amplias cada 1 ml y números cada 2 ml de acuerdo con el Sistema Internacional de Medida.	400.000	0,0326€	13.040,00 €		
	4	135	<b>20 ML.</b> Cono luer excéntrico. Escala graduada en ml. Fraccionada de 1 en 1 ml, marcas más amplias cada 5 ml y números cada 5 ml de acuerdo con el Sistema Internacional de Medida.	37.000	0,0500€	1.850,00 €		
2	<b>JERINGA INSULINA CON AGUJA 0,5 ml.</b> Jeringa de tres piezas con aguja soldada <ul style="list-style-type: none"><li>Cuerpo cilíndrico transparente de polipropileno ligeramente siliconado en su interior, con aletas de sujeción.</li><li>Embolo de polipropileno de una sola pieza, que se deslice suavemente y ejerza una aspiración adecuada</li><li>Junta de estanqueidad.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>Con sistema que evite la salida involuntaria del émbolo.</li><li>Cono Luer concéntrico.</li></ul>							3.150,00 €



**Segunda.-** Los licitadores deberán ofertar por precios unitarios para cada uno de los lotes, según modelo de Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Cuando el Precio Unitario, sin IVA ofertado, supere el precio unitario, sin IVA de licitación, la proposición será desechada.

Aquellas proposiciones en las que el resultado del producto del precio unitario, sin IVA, por el número de unidades estimadas, sea superior a la Base Imponible, sin IVA, especificada como base en los Pliegos, serán desechadas.

Asimismo, serán excluidas las proposiciones económicas presentadas a lotes con varios nº de orden, que no oferten a la totalidad de los mismos, o que excedan el precio de licitación, sin IVA, de alguno de los nº de orden.

Las cantidades propuestas para la adjudicación son estimadas, su entrega está condicionada a las necesidades del Hospital.

**Tercera.- Protección del Medio Ambiente.** Dentro de las actividades del Hospital Universitario de Fuenlabrada, ocupa un lugar destacado la protección del Medio Ambiente y pasa a ser un importante objetivo más allá de la propia actividad.

Por este motivo, es fundamental que las empresas que nos ofrecen sus productos y / o servicios adquieran el compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una actitud responsable frente al Medio Ambiente.

#### PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES:

- Prohibido realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos que no esté autorizado.
- Obligación de cumplir con los Requisitos Legales aplicables en el desarrollo de la actividad.
- Obligación de Informar de todos los incidentes con repercusión ambiental que tengan lugar en el desarrollo de la actividad al Hospital Universitario de Fuenlabrada.
- Evitar las emisiones al aire, suelo y agua.
- Reducción de ruidos y olores.
- Realizar un uso controlado de la energía y optimizar el consumo de recursos naturales no renovables.
- Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos manteniendo un cuidado ambiental durante el manejo, transporte, preparación, utilización y eliminación final de los mismos fundamentalmente cuando se trate de residuos peligrosos.
- Reducir en lo posible y de forma continua los impactos ambientales importantes que genere su actividad haciendo uso de unas buenas prácticas ambientales.

#### CONDICIONES PARTICULARES SOBRE RESIDUOS:

- Los residuos serán segregados en origen, los contenedores que los contienen estarán perfectamente identificados y etiquetados.
- Los residuos urbanos (papel, cartón, orgánicos, etc.) serán gestionados en los contenedores municipales o a través de gestores autorizados.
- Promover el uso racional de los recursos naturales (agua, energía, etc.) y la minimización, reutilización, reciclado de los residuos. (p.e. no malgastar el agua, apagar las luces de aquellas instalaciones que no vayan a ser utilizadas).
- No utilizar, en la medida de lo posible, productos de limpieza que estén considerados como peligrosos (si son peligrosos, viene indicado en la etiqueta del envase mediante un pictograma).
- En caso de utilizar productos peligrosos de limpieza, no realizar vertidos de los mismos a la red de saneamiento que no esté autorizado en las especificaciones del producto.

#### BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES:

- Retirada y adecuada gestión de los residuos generados en el desarrollo de la actividad, prestando especial atención a los residuos peligrosos que pudieran generarse, como: Envases de los productos químicos utilizados que puedan ser peligrosos (productos de limpieza).
- No malgastar el agua.
- Apagar las luces de aquellas instalaciones que no van a ser utilizadas y de aquellas donde se terminan las tareas de limpieza.

**Cuarta.- Incorporación al contrato.** El presente Pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como estipulación al contrato que se suscriba con el adjudicatario.

**Quinta.- Consideraciones sociales.** Las empresas adjudicatarias no deben practicar o apoyar la discriminación en la contratación, remuneración, acceso a la capacitación, promoción, despido o jubilación basada en la raza, origen social o nacional, casta, nacimiento, religión, discapacidad, género, orientación sexual, responsabilidad familiar, estado civil, afiliación a sindicatos, opiniones políticas, edad o cualquier otra condición que pueda dar origen a la discriminación.

Las empresas adjudicatarias no deben interferir en el ejercicio de los derechos de su personal para observar sus creencias o prácticas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza, origen social o nacional, religión, discapacidad, género orientación sexual, responsabilidad familiar, estado civil, afiliación a sindicatos, opiniones políticas o cualquier otra condición que pueda dar origen a la discriminación.

Las empresas adjudicatarias no deben permitir ningún comportamiento que sea amenazador, abusivo, explotador o sexualmente coercitivo, incluyendo gestos, lenguajes, y contacto físico en el lugar de trabajo, y donde sea aplicable, en residencias y otras instalaciones para el uso de sus empleados, ofrecidas por la empresa adjudicataria.

En Fuenlabrada, a 22 de enero de 2018

EL DIRECTOR GERENTE

CONFORME:

EL ADJUDICATARIO

FECHA Y FIRMA



Fdo: Carlos Mur de Viu Bernad



ESTA PROHIBIDO FUMAR EN TODO EL HOSPITAL

## **ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CONSIDERACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS**

1. Les recordamos que según consta en la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1.1. En el exterior de cada uno de los sobres dónde deben presentar sus proposiciones y en el sobre o empaquetado donde se presentan los tres sobres deben figurar los siguientes datos:

- El nº de referencia del contrato al que licitan.
- El título del mismo.
- Su respectiva numeración y denominación.
- Nombre y apellidos del licitador, razón social de la empresa y NIF o CIF.

1.2. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.

2. Es causa de exclusión de la oferta, el que presenten documentación en el sobre nº 1, que sirva para valorar los criterios de adjudicación, así como introducir documentación técnica y/o económica.

3. Todos los documentos que presenten deberán ser originales o copias compulsadas.

4. Las ofertas económicas en los procedimientos abiertos deberán presentarse por duplicado.

5. Deberán presentar una relación con los números de lote a los que licitan en el sobre nº 1 de documentación administrativa.