

COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
--

LECTURA INFORME TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

Expediente:	P.A. 2018-0-44
--------------------	----------------

Denominación	SUMINISTRO DE HEMOSTÁTICOS, SELLANTES Y APLICADORES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO "12 DE OCTUBRE"
---------------------	--

Tipo de Procedimiento	ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
------------------------------	----------------------------------

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario “12 de Octubre”, en sesión de fecha **16 de mayo de 2018**, evaluada la documentación técnica presentada por los licitadores en el expediente de referencia, ha realizado la lectura del Informe técnico emitido por el servicio correspondiente, acordando rechazar la siguiente proposición del licitador abajo indicado por presentar oferta que según Informe técnico recogido en el ANEXO, no se ajustan a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

NIF	EMPRESA
A28218675	JOHNSON & JOHNSON, S.A.

A continuación se efectúa la apertura del sobre N° 3 (documentación económica) de las empresas que a continuación se relacionan:

NIF	EMPRESA
B85346831	JOTEC CARDIOVASCULAR, S.L.
A08876310	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.
B62989264	CARDIOLINK, S.L.
B59932111	BIO-IMPLANTS MEDICAL, S.L.
B46012696	BAXTER, S.L.
A28165587	PRIM, S.A.

Y para que conste, se expide y firma en Madrid, a **16 de mayo de 2018**, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Real Decreto 49/2003, de 3 de abril.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: M^a Nieves Lasso de la Vega Oteo

ANEXO

EXPEDIENTE: 2018-0-44

Material: HEMOSTÁTICOS, SELLANTES Y APLICADORES			Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE	
LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
1(ord en 1)	016415	HEMOSTATICO DE ESPONJA DE GELATINA TOTAL PUNTOS.... MAXIMO 30 PUNTOS 1.El producto no requiere refrigeración para su conservación 30 Puntos	BIO-IMPLANTS MEDICAL, SUMINISTROS HOSPITALARIOS .TOTAL PUNTOS....30 1.- 30 puntos (conservación a temperatura ambiente)	
2(ord en 2)	017045	HEMOSTATICO GEL ALTA VISCOSIDAD TOTAL PUNTOS.... MAXIMO 30 PUNTOS 1.El producto no requiere refrigeración para su conservación.....30 Puntos	BAXTER, S.L.: TOTAL PUNTOS.....30 1.- 30 puntos (conservación a temperatura ambiente)	JOHNSON&JOHNSON: Es de origen porcino; se solicita de origen bovino. No son gránulos de gelatina. La absorción es de 4 a 6 semanas; se solicita entre 6 y 8 semanas.


EXPEDIENTE: 2018-0-44


Material: HEMOSTÁTICOS, SELLANTES Y APLICADORES			Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE	
LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
3(ord en 3)	017325	SELLANTE COLA QUIRURGICA PARA EMBOLIZACION TOTAL PUNTOS.... MAXIMO 30 PUNTOS 1.La presentación del producto viene lista para su uso 30 Puntos	CARDIOLINK, S.L.: TOTAL PUNTOS.....30 1.-30 puntos (el producto viene preparado para su uso)	
4(ord en 4)	015481	SELLANTE ADHESIVO QUIRURGICO TOTAL PUNTOS.... MAXIMO 30 PUNTOS 1.La presentación del producto viene lista para su uso 30 Puntos	JOTEC CARDIOVASCULAR, S.L.: TOTAL PUNTOS.....30 1.-30 puntos (el producto viene preparado para su uso)	
5(ord en 5 al 7)	016250 016251 016252	SELLANTE QUIRURGICO PARA SUPERFICIES CON FUGA Y APLICADOR SELLANTE C. ABIERTA Y TORACOSCOPIA TOTAL PUNTOS.... MAXIMO 30 PUNTOS 1.Disponibilidad de otros aplicadores y accesorios para la utilización de los productos..... 30 puntos	BAXTER, S.L.: TOTAL PUNTOS..... 30 1.- 30 puntos	


EXPEDIENTE: 2018-0-44

Material: HEMOSTÁTICOS, SELLANTES Y APLICADORES			Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE	
LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
6(ord en 8 y 9)	016496 018891	APLICADOR ADHESIVO DE FIBRINA C. LAPAROSCOPICA/TORACOSCOPIA TOTAL PUNTOS.... MAXIMO 30 PUNTOS 1.Disponibilidad de otros aplicadores y accesorios para la utilización de los productos.....30 puntos	BAXTER, S.L.: TOTAL PUNTOS..... 30 1.- 30 puntos	
7(ord en 10 y 11)		SELLANTE DURAL PARA APLICACIÓN CRANEAL Y ESPINAL TOTAL PUNTOS.... MAXIMO 30 PUNTOS 1.El producto no requiere refrigeración para su conservación 30 Puntos	PRIM, S.A.: TOTAL PUNTOS.....30 1.- 30 puntos (conservación a temperatura ambiente)	SUMINISTROS HOSPITALARIOS: En el nº de orden 10 , uno de los componentes es polietileneimina, en lugar de solución de trilisina, tal y como se solicita en el PPT. En el nº de orden 11 , no dispone de fórmula específica para aplicación en duramadre.

Madrid, 8 de mayo del 2018


 Dr. Cortina Romero,
 Jefe de Servicio de C.Cardiaca


 Dr. D. Eduardo Rubio
 Por el Servicio de Cirugía General


 Dr. D. Alfonso Lagares Gómez-Abascal
 Jefe de Servicio de Neurocirugía