

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE: AGUA ESTÉRIL, FUNDAS DE TERMÓMETRO Y TEST DE BOLSA ROTA, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE EL CRITERIO PRECIO.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tendrá por objeto la adquisición de agua estéril, fundas de termómetro y test de bolsa rota para el Hospital Universitario Infanta Sofía.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Si en la descripción se utilizase algún nombre y/o referencia sujeto a propiedad comercial, deberá entenderse como referencia para localizar el producto en cuestión sin que en ningún caso sea obligatorio ofertar dicho producto.

- Deberá figurar en el envase de los productos que como mínimo los siguientes datos:
 - Identificación de la empresa.
 - Número de lote.
 - Fecha de envasado.
 - Fecha de caducidad para el caso que el producto sea estéril.
 - Identificación del producto.
 - Envase clínicamente limpio
- Libre de látex

3. LOTES

LOTE Nº 1: AGUA ESTÉRIL.

Botella de agua estéril para inhalación de 500 ml., de polipropileno, con una elasticidad adecuada que minimice la presión y el ruido a igualdad de concentración de oxígeno.

La misma botella se podrá utilizar con adaptador de nebulización y adaptable a equipos de nebulización en caliente.

Con adaptador de humidificación desechable.

Agua libre de pirógenos.

LOTE	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	UNIDADES 24 MESES
1	102207	Agua estéril	33.000

LOTE Nº 2: FUNDAS DE TERMÓMETRO .

Funda de termómetro compatible con los termómetros Sure Temp.

Específico para ajuste perfecto en la sonda de los termómetros Sure Temp.

Material plástico translúcido.

Longitud de 9,8 cm y diámetro en el borde superior, de 5 mm.

Con dos muescas en el borde superior que permitan la fijación a la sonda.

LOTE	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	UNIDADES 24 MESES
2	102406	Fundas de termómetro	700.000



LOTE Nº 3: TEST DE BOLSA ROTA.

Indicado para el diagnóstico de la rotura prematura de las membranas fetales por pérdida de líquido amniótico.

Se podrá utilizar desde las primeras etapas del embarazo, hasta mujeres cercanas a término.

Detectará cantidades minúsculas (al menos 5 ng/ml) de líquido amniótico en las secreciones vaginales.

No requerirá el examen con espéculo, ni reactivos u otro tipo de equipo

El resultado se podrá evaluar visualmente de manera fácilmente apreciable en un máximo de 10 minutos.

Compuesto de una torunda vaginal, un vial con disolvente y una tira reactiva.

Que se pueda almacenar sin necesidad de refrigeración.

LOTE	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	UNIDADES 24 MESES
3	302352	Test de bolsa rota	2.000

4. CAMBIOS DE REFERENCIA

Durante la vigencia del contrato, se podrán sustituir las referencias adjudicadas, siempre y cuando no supongan un cambio en la naturaleza y función del producto y se mantengan sin variar los precios unitarios adjudicados, previa solicitud a la Unidad de Contratación y la autorización del Órgano de Contratación.

5. MUESTRAS

Muestras: SI

Será imprescindible la presentación de muestras para la valoración técnica de los productos ofertados. La no presentación de las mismas, será motivo de exclusión.

El proveedor deberá presentar para el lote 1, 3 muestras, para el lote 2 y 3 un envase completo. Cada muestra irá identificada con el nombre de la empresa y código del producto, así como el número de lote al que corresponde.

En caso de ser necesario y durante el periodo de evaluación, el Hospital podrá solicitar un mayor número de unidades y documentación necesaria para la correcta evaluación del producto.

Las muestras serán entregadas en el Registro General del Hospital, dentro del plazo fijado en el anuncio de licitación para la presentación de ofertas, y separadas del resto de la documentación del expediente.

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato que se suscriba con el adjudicatario

San Sebastián de los Reyes 19 de diciembre de 2016.

CONFORME
EL ADJUDICATARIO

LA DIRECTORA GERENTE

FECHA Y FIRMA

Fdo.: Rosa BERMEJO PAREJA

