

**EXPEDIENTE: 2017-0-141**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE SENSORES PARA MONITORIZACIÓN DE PROFUNDIDAD ANESTÉSICA Y PREVENCIÓN DEL DESPERTAR INTRAOPERATORIO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”**

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del suministro de **SENSORES PARA MONITORIZACIÓN DE PROFUNDIDAD ANESTÉSICA Y PREVENCIÓN DEL DESPERTAR INTRAOPERATORIO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”**

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1			<b>CARACTERISTICAS COMUNES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensores de 4 electrodos para la monitorización del nivel de profundidad anestésica y despertar intraoperatorio mediante el índice biespectral del EEG y/o equivalente.</li> <li>• Compatibilidad con los módulos integrados en los monitores hemodinámicos del hospital (Drager, Philips, Maquet, G.E., Datascope)</li> <li>• Dos tamaños: para adultos y específico pediátrico (para todos los tamaños de niños).</li> <li>• Sensores autoadhesivos; desechables con óptima impedancia y posibilidad de colocación frontal unilateral indistintamente en el lado derecho e izquierdo (pacientes pediátricos).</li> <li>• Envase individual.</li> <li>• Libre de látex.</li> </ul>
	1	017660	<b>SENSOR ADULTO</b>
	2	017659	<b>SENSOR PEDIATRICO</b>

- El Adjudicatario entregará en cesión de uso al Hospital 55 monitores y módulos integrados en los monitores hemodinámicos del hospital (incluido cableado), para la correcta utilización de los sensores.
- El mantenimiento preventivo y correctivo así como los gastos de formación e instalación y las actualizaciones del software que pudieran ser desarrolladas correrán a cuenta del adjudicatario.

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI.**


**UNIDADES 3 POR Nª DE ORDEN**

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.



Fdo. Dr. Pérez -Cerdá Silvestre  
Jefe de Servicio de Anestesia Reanimación

Madrid a, 10 de noviembre de 2017.



Fdo. Dra. Rubio Pascual  
Jefe de Anestesia Pediátrica



Fdo. Dr. Ferro Osuna  
Subdirector médico Área Quirúrgica

**ANEXO AL PLIEGO**

**EXPEDIENTE 2017-0-141**  
**OBJETO: SUMINISTRO DE SENSORES PARA MONITORIZACION DE PROFUNDIDAD ANESTESICA Y PREVENCIÓN DEL DESPERTAR INTRAOPERATORIO**

						PRESUPUESTO			
LOTE	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO		CANTIDAD 12 MESES	PRORROGA 12 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	017660	SENSOR BIS XP	ADULTO	11.500	11.500	13,00	149.500,00	31.395,00	180.895,00
	017659	SENSOR BIS XP PEDIATRICO	ANESTESIA	350	350	14,00	4.900,00	1.029,00	5.929,00
							154.400,00	32.424,00	186.824,00