

EXPEDIENTE N° 2015-0-68

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE SISTEMA DE CONTROL FECAL PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adquisición del **SUMINISTRO DE SISTEMA DE CONTROL FECAL PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”**.

LOTE	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO
1 (Orden 1 y 2)	017692	<p>SISTEMA CONTROL FECAL: Equipo que consta de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Un catéter de silicona blanda de al menos 150 cm. 2. Una jeringa luer-lock calibrada a 45 ml para evitar riesgo de sobrellenado. 3. 3 bolsas colectoras cerradas con filtro para olor y con tapa integrada, que permitan medir el débito de las deposiciones. 4. Una pinza clamp. 5. Manual de instrucciones en castellano. <p><u>Características:</u></p> <p>Catéter de silicona blanda de al menos 1,50 m:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En el extremo distal presenta un balón de retención de baja presión, para no producir erosiones en la mucosa rectal, con línea indicadora de correcta posición a unos 5 cm que presente sistema de fácil inserción y colocación justamente en la ampolla rectal. ▪ Un puerto de irrigación tanto para lavado de sonda como para administración de medicamentos. ▪ Válvula de seguridad con señal indicadora que permita el control de volumen adecuado introducido. ▪ Puerto para toma de muestras con jeringa sin aguja. ▪ Dispositivo de sujeción del sistema a la cama. ▪ Conector a bolsa. <p>Una jeringa de 3 piezas luer-lock calibrada a 45 ml translúcida y 3 Bolsas colectoras cerradas de plástico con tapa integrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Compatibles con el sistema. ▪ Con filtro de olor demostrable. ▪ Calibrada con volumen entre 1000-1500ml. ▪ Que permitan medir el débito de las heces. ▪ Facilidad de apertura del envase.

LOTE	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO
		<ul style="list-style-type: none"> Exento de látex identificado en el etiquetado. Presentación en envase de individual. Libre de PVC y ftalatos. <p>Indicación: Manejo de pacientes con problemas de incontinencia fecal y el consiguiente riesgo de lesiones cutáneas.</p>
	017691	<p>BOLSA COLECTORA CERRADA DE PLÁSTICO CON TAPA INTEGRADA PARA SISTEMA CONTROL FECAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> Compatible con el sistema. Con filtro de carbón activado. Calibrada con volumen entre 1000-1500ml. Que permita medir el débito de las heces. Facilidad de apertura del envase. Exento de látex identificado en el etiquetado. Libre de PVC y ftalatos. Presentación en cajas de 10 uds., envasadas individualmente.

**MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: (SI)
3 UNIDADES POR ORDEN.**

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Las muestras se entregarán en el Almacén General separadas del resto de documentación del expediente.

Madrid, a 5 de Agosto de 2015.

LA DIRECTORA GERENTE,

Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González.

EXPEDIENTE Nº 2015-0-68
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE SISTEMA CONTROL
FECAL

ANEXO AL PLIEGO

PRESUPUESTO										
LOTE	Nº ORDEN	COD. ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO (SIN IVA)	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO
1	1	017692	SISTEMA CONTROL FECAL	160	160	266,00000	42.560,0000	4.256,0000	46.816,0000	85.120,000
	2	017691	BOLSA COLECTORA CON TAPA P/SISTEMA CONTROL FECAL	400	400	2,80250	1.121,0000	112,1000	1.233,1000	2.242,000
							43.681,0000	4.368,1000	48.049,1000	87.362,000