

Expte.: A/SUM-013932/2017
CERTIFICADO DE PROPOSICIONES ADMITIDAS Y DESCARTADAS EN LA LICITACIÓN TRAS EL INFORME TÉCNICO DE APTITUD RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS DE CONVOCATORIA

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario de Móstoles de 13 de noviembre de 2017, previamente a la lecturas de ofertas económicas de noviembre de 2017, procedió a informar de las empresas admitidas y excluidas en el informe técnico aptitud emitido por los técnicos responsables del contrato de suministro de: **“MOBILIARIO CLINICO”** Por consiguiente, y de acuerdo lo establecido en el apartado 9 del Pliego de Cláusulas, quedaron excluidas y por tanto no se leyeron los precios de las siguientes proposiciones:

LOTE Nº	DESCRIPCIÓN
1	CAMILLAS TRANSPORTE PACIENTES URGENCIAS
LICITADORES	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
GALMEDICA, S.L.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
HILL-ROM IBERIA, S.L.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA, S.L.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita que el respaldo permita una angulación hasta 90º y solo permite hasta 62º. Se solicita que el ancho del área de descanso se encuentre entre 62 y 78 cm y tiene una medida de 84cm, que se aproxima más a las medidas de una cama hospitalaria.
INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
LINET IBERIA, S.L.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita que el respaldo permita una angulación hasta 90º y solo permite hasta 70º.
MEDICAL IBÉRICA, S.A. (MEDISA)	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
SCHMITZ UND SOHNE IBERICA, S.L.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
STRYKER IBERIA, S.L.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas

LOTE Nº	DESCRIPCIÓN
2	CAMILLAS DE EXPLORACIÓN
LICITADORES	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
GALMEDICA, S.L.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
SALVADOR NAVARRO, S.L.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas



LOTE Nº	DESCRIPCIÓN
3	SILLONES PARA PACIENTES
LICITADORES	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
EL CORTE INGLÉS, S.A.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
GALMEDICA, S.L.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
LINET IBERIA, S.L.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita que tenga cuatro ruedas y tiene dos.
SALVADOR NAVARRO, S.L.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
MEDICAL IBÉRICA, S.A. (MEDISA)	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
MECANIZACIÓN EXTREMEÑA, S.A.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas

LOTE Nº	DESCRIPCIÓN
4	SILLONES OBESIDAD MÓRBIDA
LICITADORES	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
EL CORTE INGLÉS, S.A.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
GALMEDICA, S.L.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita para pacientes con obesidad mórbida, que soporte un peso mínimo de 200kg y soporta máximo 200kg. El ancho de la superficie del asiento es de 58 cm con una diferencia respcto a un sillón normal de 7 cm, insuficiente para un paciente con pesos superiores a 200kg.
SALVADOR NAVARRO, S.L.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
MEDICAL IBÉRICA, S.A. (MEDISA)	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
MECANIZACIÓN EXTREMEÑA, S.A.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita para pacientes con obesidad mórbida, que soporte un peso mínimo de 200 kg y no lo refleja El ancho de la superficie del asiento es de 47 cm y fondo asiento 50, insuficiente para un paciente con pesos superiores a 200kg.

LOTE Nº	DESCRIPCIÓN
5	SILLONES PARA SALAS DE PREANESTESIA Y DE ADAPTACIÓN AL MEDIO
LICITADORES	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
GALMEDICA, S.L.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
MEDICAL IBÉRICA, S.A. (MEDISA)	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas



LOTE Nº	DESCRIPCIÓN
6	SILLAS DE RUEDAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES
LICITADORES	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
EL CORTE INGLÉS, S.A.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
SALVADOR NAVARRO, S.L.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas

LOTE Nº	DESCRIPCIÓN
7	MESILLAS CON ATRIL PARA HABITACIÓN DE PACIENTES
LICITADORES	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
GALMEDICA, S.L.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
MECANIZACIÓN EXTREMEÑA, S.A.	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita con ruedas de diámetro igual o superior a 75 mm, dos de ellas con sistema de freno y se presenta con un diámetro de rueda de 50mm y sin freno.
LINET IBERIA, S.L.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
MEDICAL IBÉRICA, S.A. (MEDISA)	NO CUMPLE las especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se solicita con ruedas de diámetro igual o superior a 75 mm. y se presenta con un diámetro de rueda de 50mm Se solicita que la mesilla tenga dos cuerpos, el superior dotado con 1 cajón y el inferior con armario de doble apertura y atril integrado, se presenta con un módulo de un cuerpo dividido en cajón y armario, el atril hace de bandeja superior. Se solicita con una medida aproximada 464mm de ancho y tiene 620mm, excesivo para el espacio disponible.

LOTE Nº	DESCRIPCIÓN
8	MESAS AUXILIALES PACIENTE ABATIBLES
LICITADORES	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
EL CORTE INGLÉS, S.A.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
LINET IBERIA, S.L.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas

LOTE Nº	DESCRIPCIÓN
9	ARMARIO HABITACIÓN PACIENTE
LICITADORES	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, S.L.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
MECANIZACIÓN EXTREMEÑA, S.A.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas



LOTE Nº	DESCRIPCIÓN
10	CARROS ROPA SUCIA CON TAPA 3 SENOS
LICITADORES	VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MUESTRA
EL CORTE INGLÉS, S.A.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas
SALVADOR NAVARRO, S.L.	SÍ CUMPLE las especificaciones técnicas

Las ofertas clasificadas como “CUMPLE” continúan en la licitación y, por tanto, pasan a la fase siguiente.

Esta información se publicará en el tablón de anuncios del Perfil del Contratante de la Comunidad de Madrid en aplicación del artículo 10 de la disposición final primera del Decreto 69/2017, de impulso y generalización del uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la contratación pública de la Comunidad de Madrid, advirtiéndose de que la no presentación de documentación será causa de exclusión de la proposición.

EL SECRETARIO DE LA

MESA DE CONTRATACIÓN

