



Hospital Clínico  
San Carlos

P.A. 2018-0-107

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PARA EL SUMINISTRO DE JERINGAS PRECARGADAS CON 3ML DE CLORURO SÓDICO al 0,9% PARA LAVADO DE CATÉTERES.**

**1.- OBJETIVO Y ALCANCE.**

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos sanitarios objeto de esta licitación para el suministro de JERINGAS PRECARGADAS CON 3ML DE CLORURO SÓDICO al 0,9%, para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clínico San Carlos.

**2.- PRODUCTOS QUE SON OBJETO DE LICITACIÓN Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.**

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño:

LOTE	CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO
1	296017	<b>JERINGAS PRECARGADAS CON 3ML DE CLORURO SÓDICO al 0,9%</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jeringas precargadas de 3ml de Cloruro Sódico con contenido y recorrido de fluido estéril.</li><li>• Cada milímetro contiene 9mg/ml de cloruro sódico.</li><li>• Diámetro de la jeringa de 10 ml.</li><li>• Cada jeringa estará diseñada para ser usada en el lavado de catéteres intravenosos que no requieran un manejo estéril, siempre que la esterilización externa no sea esencial y con todo tipo de catéteres que se utilicen <b>no estériles</b>.</li><li>• Apirógena.</li><li>• Material de la jeringa: Polipropileno.</li><li>• De un solo uso.</li><li>• Cono luer-lock estándar compatible que cualquier llave de tres pasos y conector para acceso vascular.</li></ul>

1

Madrid, 1 de junio de 2018

Fdo.: Juan Manuel Berzosa Grande  
Supervisor de Enfermería de RRMM



Hospital Clínico  
San Carlos  
Coordinación Recursos Materiales  
Dirección de Enfermería  
Comunidad de Madrid



Hospital Clínico  
**San Carlos**

P.A. 2018-0-107

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PARA EL SUMINISTRO DE JERINGAS PRECARGADAS CON 3ML DE CLORURO SÓDICO al 0,9% PARA LAVADO DE CATÉTERES.**

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Embolo formado por un vástago que se deslice suavemente y que en ningún caso debe ser de color azul o malva.</li><li>• Cuerpo transparente con escala medidora nítida, precisa e imborrable.</li><li>• Tope trasero de seguridad.</li><li>• Exento de látex que deberá indicarse en el etiquetado del envase preferiblemente.</li><li>• Exento de DEHP.</li><li>• Indicadas para el lavado de todo tipo de catéteres en condiciones no estériles y siempre que la esterilización externa no sea esencial.</li></ul>
--	---

**1. FORMALIDADES REQUERIDAS EN RELACIÓN AL ENVASADO Y ETIQUETADO DEL PRODUCTO:**

1. Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Cada uno de los artículos incluidos en este Procedimiento deberá reunir las condiciones exigidas en el Real Decreto 1591/2009, 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.
3. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 125.1 b) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, en cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE.

2

Madrid, 1 de junio de 2018

Fdo.: Juan Manuel Berzosa Grande  
Supervisor de Enfermería de RRMM



San Carlos  
Coordinación Recursos Materiales  
Dirección de Enfermería  
Comunidad de Madrid



Hospital Clínico  
San Carlos

P.A. 2018-0-107

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PARA EL SUMINISTRO DE JERINGAS PRECARGADAS CON 3ML DE CLORURO SÓDICO al 0,9% PARA LAVADO DE CATÉTERES.**

4. Etiquetado en el que figure:
    - a. La denominación del artículo.
    - b. El método de esterilización utilizado (si procede).
    - c. Las fechas de caducidad del producto.
    - d. El número de lote.
    - e. La referencia comercial.
    - f. Marcado CE.
    - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
  5. Envasado de fácil apertura que garantice la liberación completa de la jeringa.
- 4. MUETRAS:** Si. Se requieren 12 unidades. No obstante y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrá solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar los aspectos cualitativos del producto.
5. Los contratistas podrán proponer la sustitución de los bienes adjudicados por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los adjudicados. En ningún caso el precio podrá ser superior al adjudicado.
6. El número de unidades que se indica en el Anexo de Suministros para cada artículo es orientativo

3

Madrid, 1 de junio de 2018

  
Fdo.: Juan Manuel Berzosa Grande  
Supervisor de Enfermería de RRMM

  
Coordinación Recursos Materiales  
Dirección de Enfermería  
Comunidad de Madrid

ANEXO AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

P.A 2018-0-107

SUMINISTRO JERINGAS PRECARGADAS CON 3ML DE CLORURO SÓDICO al 0,9%

LOTE	Código	Descripción	Consumo estimado 6 meses	Euros/uni s/IVA	Base imponible	IVA (21%)	TOTAL € c/IVA
1	296017	JERINGAS PRECARGADAS CON 3ML DE CLORURO SÓDICO al 0,9%	470.000	0,2155	101.285,00	21.269,85	122.554,85

Madrid, 1 de junio de 2018

Fdo.: Juan Manuel Berzosa Grande  
Supervisor de RRMM de Enfermería