

 <b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SERVICIO DE SUMINISTROS <b>SUMC</b>	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>ANEXO 24</b>
---	----------------------------------	-----------------

**EXPEDIENTE: 2019000017**

## **OBJETO DEL CONTRATO**

El presente contrato tiene por objeto el suministro de SISTEMA PARA ESTIMULACIÓN DE BARORRECEPTORES CAROTIDEOS, para cubrir las necesidades del Hospital

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO	ARTÍCULO	CANTIDAD
1	1	314133	<b>SISTEMA PARA ESTIMULACION DE BARORRECEPTORES CAROTIDEOS</b>  El sistema se compone de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generador de impulsos programable: <ul style="list-style-type: none"> <li>- En amplitud frecuencia</li> <li>- Posibilidad de programación diferente en tres bandas horarias</li> </ul> </li> <li>• Electrodo de Seno Carotideo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con puntos de fijación.</li> </ul> </li> <li>• Sistema de implantación del electrodo</li> </ul>	5

## **ANEXO:**

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de la referencia de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
  - Relación de productos ofertados.
  - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
  - Muestras: NO. En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
3. Cada adjudicatario pondrá a disposición del Hospital, sin cargo añadido, el instrumental necesario para la implantación de dicho material.
4. La reposición del material debe realizarse en las 24 horas al de su petición.
5. Posibilidad de cursos de formación y actualización tanto a nivel médico, de enfermería y de gestión.
6. Garantía de Actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
7. Evaluación de los resultados. En todos los pacientes en los que se implante el dispositivo se evaluará la reducción de ingresos por descompensación cardiaca en comparación con el año previo. Objetivo: una reducción del 50 % de los ingresos por descompensación cardiaca en el año post-implante en comparación con el año pre-implante.

  
Fdo. Dr. Marcelino Cucajella Gallana  
SUBDIRECTOR AREA MEDICA



**P.A. 2019000017**

LOTE	N.O.	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (12 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluído)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA Incluido)
1	1	SISTEMA PARA ESTIMULACIÓN DE BARORRECEPTORES CAROTÍDEOS	UNIDAD	5	16.350,00	81.750,00	10	8.175,00	89.925,00

<b>IMPORTE TOTAL:</b>	<b>81.750,00</b>		<b>8.175,00</b>	<b>89.925,00</b>
-----------------------	------------------	--	-----------------	------------------