

SUMINISTRO DE REACTIVOS NECESARIOS PARA LA EXTRACCION DE DNA GENOMICO A PARTIR DE MUESTRAS DE SANGRE (PÀ SUM 011-2020 / A/SUM-018861/2020)

Informe Técnico

Una vez analizada la documentación técnica presentada por Biotools y Cultek, se determina que la oferta de Biotools cumple la totalidad de las prescripciones técnicas. Sin embargo, la oferta de Cultek incluye puntas de 200 ul en "*Formato de presentación: 96 puntas/rack, 50 racks/caja*". Este formato de racks no es compatible con el equipo Qiacube. Por tanto, la oferta de Cultek no cumple con las prescripciones técnicas incluidas en la memoria técnica del concurso.

Madrid, 22 de junio de 2020



Fdo. Dr. Antonio Balas Pérez

Responsable Laboratorio Histocompatibilidad