

Nº. EXPEDIENTE: PAPC 2020-1-89

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1.-OBJETO: El presente contrato tendrá por objeto la adquisición de GASAS Y COMPRESAS

2.- CUADRO DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En virtud de la previsión de actividad para el periodo 2020-2021, y ante la necesidad de adquirir diverso material sanitario para la correcta actividad asistencial del Hospital, consideramos como correctas las siguientes especificaciones y criterios:

2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CUADRO DE PRODUCTOS

2.1-CUADRO DE PRODUCTOS:

Nº Lote	Nº Orden	Código	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Precio Unitario s/iva	Precio Unitario c/iva	Precio total sin iva	IVA (10 %)	Precio total con iva
APOSITO TNT NO ESTERIL										
Apósito tejido sin tejer. Medidas de corte en abierto 20cm x 20cm. Plegado 4 capas. Medida final plegado 10cm x 10cm. Gramaje 30gr/m ² . Mínimo. Color blanco. Embolsado no estéril pero clínicamente limpio. Cantidad máxima en envase 100 unidades. Mínimo desprendimiento de partículas (máximo 2,5 g/m2)										
1	1	062929	APOSITO TNT 7.5CMX10CM 4CAPAS NO ESTERIL 30GR/M2	3.000.000	UNIDAD	0,004400	0,004840	13.200,0000	1.320,0000	14.520,0000
TOTAL LOTE 1								14.520,00		

APOSITO TNT ESTERIL

Apósito tejido sin tejer. Medidas de corte en abierto 20cm x 20cm. Plegado 4 capas. Medida final 10cm x 10cm. Gramaje 50gr/m ² . Mínimo. CON control radiológico. Incorpora hilo de contraste radiológico exento de látex y sistema de fijado que evite su desplazamiento. 4 Capas Envasadas en sobre de 5 unidades estériles. Mínimo desprendimiento de partículas (máximo 2,5 g/m2)										
2	2	062930	APOSITO TNT 10CMX10CM 4CAPAS ESTERIL C/C 50GR/M2	8.000	SOBRE 5	0,093500	0,102850	748,0000	74,8000	822,8000
TOTAL LOTE 2								822,80		

SUMINISTRO: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO PLURALIDAD DE CRITERIOS 2020-1-89 (COM) SUMINISTRO DE GASAS Y COMPRESAS



COMPRESA ESTERIL CON CONTROL RADIOLOGICO

Compresa de gasa 45cmx45cm. aprox. Plegada 12cmx24cm aproximadamente. 4 telas mínimo. Algodón 100% de tejido rectilíneo. Hidrófilo. Color blanco. Inodoro, transpirable y que no se deshaga con líquido, ni deje residuo. CON contraste radiológico. Incorpora hilo de control radiológico exento de látex y sistema de fijado que evite su desplazamiento. 17 hilos/cm2 mínimo. Gasa cosida con los bordes hacia adentro que garantice el no deshilachamiento y no suelte las partículas que resultan después del corte. Sin costuras centrales de refuerzo. Sobre 5 unidades estériles. Apertura lateral con testigo de esterilización exterior.				
3	3	000622	COMPRESA ESTERIL 50CMX50CM C/C RADIOLOGICO	3.000
			SOBRE 5	0,741000
				0,815100
				2.223,0000
				222,3000
				2.445,3000
			TOTAL LOTE 3	
			2.445,30	

GASA ESTERIL SIN CONTROL RADIOLOGICO

Gasa 20 cmx40cm. Plegada 10cmx10cm. 8 capas. Algodón 100%. Tejido rectilíneo. Hidrófilo. Color blanco. Inodoro, transpirable y que no se deshaga con líquido ni deje residuo. Estéril. SIN control radiológico. 17 hilos/cm2 mínimo. Plegado de seguridad con todos los bordes ocultos. Sobre 10 unidades estériles. Apertura lateral con testigo de esterilización exterior.				
4	4	000672	GASA 33CMX33CM APROX. ESTERIL S/C RADIOLOGICO	17.000
			SOBRE 10	0,091500
				0,100650
				1.555,5000
				155,5500
				1.711,0500
			TOTAL LOTE 4	
			1.711,05	

TOTAL PROCEDIMIENTO	17.726,50	1.772,65	19.499,15
---------------------	-----------	----------	-----------

2.2.- OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

1.- Se admite una variación en las medidas de corte y plegado de un ±2%, razón por la cual, el Hospital podrá adjudicar productos con medidas no exactamente iguales a las que aparecen, no obstante, una vez adjudicado un producto de una determinada medida, el incumplimiento de ésta dará lugar a la resolución del contrato. El resto

SUMINISTRO: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO PLURALIDAD DE CRITERIOS 2020-1-89 (COM) SUMINISTRO DE GASAS Y COMPRESAS



de medidas (envase, gramaje, etc NO son aproximadas, salvo que en la descripción del producto se indique lo contrario). Si en la descripción de algún artículo se utiliza marca comercial y/o referencia, deberá entenderse como orientación para localizar el artículo, sin que en ningún caso implique que sea necesario ofertar dicha marca o referencia.

2.- Se deberá certificar que los productos están **exentos de látex** en todos sus componentes.

3.- Certificado CE clase IIa para productos estériles (certificado por Organismo Notificado europeo).

4.-Certificado de bio-compatibilidad

5.-En el envase constará el método de esterilización, por vapor de agua o calor seco

6.- Para los lotes 1, 2

- Certificación de composición de producto: 30% poliéster, 70% viscosa.

3.- ESPECIFICACIONES SOBRE LA OFERTA

Deberán cumplimentar el modelo de oferta económica (Anexo I.1) con su correspondiente precio, El importe total ofertado al lote, no podrá sobrepasar el importe de licitación del lote.

4.- ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

1.-Deberán figurar en el envase de los productos como mínimo los siguientes datos:

- Identificación de la empresa, en todos los niveles de envase.
- Identificación del producto y referencia en todos los niveles de envase.
- Marcado CE, en todos los niveles de envase.
- Número de lote/serie en todos los niveles de envase.
- Fecha de envasado, si el tipo de producto así lo exige por la legislación vigente.
- Fecha de caducidad en todos los niveles de envase, si el tipo de producto así lo exige por la legislación vigente.
- Nº de unidades que contiene, en todos los niveles de envase.
- "Estéril", si procede, o sistema de esterilización empleado o símbolo que lo represente, en todos los niveles de envase.

2.- Dado que los productos a adquirir tienen fecha de caducidad, la vida útil deberá ser al menos 2/3 de la vigencia del producto en el momento de la entrega.

SUMINISTRO: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO PLURALIDAD DE CRITERIOS 2020-1-89 (COM) SUMINISTRO DE GASAS Y COMPRESORES



3.- Los plazos de entrega serán de 24 horas para pedidos urgentes, para el resto de los pedidos el plazo de entrega será de 72 horas o el que se especifique en el pedido emitido con la aplicación informática HP-HIS del Hospital Universitario de Getafe.

4.- El/los adjudicatario/s no podrán imponer ninguna exigencia en cuanto a solicitudes de pedidos mínimos por parte del hospital, diferente a la unidad mínima de despacho.

5.- MUESTRAS.

Muestras: SI

Se deberán aportar un mínimo de 5 muestras por cada número de orden ofertado. Si el servicio lo requiere, podrá solicitar al proveedor más muestras para su correcta evaluación, debiéndose entregar en un plazo de 3 días hábiles desde la fecha de notificación. Todas las muestras deberán ir identificadas con el número de expediente al que pertenecen así como con el número de lote y orden al que correspondan. El lugar de entrega será el Almacén General del Hospital Universitario de Getafe.

El proveedor deberá aportar toda la documentación técnica necesaria para la evaluación del producto, (catálogos, fotos, bibliografía, soportes científicos, etc.) y se deberá indicar en ellos el número de orden y lote al que pertenecen del expediente. Si el Servicio lo requiere por ser considerada esta insuficiente, deberán entregar en tres días hábiles tras su solicitud por el centro, la documentación adicional necesaria, su ausencia podrá implicar la no validez de la oferta.

6.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (SOBRE UNICO):

- Índice de la documentación incluida, indicando aquellos documentos que tienen total o parcialmente el carácter de confidencial.
- Relación de productos ofertados (cumplimentar Anexo IV Pliegos Clausulas Administrativas)
- Modelo de declaración CE, exención látex (Cumplimentar Anexo VI)
- Certificado CE clase IIa para productos estériles, certificación exención de látex, certificación de bio-compatibilidad, en los productos que sea necesario (Anexo VI Pliego Clausulas Administrativas)
- Certificación de composición del producto
- Declaración criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas (Anexo V).
- Fichas técnicas señalando características. Se deberá indicar las propiedades o aspectos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. La ficha técnica presentada debe corresponder específicamente con el artículo ofertado (no presentar fichas genéricas en las que se incluyan características de productos no ofertados, que puedan inducir a error). Toda esta documentación deberá presentarse en idioma castellano o con traducción a dicho idioma. Indicando la documentación o información aportada a la licitación que tenga carácter confidencial por afectar a los secretos técnicos o comerciales. El carácter confidencial no podrá extenderse a todo el contenido de la proposición, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar únicamente a los documentos que tengan una difusión restringida y, en ningún caso, a documentos que sean públicamente accesibles.

SUMINISTRO: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO PLURALIDAD DE CRITERIOS 2020-1-89 (COM) SUMINISTRO DE GASAS Y COMPRESORES



-Catálogos o fotografías. Toda esta documentación deberá presentarse en idioma castellano o con traducción a dicho idioma. Indicando la documentación o información aportada a la licitación que tenga carácter confidencial por afectar a los secretos técnicos o comerciales. El carácter confidencial no podrá extenderse a todo el contenido de la proposición, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar únicamente a los documentos que tengan una difusión restringida y, en ningún caso, a documentos que sean públicamente accesibles.

La no inclusión de esta documentación podrá ser motivo de exclusión.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO

Getafe,
EL DIRECTOR GERENTE

FECHA Y FIRMA

Firmado digitalmente por: ANDRES MOLINERO MIGUEL ANGEL
Fecha: 2020.07.28 09:28

