

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE: TOMA DE MUESTRAS, TEST DE EMBARAZO Y TIRAS RECTIVAS DE ORINA CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE EL CRITERIO PRECIO.

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. El material objeto de contrato estará en perfectas condiciones de uso.
2. Todo el material ofertado tendrá marcado CE.
3. El material presentará una caducidad mínima de 18 meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
4. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
5. En los supuestos de ruptura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata.
6. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
7. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
8. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
9. En su caso, todas las instrucciones vendrán en castellano.
10. La fecha de caducidad y el lote estarán indicados tanto en el envase general como individual del producto, de los productos en los que sea requerido.



ANEXO

RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:

Almacén PAVONES	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid
Almacenes COSLADA	- Almacén General: Avda. de Madrid nº 11, 28822 - Coslada Semisótano del C.S. Ciudad San Pablo
Almacén MELCHOR FERNÁNDEZ	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid
Almacén MAJADAHONDA	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid)
Almacén LEGANÉS	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid)
Almacén ALBERTO PALACIOS	C/ Domingo de Párraga nº 48 C.S. San Andrés Madrid – 28021



Anexo I

RELACION PRECIO Y UNIDADES:

Lote	Material	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
1	100976	CEPILLO CITOLOGICO ENDOCERVICAL NO ESTERIL	UNIDAD	0,059000	75.100	4.430,90	21	5.361,39
2	100982	ESPATULA GINECOLOGICA DE AYRE MADERA	UNIDAD	0,027100	90.000	2.439,00	21	2.951,19
3	100924	ESPATULA GINECOLOGICA (CITOLOGIAS)	UNIDAD	0,039300	48.000	1.886,40	21	2.282,54
4	100540	ESPECULO VAGINAL ESTERIL DESECHABLE T/MEDIANA	UNIDAD	0,165000	110.000	18.150,00	21	21.961,50
5	100888	ESPECULO VAGINAL ESTERIL DESECHABLE T/GRANDE	UNIDAD	0,180000	12.000	2.160,00	21	2.613,60
6	100541	ESPECULO VAGINAL VIRGINAL ESTERIL DESECHABLE	UNIDAD	0,165000	63.000	10.395,00	21	12.577,95
7	100889	FIJADOR CITOLOGICO	UNIDAD	2,228571	600	1.337,14	21	1.617,94
8	200777	PORTAOBJETOS 76X26MM 3 CAMPOS BANDA MATE	UNIDAD	0,100000	100.000	10.000,00	21	12.100,00
9	200358	TARJETA REACTIVA TEST EMBARAZO ORINA	UNIDAD	0,180000	120.000	21.600,00	21	26.136,00
10	200034	TIRA REACTIVA URIANALISIS 11 PARAMETROS	UNIDAD	0,044400	755.000	33.522,00	21	40.561,62
11	200192	TORUNDA ALGODON MADERA S/MEDIO C/TUBO ESTERIL	UNIDAD	0,049800	28.000	1.394,40	21	1.687,22
12	200191	TORUNDA ALGODON MADERA S/MEDIO N/ESTERIL	UNIDAD	0,009450	44.000	415,80	21	503,12
13	202236	TORUNDA POLIESTIRENO C/MEDIO STUART EST	UNIDAD	0,134800	50.000	6.740,00	21	8.155,40
14	200193	TORUNDA RAYON ALAMBRE FLEXIBLE C/MED STUART	UNIDAD	0,466500	3.500	1.632,75	21	1.975,63
						116.103,39	24.381,71	140.485,10



Anexo II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	100976	CEPILLO CITOLOGICO ENDOCERVICAL NO ESTERIL	Dispositivo para la recolección celular del canal endocervical, compuesto de un mango semiflexible redondeado de 20 cm. de largo aproximadamente y unas cerdas constituidas por filamentos de Nylon 6.12 100% virgen (que garanticen inocuidad y que estén libres de cualquier coloración) unidas en forma de espiral a una base de acero inoxidable. Bien rematado en su forma distal. Desechable, no estéril, apirógeno Envase individual.
2	100982	ESPATULA GINECOLOGICA DE AYRE MADERA	Espátula de madera estéril. Bordes atraumáticos. Envase individual. Presentación: Caja de 500 envases unitarios máximo.
3	100924	ESPATULA GINECOLOGICA (CITOLOGIAS)	Espátula ginecológica de plástico estéril. Bordes atraumáticos. En envase individual. Presentación: Caja de 100 envases unitarios máximo.
4	100540	ESPECULO VAGINAL ESTERIL DESECHABLE T/MEDIANA	Desechable. Medidas: largo de pala 11 cm. mínimo. Valvas tratadas que eviten el riesgo de lesión interna. Estéril. Sistema de sujeción mediante corredera. De poliestileno transparente. Envase individual.
5	100888	ESPECULO VAGINAL ESTERIL DESECHABLE T/GRANDE	Desechable. Medidas: largo de pala 11 cm. mínimo. Valvas tratadas que eviten el riesgo de lesión interna. Estéril. Sistema de sujeción mediante corredera. De poliestileno transparente. Envase individual.
6	100541	ESPECULO VAGINAL VIRGINAL ESTERIL DESECHABLE	Desechable. Medidas: largo de pala 11 cm. mínimo. Valvas tratadas que eviten el riesgo de lesión interna. Estéril. Sistema de sujeción mediante corredera. De poliestileno transparente. Envase individual.
7	100889	FIJADOR CITOLOGICO	Spray hidrosoluble para la fijación en porta objetos ginecológicos. En el envase individual debe aparecer de forma expresa la fecha de caducidad. Presentación en bote de 200 ml.
8	200777	PORTAOBJETOS 76X26MM TRES CAMPOS BANDA MATE	Portaobjetos de vidrio de tres campos con banda mate para rotulación. Medidas: 26x76 mm. Presentación: caja de 50 unidades



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
9	200358	TARJETA REACTIVA PARA TEST DE EMBARAZO EN ORINA	<p>Tiras inmunocromatográficas para el diagnóstico precoz del embarazo (9 a 15 días después de la concepción) mediante la determinación del anticuerpo monoclonal anti HCG (Gonadotropina Coriónica Humana) en orina que pueda detectar niveles de HCG de 25 mIU/m.</p> <p>Sensibilidad y especificidad no menor del 98%.</p> <p>No debe presentar interferencias cruzadas con otras hormonas.</p> <p>Tiempo de lectura máxima para resultados de 5 minutos.</p> <p>Estabilidad de las tiras a temperatura ambiente, siendo considerada ésta entre 5 y 30°C.</p> <p>La lectura del resultado será positiva, negativa o no válida.</p> <p>Se considerará la línea negativa como test de validación del proceso en cuanto a volumen de orina y estabilidad de la tira.</p> <p>Presentación en envase individual en el que figure fecha de caducidad y pictograma del proceso en español.</p> <p>Instrucciones de uso en español redactado de forma precisa y fácilmente comprensible y en el que figuren las interferencias más comunes.</p> <p>En el envase común debe aparecer fecha de caducidad, condiciones de mantenimiento, y adecuación a normativa CE</p> <p>Marcado CE y cumplimiento normas ISO 1400182015 sobre gestión medioambiental e ISO 13485 sobre sistemas de gestión de la calidad en productos sanitarios.</p> <p>Máximo 50 tiras por caja.</p>
10	200034	TIRA REACTIVA COLORIMETRICA URIANALISIS 11 PARAMETROS	<p>Tiras reactivas para la detección cualitativa y semicuantitativa de los siguientes parámetros analíticos en orina: Ácido ascórbico, glucosa, bilirrubina, cuerpos cetónicos, (ácido acetoacético), densidad, sangre, pH, proteínas, urobilinógeno, nitritos y leucocitos.</p> <p>Lectura visual comparando carta de colores del envase.</p> <p>Alta resistencia al ácido ascórbico.</p> <p>Envase con desecante de larga duración y en el que debe figurar fecha de caducidad y validez de los reactivos una vez abierto el envase, que será de al menos 3 meses.</p> <p>Las tiras serán estables antes y después de la apertura del envase a temperatura ambiente, considerada ésta entre 5 y 30° C.</p> <p>El tiempo total de lectura no excederá de 120 segundos.</p> <p>La sensibilidad y especificidad de cada parámetro estará documentada en el prospecto, así como las circunstancias concretas en que cada una de ellas puede verse alterada.</p> <p>Se dispondrá de muestras de control para positivos y negativos.</p> <p>Instrucciones de uso en español.</p> <p>Tendrá marcado CE y cumplirá norma ISO 1400182015 sobre gestión medioambiental e ISO 13485 sobre sistemas de gestión de la calidad en productos sanitarios.</p> <p>Presentación: Envase de 100 tiras.</p>



Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
11	200192	TORUNDA ALGODON MADERA SIN MEDIO CULTIVO CON TUBO ESTERIL	Torunda con tubo para transporte de muestras biológicas. Con escobillón estéril. Tubo etiquetado para identificación. Varilla de madera. Sin medio. Tubo seco. Presentación: envase individual con fecha de caducidad en el mismo.
12	200191	TORUNDA ALGODON MADERA SIN MEDIO CULTIVO NO ESTERIL	Torunda para recogida de muestra. Varilla de madera de 15 cm. de largo. Algodón en uno de sus extremos. Desechable, un solo uso. Presentación: Caja de 100 envases unitarios máximo.
13	202236	TORUNDA POLIESTIRENO C/MEDIO STUART ESTERIL	Torunda con tubo para transporte de muestras biológicas. Con escobillón estéril. Tubo etiquetado para identificación. Varilla de plástico. Con medio de transporte (stuart). Presentación: envase individual con fecha de caducidad en el mismo.
14	200193	TORUNDA RAYON ALAMBRE FLEXIBLE C/MEDIO STUART	Torunda con tubo para transporte de muestras biológicas. Con escobillón estéril. Tubo etiquetado para identificación. Varilla de aluminio flexible. Con medio de transporte (stuart). Presentación: Envase individual con fecha de caducidad en el mismo.

POR EL ADJUDICATARIO

Sello y firma:

POR LA ADMINISTRACIÓN:

La Gerente Adjunta de Gestión
y Servicios Generales

Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm.
76 de 31/03/2011)

María Luisa Tello García

