

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE EXPLORACIONES FUNCIONALES Y GASTROSTOMIA PARA EL SERVICIO DE MEDICINA DEL APARATO DIGESTIVO Y EL SERVICIO DE CIRUGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

El presente contrato tiene por objeto el suministro de material para la unidad de exploraciones funcionales y gastrostomía, y cesión en uso del equipo necesario en (Lote 9), para la realización de la técnica para el Servicio de Medicina del Aparato Digestivo y el Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital.

LO TE	ORD EN	CODIGO	DESCRIPCION
1	1	014799	<p><b>SET PARA BIOPSIA HEPÁTICA PERCUTANEA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aguja de biopsia hepática de 88mm con bisel de 45º, en esta longitud total incluirá una pieza que haga de tope, de 18 mm.</li> <li>• Calibre 16G (1,6mm)</li> <li>• Tipo Menghini</li> </ul> <p><b>Set compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeringa de aspiración de 10 ml. con tope para controlar el vacío.</li> <li>• Bisturí</li> <li>• Aguja para cargar suero fisiológico de 0.9 x 40 mm.</li> </ul>
2	2	018349 + 018350 + 014843	<p><b>SET DE PRIMERA IMPLANTACION DE GASTROSTOMIA (PEG)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema completo de gastrostomía endoscópica percutánea. Que debe incluir los siguientes componentes mínimos necesarios: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Retenedor externo con sistema de fijación no plano</li> <li>➢ Retenedor interno <u>blando extraíble por tracción</u>.</li> <li>➢ Sistema completo de punción y guía apropiada.</li> <li>➢ Bisturí del 11.</li> <li>➢ Paño estéril fenestrado y gasas.</li> <li>➢ Sistema completo de accesorios para manipular el extremo distal de la sonda, (Adaptador, anillo, aguja, ....), incluyendo asa de-polipectomia</li> <li>➢ Pinza de clampaje</li> </ul> </li> <li>• Conexión Enfit.</li> <li>• Con cable guía.</li> <li>• Silicona</li> <li>• Carente de látex y de DHP</li> <li>• Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.</li> <li>• Disponibilidad en distintos diámetros de sonda.</li> </ul>
	3		<p><b>ADAPTADORES PEG CONEXIÓN ENTERAL ENFIT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptadores para alimentación con conexión enfit</li> <li>• Disponibilidad en distintos diámetros de sonda.</li> <li>• Compatibles con el Set de primera implantación (PEG).</li> </ul>

LO TE	ORD EN	CODIGO	DESCRIPCION
3	4	011990	<p><b>SET DE REEMPLAZO DE BAJO PERFIL TIPO BOTON CON RETENEDOR INTERNO DE BALÓN.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema completo de reemplazo de gastrostomía endoscópica percutánea. Que debe incluir los siguientes componentes mínimos necesarios: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Jeringas calibradas, una para el llenado del balón y otra con conexión enfit.</li> <li>&gt; Sistema de conexiones a la gastrostomía y en diversos modelos de conexión a dispositivos de alimentación externos.</li> <li>&gt; Dos extensiones enfit para alimentación continua con toma en Y y para alimentación por bolus.</li> </ul> </li> <li>Retenedor interno de tipo balón, que cubra toda la sonda.</li> <li>Disponibilidad de longitudes de 0,8 a 5 cm. y en sus distintos diámetros de sonda (entre 12 y 24 Fr.). La válvula debe indicar las medidas del botón.</li> <li>Sin fiador</li> <li>Con banda radiopaca</li> <li>Conexión Enfit.</li> <li>Silicona</li> <li>Carente de látex y de DHP</li> <li>Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.</li> </ul>
	5	013796	<p><b>EXTENSIONES PARA ALIMENTACION CONTINUADA O EN BOLUS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alargaderas y sistemas de descompresiones adaptadas al dispositivo, rectas y con toma en Y de 30 y 60cm de longitud.</li> <li>Conexión Enfit.</li> <li>Compatibles con todas las sondas de bajo perfil utilizadas por el Hospital, (presentar certificado de compatibilidad).</li> </ul>
4	6	016913	<p><b>SET DE REEMPLAZO CON RETENEDOR INTERNO DE BALÓN.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema completo de reemplazo de gastrostomía endoscópica percutánea. Que debe incluir los siguientes componentes mínimos necesarios: Retenedor interno de tipo balón, que cubra toda la sonda.</li> <li>Disponibilidad de longitudes de 12 ,14, 16, 18, 20, 22, 24, y 26 Fr.</li> <li>La válvula del balón debe indicar el volumen de llenado del balón y los fr de la sonda.</li> <li>Puerto de medicación</li> <li>Línea radiopaca</li> <li>Con sonda graduada en centímetros y retenedor externo ajustable, no plano.</li> <li><u>Sonda recta de Silicona</u></li> <li>Conexión Enfit, integrada en la sonda.</li> <li>Carente de látex y de DHP</li> <li>Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.</li> </ul>



LO TE	ORD EN	CODIGO	DESCRIPCION
5	7	018359 + 018360 + 017068	<b>SET DE Sonda GASTROYEYUNAL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sistema completo de reemplazo de gastrostomía endoscópica percutánea de tipo gastroyeyunal. Que debe incluir los siguientes componentes mínimos necesarios: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sonda de alimentación yeyunal transgástrica de silicona, graduada en cm con retenedor externo con sistema de fijación ajustable no plano y anclaje gástrico de balón.</li> <li>➤ Retenedor interno gástrico de tipo balón</li> <li>➤ Disponible al menos en 3 medidas.</li> <li>➤ Sistema completo de punción y guía apropiada.</li> <li>➤ Sistema de sujeción distal para su guiado endoscópico a yeyuno.</li> <li>➤ Doble luz para alimentación yeyunal y descompresión gástrica.</li> <li>➤ De uso independiente de la sonda PEG, colocación sin necesidad de PEG previa.</li> </ul> </li> <li>➤ Carente de látex y de DHP</li> <li>➤ Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.</li> </ul>
	8	018373	<b>SET DE Sonda GASTROYEYUNAL DE BAJO PERFIL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sonda de alimentación yeyunal transgástrica de silicona</li> <li>➤ Sonda con anclaje gástrico de balón</li> <li>➤ Doble luz para alimentación yeyunal y descompresión gástrica.</li> <li>➤ De uso independiente de la sonda PEG, colocación sin necesidad de PEG previa.</li> <li>➤ Disponible al menos en 3 medidas</li> </ul>
6	9	013540	<b>SET DE GASTROSTOMIA SIN BALON BAJO PERFIL TIPO BOTON</b>  <b>BOTON DE GASTROSTOMIA SIN BALON EN KIT QUE INCLUYA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dispositivos de bajo Perfil</li> <li>➤ Silicona</li> <li>➤ Calibres de 18 French a 24 French</li> <li>➤ Perfil de 1,2 cms. a 4 cms</li> <li>➤ Obturador</li> <li>➤ Medidor de estomas</li> <li>➤ Juego de alargadera para alimentación por bolus con adaptador recto</li> <li>➤ Juego de alargadera para alimentación continua con adaptador a 90°</li> <li>➤ Tubo de descompresión</li> </ul>
	10	012099	Alargaderas y sistemas de descompresión adaptadas al dispositivo

LO TE	ORD EN	CODIGO	DESCRIPCION
7	11	013663	<b>SET DE REEMPLAZO GASTROSTOMÍA 1 VÍA CON RETENEDOR INTERNO DE BALÓN.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema completo de reemplazo de gastrostomía endoscópica percutánea. Que debe incluir los siguientes componentes mínimos necesarios: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jeringas calibradas de forma adecuada.</li> <li>➤ Sistema de conexiones a dispositivos de alimentación externos.</li> </ul> </li> <li>Retenedor interno de tipo balón.</li> <li>Disponibilidad de distintos diámetros de sonda que incluya al menos 14, 18 y 24 Fr.</li> <li>Retenedor externo flexible de altura ajustable.</li> <li>Carente de látex.</li> <li>Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.</li> </ul>
8	12	016935	<b>CATETER DE DILATACION ESOFAGICO/PILORICO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Catéter de dilatación esofágico/Pilórico con balón guiado transparente. Punta redondeada</li> <li>Que permita obtener dilataciones seriadas progresivas ( mínimo 3) según se aplica mayor presión al dispositivo</li> <li>Calibres de balón de 6mms a 18mms</li> <li>Compatible con el canal de trabajo de los endoscopios en uso (2,8 mms)</li> <li>Longitud total mínima 230 cms.</li> </ul>
9	13	014354	<b>IMPENDANCIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sondas de registro combinado multicanal de 6 canales de Impedancia y 1 canal de pHmetria</li> </ul> <p>El adjudicatario de este lote entregará en cesión de uso 2 grabadoras ambulatorias de impedancia y phmetria y el programa informático para su explotación.</p>

### OTROS REQUISITOS

El adjudicatario se compromete, ante una mejora tecnológica, a sustituir las referencias, sin que dicha modificación tenga repercusión en el precio de la adjudicación.

El adjudicatario se compromete a suministrar todos los modelos en todas sus variantes, sin limitaciones de ningún tipo y ajustándose a las necesidades del Servicio.

### FORMACION

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, si es preciso, al personal que se determine para el correcto uso de los productos, entregándose sin cargo el material docente necesario para la formación.

### MUESTRAS

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras **SI**

Cantidad de muestras: **1 POR LOTE Y POR Nº DE ORDEN**

Lugar de Entrega: **Almacén General. Edificio MI planta -2**

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se **podrán solicitar más** muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto

### OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, a 11 de septiembre de 2020

Servicio de Medicina de Aparato Digestivo



Fdo.: Dr. Díaz Tasende  
Jefe de Sección del Servicio

EXPEDIENTE: 2020-0-186

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE EXPLORACIONES FUNCIONALES Y GASTROSTOMIA PARA EL SERVICIO DE MEDICINA DEL APARATO DIGESTIVO Y EL SERVICIO DE CIRUGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

						PRESUPUESTO					VALOR ESTIMADO (incluida modificación) 20%	EPIGRAFE
LOTE	ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD INICIAL 24 MESES	CANTIDAD PRORROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 10%	IVA 21%	IMPORTE TOTAL		
1	1	014799	SET PARA BIOPSIA HEPATICA	320	320	18,000	5.760,000		1.209,600	6.969,600	12.672,000	27004
2	2	014843	SET DE PRIMERA IMPLANTACION DE GASTROSTOMIA PEG	20	20	115,500	2.310,000	231,000		2.541,000	5.082,000	27004
	3		ADAPTADORES PEG CONEXIÓN ENTERAL ENFIT	20	20	19,090	381,800		80,178	461,978	839,960	27004
3	4	011990	SET DE REEMPLAZO DE BAJO PERFIL TIPO BOTON CON RETENEDOR INTERNO DE BALÓN.	300	300	120,000	36.000,000	3.600,000		39.600,000	79.200,000	27004
	5	013796	EXTENSIONES PARA ALIMENTACION CONTINUADA O EN BOLUS	1.300	1.300	12,000	15.600,000		3.276,000	18.876,000	34.320,000	27004
4	6	016913	SET DE REEMPLAZO CON RETENEDOR INTERNO DE BALON (Sonda recta)	180	180	67,000	12.060,000	1.206,000		13.266,000	26.532,000	27004
5	7	018359	SET DE Sonda GASTROYEYUNAL	4	4	257,000	1.028,000	102,800		1.130,800	2.261,600	27004
	8	018373	SET DE Sonda GASTROYEYUNAL DE BAJO PERFIL	4	4	648,000	2.592,000	259,200		2.851,200	5.702,400	27004
6	9	013540	SET DE GASTROSTOMIA SIN BALON BAJO PERFIL TIPO BOTON	20	20	200,000	4.000,000	400,000		4.400,000	8.800,000	27004
	10	012099	ALARGADERAS	100	100	8,900	890,000	89,000		979,000	1.958,000	27004
7	11	013663	SET DE REEMPLAZO GASTROSTOMIA 1 VIA CON RETENEDOR INTERNO DE BALON	220	220	39,750	8.745,000	874,500		9.619,500	19.239,000	27004
8	12	016395	CATETER DE DILATACION ESOFAGICO/PILORICO	80	80	180,000	14.400,000		3.024,000	17.424,000	31.680,000	27004
9	13	014354	IMPENDANCIA	40	40	102,000	4.080,000		856,800	4.936,800	8.976,000	27004
							<b>107.846,800</b>	<b>6.762,500</b>	<b>8.446,578</b>	<b>123.055,878</b>	<b>237.262,960</b>	