

EXPEDIENTE N° 2016-0-108

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TRANSDUCTORES DE PRESIÓN SANGUÍNEA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adquisición del **SUMINISTRO DE TRANSDUCTORES DE PRESIÓN SANGUÍNEA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”**.

LOTE	CODIGO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
1	014923	<p>SISTEMA DE PRESIÓN SANGUÍNEA CON UN TRANSDUCTOR</p> <p>Compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rango de trabajo: de -50 a 300 mm HG • Límite de presión: -400 a 500 mm HG • Rango de temperatura: de 15 a 40 grados centígrados • Sensibilidad: 5 micro V/mm HG $\pm 1\%$ • Deriva: $< 2\text{mmHG}/8\text{ h}$ • Tiempo de calentamiento: < 2 minutos • Cuerpo transparente • Conexiones luer-lock <p>Además deberá contener los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un sistema de lavado por flujo continuo de 3 ml/hora con posibilidad de lavado rápido y sistema de administración con microgotero. • Dos llaves de 3 vías • Una alargadera de 150 cm. • Todas las salidas vendrán con tapones incorporados y todas las conexiones deberán ser de tipo luer-lock. • Según esquema del Anexo a este Pliego.
2	014924	<p>SISTEMA DE PRESIÓN SANGUÍNEA CON DOS TRANSDUCTORES</p> <p>Compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rango de trabajo: de -50 a 300 mm HG • Límite de presión: -400 a 500 mm HG • Rango de temperatura: de 15 a 40 grados centígrados • Sensibilidad: 5 micro V/mm HG $\pm 1\%$ • Deriva: $< 2\text{mmHG}/8\text{ h}$ • Tiempo de calentamiento: < 2 minutos • Cuerpo transparente • Conexiones luer-lock

LOTE	CODIGO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
		<p>Además deberá contener los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dos sistemas de lavado por flujo continuo de 3 ml/hora con posibilidad de lavado rápido y sistema de administración con microgotero. • Cuatro llaves de 3 vías • Dos alargaderas de 150 cm. • Dos alargaderas de 30 mm. • Todas las salidas vendrán con tapones incorporados y todas las conexiones deberán ser de tipo luer-lock. • Según esquema del Anexo a este Pliego.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: (SI)

2 unidades por cada lote

No obstante, durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

*Las muestras se entregarán en el Almacén General **separadas** del resto de documentación del expediente.*

Madrid, a 26 de agosto de 2016.



LA DIRECTORA GERENTE,

Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González.

EXPEDIENTE 2016-0-108

OBJETO:
SUMINISTRO DE TRANSDUCTORES DE PRESION SANGUINEA


ANEXO AL PLIEGO

PRESUPUESTO									
LOTE	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRORROGA 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO
1	014923	SISTEMA DE PRESIÓN SANGUINEA 1 TRANSDUCTOR	10.300	10.300	5,2100	53.663,000	11.269,23	64.932,23	107.326,00
2	014924	SISTEMA DE PRESION SANGUINEA 2 TRASDUCTORES	5.700	5.700	8,9000	50.730,000	10.653,30	61.383,30	101.460,00
						104.393,00	21.922,53	126.315,53	208.786,00
VALOR ESTIMADO 10%.....								229.664,60	

ANEXO PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS Expediente 2016-0-108

Nº de orden 1

Código 014923



Nº de orden 2

Código 014924

