

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE ASAS DE POLIPECTOMIA Y OTRO MATERIAL ENDOSCÓPICO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con los artículos 116 del TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y 68 del RGLCAP, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contiene las prescripciones técnicas particulares que han de regir la ejecución del suministro de **ASAS DE POLIPECTOMIA Y OTRO MATERIAL ENDOSCÓPICO**

LOTE	CODIGO	DESCRIPCION
1	018259 017264 018260 018261	ASAS DE POLIPECTOMÍA <ul style="list-style-type: none"> Asas de polipectomía oval simétrica rotatoria, para canal de trabajo de 2.8 mm de 30 mm de diámetro de apertura de lazo, de más de 180 cm de longitud, con mango con escala de apertura. Conexión de electrodo activo (tipo Olympus) compatible con todas las fuentes de electro-bisturí disponibles en el Servicio de diversas marcas y modelos. Sin látex. Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso. Compatibles con los endoscopios existentes en el Servicio marca Fujinon, Olympus y Pentax. Es imprescindible la existencia de los siguientes modelos que deben ser suministrados según las necesidades del Servicio: <ul style="list-style-type: none"> a.- Hexagonal. b.- Ovais de diámetros entre 1.2 y 2.5. c.- Para polipectomía fría. d.- Monofilamento para mucossectomía. e.- Para canal de endoscopio ultrafino (2.0 mm.). f.- Para enteroscopia de doble balón. g.- Con aguja de esclerosis incluida.
2	016764	RED PARA LA RECUPERACIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS Y POLIPOS <ul style="list-style-type: none"> Accesorio terminado en una red atrapadora para recuperación de pólipos y extracción de cuerpos extraños. Para canal de trabajo de 2.8 mm, de 30 mm. diámetro de apertura de lazo, de más de 180 cm de longitud. Existencia de diversos calibres de red y de un modelo para endoscopios ultrafinos (2.0 mm. de canal). Es imprescindible la existencia de modelos de longitud y calibre adaptados a la enteroscopia de doble balón. Sin látex. Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso. Compatible con los endoscopios existentes en el Servicio marca Fujinon, Olympus y Pentax.

LOTE	CODIGO	DESCRIPCION
3	017869	<p>BISTURÍ DE DISECCION ENDOSCOPICA SUBMUCOSA CON PUERTO PARA INYECCION DE SUERO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bisturí de disección submucosa con puerto para inyección de suero en distintas longitudes (1 a 3 mm.). Compatible con los endoscopios marca Fujinon, Olympus y Pentax y con las bombas de inyección a presión controlada existentes en el Servicio. Con conexión tipo "Olympus" a las fuentes de diatermia y conexión luer lock a las bombas de inyección a presión controlada. • Es imprescindible la existencia de modelos con punta de corte y punta de corte y coagulación. • Estéril con fecha de envasado y caducidad. Un solo uso.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: SI. 1 MUESTRA POR LOTE.

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, 16 de Octubre de 2017



Subdirector Médico

Fdo: Dr. Rivas




Coordinador U. Endoscopias M. Ap. Digestivo

Fdo: Dr. Díaz-Tasende

EXPEDIENTE: 2017-0-121

OBJETO: SUMINISTRO DE ASAS DE POLIPECTOMIA Y OTRO MATERIAL ENDOSCÓPICO

LOTE	CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 6 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL
1	018259	ASAS DE POLIPECTOMIA	4.300	24,48	105.264,00	22.105,44	127.369,44
	017264						
	018260						
	018261						
2	016764	RED ATRAPADORA DE CUERPOS EXTRAÑOS	370	47,60	17.612,00	3.698,52	21.310,52
3	017869	BISTURI DE DISECCION ENDOSCOPICA	30	306,23	9.186,90	1.929,25	11.116,15
					132.062,90	27.733,21	159.796,11