

PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**P.A.S. 40/2021 HUP****UN VIDEOCOLONOSCOPIO HD CON DOBLE FOCO Y UN ECOENDOSCOPIO RADIAL PARA ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS**

Lo te	Bien/Producto	Can-tidad	Tipo Ud.	BASE IMPONIBLE (IVA EXCLUIDO)	IVA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	VIDEOCOLONOSCOPIO HD CON DOBLE FOCO (500016)	1	Ud.	23.432 €	4.920,72 €	28.352,72 €	28.352,72 €
2	ECOENDOSCOPIO RADIAL (501976)	1	Ud.	62.105 €	13.042,05 €	75.147,05 €	75.147,05 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**VIDEOCOLONOSCOPIO HD CON DOBLE FOCO:**

- Obtención de imágenes Full HD.
- Longitud de trabajo de al menos 1.650 mm.
- Diámetro máximo de 13,3 mm.
- Canal de trabajo con diámetro mínimo de 3,7 mm.
- Sistemas ópticos y electrónicos que permitan el realce de patrones vasculares y otras estructuras de la mucosa.
- Capacidad de variar la rigidez del endoscopio por el usuario en al menos 3 posiciones.
- Conector estanco de un solo paso.
- Doble foco óptico que permita seleccionar 2 enfoques distintos, en los que la observación se optimice en campo cercano o lejano con ángulo de visión de al menos 140º en ambos.
- Compatible con las lavadoras, armarios de secado y sistema de trazabilidad existentes en la Unidad, suministrando los adaptadores en caso de ser necesarios.
- Todo el material ha de cumplir las condiciones de trazabilidad electrónica existente actualmente en la Unidad de Endoscopia Digestiva.

ECOENDOSCOPIO RADIAL:

- Compatible con el ecógrafo y procesadores de la Unidad de Endoscopia. En caso de que no lo sea, ha de suministrarse un ecógrafo y procesador compatible con las mismas características del existente en la Unidad, además de un ecoendoscopio lineal compatible que permita realizar toda la exploración diagnóstica y terapéutica ecoendoscópica del tracto digestivo.
- Rango de barrido de 360º.
- Diámetro máximo de 13,4 mm.
- Frecuencias de hasta 12 MHz.
- Canal de trabajo mínimo de 2,2 mm.
- Campo de visión endoscópica mínimo de 100º.
- Compatible con las lavadoras, armarios de secado y sistema de trazabilidad existentes en la Unidad, suministrando los adaptadores en caso de ser necesarios.
- Todo el material ha de cumplir las condiciones de trazabilidad electrónica existente actualmente en la Unidad de Endoscopia Digestiva.

Calle Diego de León, nº 62
Tel.: 91520.22.95
Fax: 91520.22.34

1 28006 Madrid



PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 40/2021 HUP

Una vez elaborado el pliego de prescripciones técnicas correspondientes al **Procedimiento Abierto Simplificado 40/2021 HUP**, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 9 de noviembre de 2017), el Director Gerente del Hospital U. de la Princesa, en uso de las atribuciones que le confiere la Resolución de 11 de junio de 2020, de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria, de Delegación de Competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Directores Gerentes de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusión y en el Director-Gerente del SUMMA-112, apartado primero (B.O.C.M. núm. 143, de 15 de junio de 2020).

RESUELVE:

Aprobar dichos pliegos para el mencionado Procedimiento Abierto.

Madrid, a fecha del día de la firma

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: Fidel ILLANA ROBLES

