

EXPEDIENTE:	GCASU1800025
OBJETO:	SUMINISTRO DE DIEZ MONITORES DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA Y UN ECÓGRAFO CON TRES SONDAS.

TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Celebrada con fecha 10 de octubre 2018 la Mesa de Contratación con el objeto de proceder a la apertura del sobre único que contiene la documentación administrativa y oferta económica del procedimiento abierto simplificado mediante el criterio único referenciado.

Se procede a la apertura de la documentación administrativa de las siguientes empresas que se han presentado a través de la licitación electrónica:

- CARDIVA 2, S.L.
- ESAOTE ESPAÑA, S.A.
- GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.
- INSANEX, S.L.
- PROYECTOS HOSPITALARIOS INTERNACIONAL, S.A.

No habiendo incidencias en la documentación administrativa.

Seguidamente se hace lectura de las ofertas económicas, informando a los asistentes al acto público, que la Mesa procederá tras la finalización del acto público a la exclusión de las ofertas que no cumplan con los requerimientos del Pliego de Prescripciones Técnicas del citado expediente.

Se presentan a licitación para el lote 1: Monitores de presión arterial no invasiva,

- CARDIVA 2, S.L.
- PROYECTOS HOSPITALARIOS INTERNACIONAL, S.A.
- INSANEX, S.L.

Para el lote 2: Ecógrafo con tres sondas, se presentan:

- ESAOTE ESPAÑA, S.A.
- GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.

Quedando excluidos de la licitación según el informe técnico: (Ver informe adjunto)

- PROYECTOS HOSPITALARIOS INTERNACIONAL, S.A.
- INSANEX, S.L.
- GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.

Continúan en la licitación:

- Lote 1: CARDIVA 2, S.L.
- Lote 2: ESAOTE ESPAÑA, S.A.

Divulgándose dichas circunstancias en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).

Lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 19.3 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, expido y firmo en San Sebastián de los Reyes a 27 de junio de 2018.

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN,
Fdo.: Jose Alberto Torcal Ochoa.

 **Hospital Universitario
Infanta Sofía**
SaludMadrid

SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIONES

ANEXO

FICHA VALORACIÓN TÉCNICA

GCASU1800025 SUMINISTRO DE DIEZ MONITORES DE PRESIÓN ARTERIAL Y ECÓGRAFO CON 3 SONDAS

LOTE 1: MONITORES DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA.

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
CARDIVA 2 S.L.	SI	
PROYECTOS HOSPITALARIOS INTERNACIONAL S.A.	NO	Se solicita pantalla táctil y no la tiene el producto ofertado. No especifica si tiene algoritmo de rechazo de artefactos. No dispone de teclas de acceso directo para las funciones más habituales. No dispone de alarma sonora de falta de batería. No se especifica que no sea necesario para el envío de datos mediante HL7 software o gateway intermedios. No especifica que disponga de alarmas para todos los parámetros.
INSANEX, S.L.	NO	Se solicita transmisión de datos HL7 sin necesidad de usar software o gateway intermedio por WIFI. El producto ofertado necesita de un gateway ó software instalado en servidor de comunicaciones para comunicar cada equipo con SELENE.

RESPONSABLE DE RECURSOS MATERIALES



Fdo.: Ana María López Martínez

FICHA VALORACIÓN TÉCNICA

GCASU1800025 SUMINISTRO DE DIEZ MONITORES DE PRESIÓN ARTERIAL Y ECÓGRAFO CON 3 SONDAS

LOTE 2: ECÓGRAFO CON 3 SONDAS

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
ESAOTE ESPAÑA S.A.	SI	
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU	NO	Se solicita transductor convex de entre 1.0 y 8.0 Mhz y se ofertan entre 1.7 a 5 Mhz. Se solicita transductor lineal de entre 3.0 y 13 Mhz y se oferta entre 4.0 y 13 Mhz. Se solicita transductor cardio entre 1.0 y 4.0 Mhz y se oferta entre 1.3 y 4 Mhz. Se solicita power doppler bidireccional y no figura en la oferta. Se solicita modo duplex y triplex y no hace referencia la oferta al modo duplex. Se solicita tecnología para la detección de microflujos y visualización directa de los ecos de la sangre, no se especifica en el producto ofertado. Se solicita que se elabore un patrón de cada imagen a nivel de pixel que debe permitir eliminar los artefactos de ruido y movimientos. No se especifican dichas características en el producto ofertado. Se solicita que permita tener angulaciones electrónicas del haz ultrasonido hasta 15 líneas a la vez en todas las sondas con diferentes pasos de oblicuación en diferentes cortes en los diferentes modos de trabajo, en el producto ofertado no se hace referencia a dichas características.

JEFE DE SERVICIO DE MEDICINA INTERNA

Fdo.: Jorge Francisco Gómez Cerezo