




**EXPEDIENTE: 2021400018**

**OBJETO DEL CONTRATO**

El presente contrato tiene por objeto el suministro de **REACTIVOS PARA LA DETECCIÓN DEL SARS-COV-2**, para cubrir las necesidades del Servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal.

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
1	1	322703	<b>KIT DETECCIÓN SARS COVID-19 1.000 DETERMINACIONES</b> Sistema para la detección cualitativa del virus SARS-CoV-2 agente causal de COVID-19, en 3 regiones diferentes del virus. Cada diana viral es detectada por RT-PCR de manera simultánea y se incorpora un control de amplificación en una región del genoma de un fago bacteriano (MS2) que revela calidad de la extracción. El ensayo es diseñado para trabajar con material genético total aislado de muestras procedentes de vías respiratorias altas y bajas. La presentación es de 1000 reacciones/kit.
1	2	323567	<b>TEST MOLECULAR P/DETECCIÓN SIMULTÁNEA SARS-COV-2, GRIPE Y VIRUS VRS POR PCR</b> Sistema para la detección cualitativa del virus SARS-CoV-2 agente causal de COVID-19 en solo 2 dianas virales, pero permite la detección simultánea de otros virus respiratorios como gripe y virus respiratorio sincitial. El ensayo incorpora un control de amplificación en una región del genoma de un fago bacteriano (MS2) que revela calidad de la extracción. La presentación es de 1000 reacciones/kit.
1	3	321084	<b>KIT DETECCIÓN PCR SARS-COVID-19 50 DETERMINACIONES</b> Sistema para la detección cualitativa del virus SARS-CoV-2 agente causal de COVID-19, en 3 regiones diferentes del virus. Cada diana viral es detectada por RT-PCR de manera independiente y se incorpora en todos los casos de un control positivo interno en una región del genoma humano (RNAsaP) que revela calidad de la muestra. El ensayo es diseñado para trabajar con material genético total aislado de muestras procedentes de vías respiratorias altas y bajas. La presentación es de 50 reacciones/kit.

  
Dr. CANTÓN  
JEFE DE SERVICIO MICROBIOLOGÍA



Dra. FERRÉ MASFERRER  
SUBDIRECTORA SERVICIOS CENTRALES





**ANEXO:**

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de la referencia de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. Los artículos ofertados deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios y, para el caso de productos implantables activos el Real Decreto 1616/2009 de 26 de octubre así como el Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre para los productos sanitarios diagnóstico "in vitro". En cualquier caso todos los productos que lo requieran deberán incluir el certificado de exención de látex.
3. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
  - Relación de productos ofertados.
  - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
4. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**  
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
5. Etiquetado en el que figure:
  - a. La denominación del artículo.
  - b. El método de esterilización utilizado.
  - c. Las fechas de caducidad del producto.
  - d. El número de lote.
  - e. La referencia comercial.
  - f. Marcado CE.
  - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
6. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.

Dr. CANTÓN  
JEFE DE SERVICIO MICROBIOLOGÍA

Dra. FERRÉ MASFERRER  
SUBDIRECTORA SERVICIOS CENTRALES

P.N.S.P. 20214000018

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (12 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	322703	KIT DETECCIÓN SARS-COV-2 1000 DETERMINACIONES	DETERMINACIÓN	35.000	19,900	696.500,00	21,00	146.265,00	842.765,00
1	2	323567	TEST MOLECULAR P/DETECCIÓN SIMULTÁNEA SARS-COV-2, GRIPE Y VIRUS VRS POR PCR 1000 DETERMINACIONES	DETERMINACIÓN	14.000	19,900	278.600,00	21,00	58.506,00	337.106,00
1	3	321084	KIT DETECCIÓN SARS-COV-2 50 DETERMINACIONES	DETERMINACIÓN	21.000	12,225	256.725,00	21,00	53.912,25	310.637,25
TOTAL LOTE 1:							1.231.825,00		258.683,25	1.490.508,25

IMPORTE TOTAL:	1.231.825,00	258.683,25	1.490.508,25
----------------	--------------	------------	--------------