

PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
P.A. 13/2019 HUP
MATERIAL NECESARIO PARA LA PRÁCTICA DE HEMODIÁLISIS

Lo te	Bien/Producto	Can- tidad	Tipo Ud.	BASE IMPONI BLE (IVA EXCLUI DO)	IVA	PRECIO UNITA RIO (IVA INCLUI DO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUI DO)
1	AGUJAS FÍSTULA PARA LA CANALIZACIÓN DE ACCESOS VASCULARES EN HEMODIÁLISIS						
1.a	AGUJA FÍSTULA CALIBRE 15 G (270112): • Que permitan distintas longitudes de acero (20/25/32 mm.).	18.000	Uds	0,540 €	0,1134 €	0,6534 €	11.761,20 €
1.b	AGUJA FÍSTULA CALIBRE 16G (271806): • Que permitan distintas longitudes de acero (20/25/32).	1.000	Uds	0,540 €	0,1134 €	0,6534 €	653,40 €
2	SOLUCIÓN SALINA HEPARINIZADA PARA CEBADO DE LÍNEAS DE HEMODIÁLISIS de 1000 cc. (260124)	6.000	Uds	2,645 €	0,5555 €	3,2005 €	19.202,70 €
3	CATETER TEMPORAL PARA LA REALIZACION DE HD AGUDOS (260169) • Flujo alto calibre 12 Fr. • Doble luz • Recto o extensiones curvadas • Material termosensible poliuretano radiopaco con tratamiento antimicrobiano • 16 o 20 cms. • Introducción guía sin retirar jeringa	25	Uds	80,000 €	16,8000 €	96,8000 €	2.420,00 €
4	MATERIAL PARA HEMODIÁLISIS CON MONITORES NIKKISO						
4.a	SOLUCIÓN ÁCIDA CONCENTRADA PARA HD (5 litros) (260170)	12.000	Uds	8,700 €	1,8270 €	10,5270 €	126.324,00 €
4.b	CARTUCHO DE BICARBONATO PARA HD (260171)	12.000	Uds	8,700 €	1,8270 €	10,5270 €	126.324,00 €
4.c	DESINFECTANTE-DESINCRUSTANTE (ÁCIDO CÍTRICO) (260068)	200	Uds	72,000 €	15,1200 €	87,1200 €	17.424,00 €
4.d	LÍNEA ARTERIO-VENOSA DE SANGRE MONITOR EXA (260050)	12.000	Uds	6,600 €	0,6600 €	7,2600 €	87.120,00 €
4.e	LÍNEA DE INFUSIÓN PARA HEMODIAFILTRACIÓN ON LINE PARA MONITOR EXA (260067)	12.000	Uds	4,350 €	0,4350 €	4,7850 €	57.420,00 €
4.f	ULTRAFILTRO 750 horas LÍQUIDO DE DIÁLISIS PARA HDF (260122)	75	Uds	192,00 €	40,3200 €	232,3200 €	17.424,00 €
	El adjudicatario del lote 4 deberá aportar, sin coste, 1 monitor de hemodiálisis nuevo capaz de hacer HD-on line. Y capaz de funcionar con el material que se solicita en este Procedimiento Abierto						
5	MATERIAL PARA HEMODIÁLISIS CON MONITORES FRESenius 5008						

5.a	SOLUCIÓN ÁCIDA CONCENTRADA PARA HD (3,5 litros) (260086) Composición: <ul style="list-style-type: none"> • Na 140 • K 1.5 • Cl 106 • CO₃H⁺ 35 • CH₃COO 4 • Ca 3 • Mg 0,95 • Glucosa 1g/1 	2.000	Uds	3,108 €	0,6527 €	3,7607 €	7.521,36 €
5.b	CARTUCHO DE BICARBONATO EN POLVO (260080)	2.000	Uds	10,620 €	2,2302 €	12,8502 €	25.700,40 €
5.c	DESINFECTANTE - RESINCRUSTANTE, bidón 10 litros (260085)	50	Uds	44,760 €	9,3996 €	54,1596 €	2.707,98 €
5.d	SET LÍNEAS ARTERIOVENOSAS ON-LINE PLUS 5008R (260159)	2.000	Uds	9,223 €	0,9223 €	10,1453 €	20.290,60 €
5.e	SET LÍNEAS ARTERIOVENOSAS ON-LINE PLUS BVM 5008R (260139)	2.000	Uds	11,917 €	1,1917 €	13,1087 €	26.217,40 €
5.f	FILTRO ANTIBACTERIANO Y ENDOTOXINAS (260083)	40	Uds	131,43 €	27,6003 €	159,0303 €	6.361,21 €
5.g	TIRA REACTIVA (TEST ÁCIDO PERACÉTICO, tubo 100 unidades (260084))	10	Uds	26,398 €	5,5436 €	31,9404 €	319,42 €
6	MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE DIÁLISIS CON MONITORES FLEXIA (BELLCO)						
6.a	CARTUCHO BICARBONATO EN POLVO 750 gramos (260148)	2.000	Uds	5,290 €	1,1109 €	6,4009 €	12.801,80 €
6.b	DESINFECTANTE-DESINCRUSTANTE, bidón 5 litros, monitor Flexia (260152)	80	Uds	22,950 €	4,8195 €	27,7695 €	2.221,56 €
6.c	SET LÍNEAS HEMODIAFILTRACIÓN ON LINE CON BIOSENSORES (260147)	2.000	Uds	9,220 €	0,9220 €	10,1420 €	20.284,00 €
6.d	ULTRAFILTRO H2O CLEAN PARA MONITOR FLEXIA (260149)	20	Uds	150,00 €	31,5000 €	181,5000 €	3.630,00 €
6.e	ULTRAFILTRO DIALYCLEAN PARA MONITOR FLEXIA (260150)	40	Uds	150,00 €	31,500 €	181,5000 €	7.260,00 €

Todas las muestras deberán venir referenciadas, especificando de forma visible, el número de orden y el número del Procedimiento Abierto al que correspondan, procediéndose antes de la adjudicación del expediente al análisis de las mismas. Se entregarán en el Almacén Central del Hospital de la Princesa. Se podrá solicitar alguna muestra más en caso de ser necesario para la realización de los informes técnicos de modo objetivo y que garantice igualdad de oportunidades entre todos los licitadores.

PROCEDIMIENTO ABIERTO 13/2019 HUP.

Una vez elaborado el pliego de prescripciones técnicas correspondientes al Procedimiento Abierto 13/2019 HUP, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 9 de noviembre de 2017), el Director Gerente del Hospital Universitario de la Princesa, en uso de las atribuciones que le confiere la Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, de delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Gerentes de Atención Especializada, Servicio de Urgencias Médicas de Madrid y Centro de Transfusión, apartado primero (B.O.C.M. núm. 76, de 31 de marzo de 2011),

RESUELVE:

Aprobar dichos pliegos para el mencionado Procedimiento Abierto.

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: Fidel ILLANA ROBLES

