



LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MUESTRAS
1	1	270445	TUBO ASPIRACIÓN ESTÉRIL 3MT 7X10MM DIAM.	- Tubo de plástico o silicona, flexible, no acodable y que no guarde memoria. - De 3 metros de longitud. Diámetro int/ext 7mm/10 mm. - Tolerancia medida $\pm 5\%$ - Conexiones hembra-hembra, con buen ajuste que perdure en el tiempo. - Exento de látex. - En envase individual estéril, con doble bolsa. Aplicaciones: Para conducción y aspiración de gases y líquidos.	Nº muestras:4 ☒ SI ☐ NO Certificado de exención de látex: ☒ SI ☐ NO
2	2	970063	BOLSA ASPIRADOR AZUL DESECHABLE C/VÁLVULA ANTIRREFLUJO	- Bolsa de plástico transparente y flexible. - Con válvula antirreflujo de seguridad interna que cierre el sistema para que los líquidos corporales no pasen a la red central de vacío. - Acoplable a contenedor transparente y graduado. - Compatible con central de vacío existente. - Tapa color azul con dos conexiones, una adaptable a vacío regulador y otra a aspiración de paciente. - Capacidad 2000 cc.mínimo. - En envase individual. - Exento de látex.	Nº muestras:4 ☒ SI ☐ NO Certificado de exención de látex: ☒ SI ☐ NO
	3	970064	BOLSA ASPIRADOR BLANCA DESECHABLE S/VÁLVULA ANTIRREFLUJO	- Bolsa de plástico transparente y flexible, sin válvula antirreflujo, para utilizar en batería con bolsa azul. - Acoplable a contenedor transparente y graduado. - Compatible con central de vacío existente. - Tapa color blanco. - Capacidad 2000 cc. mínimo. - En envase individual. - Exento látex. Aplicaciones: Para la aspiración de líquidos y exudados corporales.	

FDO. Mª JOSÉ VILLARREAL SOLERA
S.A.F. RECURSOS MATERIALES



LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MUESTRAS
3	4	261755	BULBO SILICONA P/ASPIRADO DRENAJE 400 CC	- Recipiente de silicona a modo de pera, con escala graduada c/25 cc. Válvula antirreflujo. - Sistema sujeción incorporado. Resistente. - Posibilidad de hacer vacío con una mano. - Capacidad 400 cc aprox. - Adaptable a sondas de drenaje de diferentes calibres. - Tapón de oclusión de vacío resistente. - Empaquetado doble bolsa. - Envase individual estéril. - Exento de látex. Aplicaciones: Para colección de líquidos aspirados mediante drenaje.	Nº muestras:4 uds ☒ SI ☐ NO Certificado de exención de látex: ☒ SI ☐ NO
4	5	002970	BULBO SILICONA P/ASPIRADO DRENAJE 100 CC	- Recipiente de silicona a modo de pera, con escala graduada c/25 cc. Válvula antirreflujo. - Sistema sujeción incorporado. Resistente. - Posibilidad de hacer vacío con una mano. - Capacidad 100 cc aprox. - Adaptable a sondas de drenaje de diferentes calibres. - Tapón de oclusión de vacío resistente - Empaquetado doble bolsa. - Envase individual estéril. - Exento de látex. Aplicaciones: Para colección de líquidos aspirados mediante drenaje.	Nº muestras:4 uds ☒ SI ☐ NO Certificado de exención de látex: ☒ SI ☐ NO

* EL ADJUDICATARIO DEL LOTE 2 (970063 Y 970064) DEBERÁ CEDER SIN CARGO AÑADIDO PARA EL HOSPITAL LOS CARROS, CANISTER, CESTILLOS Y SOPORTES NECESARIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE DICHOS ARTÍCULOS.

FDO. Mª JOSÉ VILLARREAL SOLERA
S.A.F. RECURSOS MATERIALES



ANEXO:

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de la referencia de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Cada uno de los artículos incluidos en este Procedimiento deberá reunir:
☒ **Las condiciones exigidas en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de Octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.**
3. Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Las fechas de caducidad del producto.
 - d. El número de lote.
 - e. La referencia comercial.
 - f. Marcado C.E.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
4. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios. (En el caso de aparataje)



Hospital Universitario
Ramón y Cajal
Comunidad de Madrid
SERVICIO DE SUMINISTROS

SUMC

ANEXO AL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

ANEXO 25

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (24 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA Incluido)	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA Incluido)	BASE IMPONIBLE	TOTAL IVA (21%)
1	1	270445	TUBO ASPIRACION ESTERIL 3 MT 7X10 MM.DIAM.APROX.	UN	38.255	0,6947	26.575,75	21.963,43	4.612,32
					TOTAL LOTE 1:		26.575,75	21.963,43	4.612,32
2	2	970063	BOLSA ASPIRADOR DESECHABLE AZUL C/VALVULA ANTIRREFLUJO	UN	25.836	1,092	28.212,91	23.316,45	4.896,46
	3	970064	BOLSA ASPIRADOR DESECHABLE BLANCA S/VALVULA ANTIRREFLUJO	UN	32.104	1,092	35.057,57	28.973,20	6.084,37
					TOTAL LOTE 2:		63.270,48	52.289,65	10.980,83
3	4	261755	BULBO SILICONA P/ASPIRADO DRENAJE 400 CC	UN	3.280	7,513	24.642,64	20.365,82	4.276,82
					TOTAL LOTE 3:		24.642,64	20.365,82	4.276,82
4	5	002970	BULBO SILICONA P/ASPIRADO DRENAJE 100 CC	UN	1.183	4,9192	5.819,41	4.809,43	1.009,98
					TOTAL LOTE 4:		5.819,41	4.809,43	1.009,98
					IMPORTE TOTAL:		120.308,28	99.428,33	20.879,95