



Hospital Clínico  
San Carlos

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL  
SUMINISTRO DE PROTESIS VASCULARES DE POLIESTER CON PLATA.**

**P.N.S.P 2018 - 1 - 001**

**1. LOTE/ITEM/NOMBRE DEL ARTÍCULO**

LOTE/ITEM	NOMBRE DEL ARTÍCULO
1.1	PROTESIS VASCULAR RECTA DE 20 MM DIAM. X 30 CM. LONG.
1.2	PROTESIS VASCULAR RECTA DE 6 MM DIAM X 60 CM LONG.
1.3	PROTESIS VASCULAR RECTA DE 8 MM DIAM X 60 CM LONG.
1.4	PROTESIS VASCULAR BIFURCADA DE 16 X 8 MM DIAM. 40 CM.LONG.
1.5	PROTESIS VASCULAR BIFURCADA DE 18 X 9 MM DIAM. 40 CM LONG.
1.6	PROTESIS VASCULAR BIFURCADA DE 14 X 7 MM DIAM. 40 CM LONG.
1.7	PROTESIS VASCULAR BIFURCADA DE 12 X 6 MM DIAM. 40 CM LONG.

**2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO**

LOTE	ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1			<p>Prótesis vascular de poliéster con punto de malla, impregnada su superficie de iones de plata metálica embebida y con Gelatina.</p> <p>Cero porosidad en el momento de ser implantada.</p> <p>Permite migración de células y asegura una firme integración de las células a la prótesis.</p> <p>El velour de la superficie interna facilita la adhesión de un film de fibrina que se forma en la primera fase de curación de la prótesis.</p> <p>El doble velour promueve la integración de la prótesis en el tejido a su alrededor.</p> <p>Indicaciones: reconstrucción vascular y by-pass periférico.</p> <p>Indicada para región torácica, abdominal y periférica.</p> <p>Adaptación a la forma de anastomosis.</p>

LOTE	ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
			Bioestable. No se degrada en el organismo. Las líneas oscuras de la prótesis facilitan la correcta orientación durante su implantación. Diseño anatómico preformado. Diferentes tamaños. Tipos: recta o bifurcada.
1	1	318288	RECTA DE 20 MM DIAM. X 30 CM. LONG.
1	2	031889	RECTA DE 6 MM DIAM X 60 CM LONG.
1	3	024817	RECTA DE 8 MM DIAM X 60 CM LONG.
1	4	022352	BIFURCADA DE 16 X 8 MM DIAM. 40 CM.LONG.
1	5	278538	BIFURCADA DE 18 X 9 MM DIAM. 40 CM LONG.
1	6	279960	BIFURCADA DE 14 X 7 MM DIAM. 40 CM LONG.
1	7	318286	BIFURCADA DE 12 X 6 MM DIAM. 40 CM LONG.

### 3. OTROS REQUISITOS

Se valorarán mejoras relacionadas con el objeto del contrato tales como cursos de formación técnica al personal implicado en el uso de estas prótesis y acceso a herramientas de gestión.

### 4. ANEXO

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Cada uno de los artículos incluidos en este Procedimiento deberá reunir las condiciones exigidas en el Real Decreto 1591/2009, 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.
3. Muestras: NO
4. Etiquetado en el que figure:
  - a. La denominación del artículo.
  - b. El método de esterilización utilizado (si procede).
  - c. Las fechas de caducidad del producto.
  - d. El número de lote.
  - e. La referencia comercial.
  - f. Marcado CE.
  - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
5. El proveedor adjudicatario deberá constituir los depósitos de estas prótesis vasculares que el centro considere necesarios.

*Handwritten signature/initials*

En Madrid, a 10 de Enero 2018

Fdo.:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. Serrano'.

Dr.: Francisco Javier Serrano Hernando  
Jefe de Servicio de Angiología y Cirugía Vascular