

**EXPEDIENTE: 2020-3-5**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA DETECCION Y TIPADO AUTOMÁTICO DEL VIRUS PAPILOMA HUMANO (HPV) PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

El presente contrato tiene por objeto el suministro de reactivos para la detección y tipado automático del virus del papiloma humano (HPV) mediante identificación genómica para Diagnóstico "in vitro", y cesión en uso durante la vigencia del contrato del equipamiento necesario para la realización de la técnica, en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital.

**LOTE 1:**

LOTE	CODIGO ARTÍCULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	025860	<b>PAPILOMAVIRUS AMPLIFICACION (HPV)</b> Reactivo amplificación de ADN de diferente tipo de muestras. Presentación: Kit de 48 determinaciones.
	027145	<b>GENOTIPADO DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (HPV)</b> Reactivos y microarrays para determinación de detección y tipado de las muestras. Presentación: Kit de 48 determinaciones.

**CARACTERISTICAS TECNICAS:**

Tecnología Analítica: PCR con detección en microarrays que permitan la hibridación con las secuencias de ADN.

Técnica de tipado individual y diferenciado que incluya un mínimo de 35 tipos de alto y bajo riesgo oncogénico de HPV en una sola determinación.

Se suministrara todo el material necesario para la realización completa de la detección y tipado individual de HPV de cada muestra. El precio que indiquen para cada tipo de prueba incluirá todos los materiales necesarios (incluido el material a coste cero).

El adjudicatario entregará en cesión de uso, durante la vigencia del contrato, el siguiente equipamiento:

- 1 Sistema automático para detección y tipado individual del VPH, mediante hibridación específica en arrays, con lector automático para lectura e interpretación de los resultados en un informe.

### OTROS REQUISITOS

- Durante el periodo que dure dicho procedimiento, el adjudicatario deberá aportar sin costes, aquellas innovaciones tecnológicas que supongan una mejora sensible e incidan en una mayor calidad en los resultados, a criterio del Hospital, así como, los controles internos y de calidad de muestras precisos para la realización de dicha técnica.
- La instalación de los equipos, instrumentación y/o dispositivos ofertados por el adjudicatario se realizará en un plazo no superior a 15 días desde la formalización del contrato. Los trabajos de instalación se efectuarán bajo la supervisión y directrices del Hospital.
- El licitador deberá ofertar un plan de mantenimiento preventivo del aparato/os, siendo el tiempo máximo de respuesta del Servicio Técnico de 24 horas, en caso de avería: no obstante, en el supuesto de reparaciones superiores a dicho tiempo, se procederá de inmediato, a la sustitución del equipo por otro de idénticas características, siendo de cuenta del adjudicatario todos los gastos.
- Resuelto el contrato, los trabajos de retirada de los equipos se realizaran, bajo la supervisión y directrices del Hospital.

### MUESTRAS

Para la evaluación de los productos se solicitan muestras: **NO**

Cantidad de muestras:

Lugar de Entrega: **Almacén General. Edificio MI planta -2**

- No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto

### FORMACION


La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, si es preciso, al personal que se determine para el correcto uso de los productos, entregándose sin cargo el material docente necesario para la formación.

### OTROS

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato.

Madrid, 29 de enero de 2020

SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLOGICA



Fdo.: Dr. Rodríguez Peralto  
Jefe de Servicio



Fdo.: Carmen Calvo Horrillo  
Supervisora de Unidad