

**PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****P.A. 6/2020 HUP****IMPLANTES COCLEARES, COMPONENTES EXTERNOS PARA LOS MISMOS, E IMPLANTES DE CONDUCCIÓN ÓSEA**

Lo te	Bien/Producto	Can- tidad	Tip o Ud.	BASE IMPON IBLE (IVA EXCLU IDO)	IVA (*)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLU IDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLU IDO)
1	<b>IMPLANTE COCLEAR (201221):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estimulador/receptor implantable multicanal.</li> <li>Frecuencia de estimulación mínima de 50.000 pps.</li> <li>Material específico para cirugía.</li> <li>No incluye rehabilitación.</li> <li>Procesador de voz retroauricular o cefálico.</li> <li>Posibilidad de distintas guías de electrodos y disponibilidad de un electrodo de 31 mm. que permita cobertura coclear completa.</li> <li>Compatible con RMN hasta un mínimo de 1,5 teslas.</li> <li>Disponibilidad de dos fuentes de alimentación independientes por cada canal para proporcionar estimulación coclear paralela.</li> <li>Encapsulado de titanio integral, sin componentes cerámicos.</li> </ul>	6	Ud.	17.320 €	692,80 €	18.012,80 €	108.076,80 €
2	<b>LOTE 2: COMPONENTES EXTERNOS PARA IMPLANTE COCLEAR DE ADVANCED BIONICS</b>						
2.1	<b>PROCESADOR EXTERNO PARA IMPLANTE COCLEAR DE ADVANCED BIONICS (201422):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compatible con implante coclear de ADVANCED BIONICS que ya tengan implantado los pacientes.</li> <li>Incluye micrófono.</li> </ul>	3	Ud.	7.000 €	280 €	7.280 €	21.840,00 €
2.2	<b>ANTENA PARA IMPLANTE COCLEAR DE ADVANCED BIONICS (201423):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compatible con implante coclear de ADVANCED BIONICS que ya tengan implantado los pacientes.</li> </ul>	3	Ud.	260,19 €	10,4076 €	270,5976 €	811,79 €
3	<b>LOTE 3: COMPONENTES EXTERNOS PARA IMPLANTE COCLEAR DE GAES</b>						
3.1	<b>PROCESADOR EXTERNO PARA IMPLANTE COCLEAR DE GAES (201424):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compatible con implante coclear de GAES que ya tengan implantado los pacientes.</li> <li>Incluye micrófono.</li> </ul>	3	Ud.	6.250 €	250 €	6.500 €	19.500,00 €
3.2	<b>ANTENA PARA IMPLANTE COCLEAR DE GAES (201425):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compatible con implante coclear de GAES que ya tengan implantado los pacientes.</li> </ul>	3	Ud.	207 €	8,28 €	215,28 €	645,84 €
4	<b>LOTE : COMPONENTES EXTERNOS PARA IMPLANTE COCLEAR DE MED-EL</b>						
4.1	<b>PROCESADOR EXTERNO PARA IMPLANTE COCLEAR DE MED-EL (201222):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compatible con implante coclear de MED-EL que ya tengan implantado los pacientes.</li> <li>Incluye micrófono.</li> </ul>	3	Ud.	4.853,85 €	194,154 €	5.048,004 €	15.144,01 €
4.2	<b>ANTENA PARA IMPLANTE COCLEAR DE MED-EL (201226):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compatible con implante coclear de MED-EL que ya tengan implantado los pacientes.</li> </ul>	3	Ud.	346,15 €	13,846 €	359,996 €	1.079,99 €

La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1276803482050095962234**

5	<b>IMPLANTE DE CONDUCCIÓN ÓSEA TRASCUTÁNEO ACTIVO (201426):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Implante auditivo de conducción ósea.</li> <li>Indicado para hipoacusia en la que la pérdida tonal media para los umbrales de la vía ósea sea igual o mejor que 65 db.</li> <li>Compatible con todos los procesadores Del mismo sistema.</li> <li>Compatible con RM de hasta 1,5 teslas.</li> <li>Rango de frecuencias que incluya al menos hasta 7000 Hz.</li> <li>Conectividad con Android y Apple.</li> <li>Formación y préstamo de material para valoración y programación.</li> </ul>	3	Ud.	9.000 €	900 €	9.900 €	29.700,00 €
6	<b>IMPLANTE DE CONDUCCIÓN ÓSEA TRASCUTÁNEO PASIVO (201427):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Implante auditivo de conducción ósea.</li> <li>Indicado para hipoacusia en la que la pérdida tonal media para los umbrales de la vía ósea sea igual o mejor que 65 db.</li> <li>Compatible con todos los procesadores Del mismo sistema.</li> <li>Compatible con RM de hasta 1,5 teslas.</li> <li>Rango de frecuencias que incluya al menos hasta 7000 Hz.</li> <li>Conectividad con Android y Apple.</li> <li>Formación y préstamo de material para valoración y programación.</li> </ul>	3	Ud.	7.985 €	798,50 €	8.783,50 €	26.350,50 €
7	<b>IMPLANTE DE CONDUCCIÓN ÓSEA PERCUTÁNEO (201082):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Implante auditivo de conducción ósea.</li> <li>Indicado para hipoacusia en la que la pérdida tonal media para los umbrales de la vía ósea sea igual o mejor que 65 db.</li> <li>Compatible con todos los procesadores Del mismo sistema.</li> <li>Compatible con RM de hasta 1,5 teslas.</li> <li>Rango de frecuencias que incluya al menos hasta 7000 Hz.</li> <li>Conectividad con Android y Apple.</li> <li>Formación y préstamo de material para valoración y programación.</li> </ul>	8	Ud.	8.231 €	823,10 €	9.054,10 €	72.432,80 €

(\*) IVA: lotes 1, 2, 3 y 4 4%; lotes 5,6 y 7 10%

#### PROCEDIMIENTO ABIERTO 6/2020 HUP.

Una vez elaborado el pliego de prescripciones técnicas correspondientes al Procedimiento Abierto 6/2020 HUP, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 9 de noviembre de 2017), el Director Gerente del Hospital Universitario de la Princesa, en uso de las atribuciones que le confiere la Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, de delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Gerentes de Atención Especializada, Servicio de Urgencias Médicas de Madrid y Centro de Transfusión, apartado primero (B.O.C.M. núm. 76, de 31 de marzo de 2011),

#### RESUELVE:

Aprobar dichos pliegos para el mencionado Procedimiento Abierto.

Madrid, 8 de octubre de 2019

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: Fidel ILLANA ROBLES

HOSPITAL SIN HUMO