

EXPEDIENTE 2017-3-101

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUJAS DE PUNCIÓN TRANSBRONQUIAL PARA ECOBRONCOSCOPIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con los artículos 116 del RDL 3/2011 de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación del *SUMINISTRO DE AGUJAS DE PUNCIÓN TRANSBRONQUIAL PARA ECOBRONCOSCOPIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”*.

LOTE	ORDEN	DESCRIPCION
1	1	AGUJA DE PUNCIÓN TRANSBRONQUIAL GUIADA POR ULTRASONIDOS, PARA USO CON ECOBRONCOSCOPIO DE 22 G DE DIAMETRO • Aguja de acero inoxidable para punción guiada por ultrasonidos mediante ecobroncoscopio, con vaina metálica de acero inoxidable en toda su longitud y la parte distal recubierta con material de teflón. • Mango ergonómico y de seguridad con dos puntos ajustable para proteger el canal del endoscopio. • Estilete metálico para mayor estabilidad de la aguja • Facilidad para reinsertar el estilete si se punciona más de una vez. • Aguja con bisel afilado que permita punción incluso en lesiones duras. • Punta con marcas ecogénicas de máxima ecogeneidad para visibilidad ecográfica. • Longitud ajustable desde 0 hasta 4 cm con sistema de sujeción y tope de seguridad de 20mm • Fijación de la aguja al endoscopio mediante sistema de “pasador” • La aguja debe permitir una excelente maniobrabilidad del endoscopio. • Para canal de trabajo de 2.0 mm • Longitud máxima de 700 mm • Estéril con fecha de envasado y caducidad. • Jeringa de vacío de 20 ml ajustable según las necesidades (estéril con fecha de envasado y caducidad) • Un solo uso • Compatible con los Eco-Broncoscopios existentes en el Servicio.

LOTE	ORDEN	DESCRIPCION
1	2	AGUJA DE PUNCION TRANSBRONQUIAL GUIADA POR ULTRASONIDOS, PARA USO CON ECOBRONCOSCOPIO DE 19 G DE DIAMETRO • Aguja de acero inoxidable para punción guiada por ultrasonidos mediante ecobroncoscopio, con vaina de teflón en toda su longitud. • Mango ergonómico y de seguridad con dos puntos ajustable para proteger el canal del endoscopio. • Estilete metálico para mayor estabilidad de la aguja • Facilidad para reinsertar el estilete si se punciona más de una vez. • Aguja con bisel afilado que permita una excelente punción incluso en lesiones duras. • Punta con marcas ecogénicas de máxima ecogeneidad para visibilidad ecográfica. • Longitud ajustable desde 0 hasta 4 cm con sistema de sujeción y tope de seguridad de 20mm • Fijación de la aguja al endoscopio mediante sistema de "pasador" • La aguja debe permitir una excelente maniobrabilidad del endoscopio. • Jeringa de vacío de 20 ml ajustable según necesidades. • Para canal de trabajo de 2.2 mm • Longitud máxima de 700 mm • Estéril con fecha de envasado y caducidad. • Un solo uso • Compatible con los Eco-Broncoscopios existentes en el Servicio

OTROS ASPECTOS TECNICOS A CONSIDERAR COMO MEJORAS:


- ESTILITE DE NITINOL DE PUNTA REDONDEADA
- JERINGA DE VACIO AJUSTABLE A 5, 10, 15 Y 20 ML

Muestras: SI


. 2 UNIDADES POR ORDEN

No obstante, durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

Madrid, a 22 de noviembre de 2017



Fdo. Dr. Rivas Clemente
Subdirector Médico Área Médica



Fdo. Dr. Eduardo de Miguel Poch
POR EL SERVICIO DE NEUMOLOGÍA

EXPEDIENTE: 2017-3-101

OBJETO: SUMINISTRO DE AGUJAS DE PUNCION TRANSBRONQUIAL PARA ECOBRONCOSCOPIO DEL HOSPITAL "12 DE OCTUBRE"

					PRESUPUESTO			
LOTE	ORDEN	CODIGO ARTº	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD 24 MESES	PRECIO S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL
1	1	010892	AGUJA PUNCION TRANSBRONQUIAL PARA USO CON ECOBRONCOSCOPIO DE 22 G	120	204,00	24.480,00	5.140,80	29.620,80
	2		AGUJA PUNCION TRANSBRONQUIAL PARA USO CON ECOBRONCOSCOPIO DE 19 G	40	279,00	11.160,00	2.343,60	13.503,60
						35.640,00	7.484,40	43.124,40