

COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
LECTURA INFORME TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

Expediente:	P.A. 2017-0-120
--------------------	-----------------

Denominación	SUMINISTRO DE CATÉTER PARA CROMOENDOSCOPIA Y CLIPS ENDOSCÓPICOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12 DE OCTUBRE”.
---------------------	---

Tipo de Procedimiento	ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
------------------------------	----------------------------------

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario “12 de Octubre”, en sesión de fecha **7 de febrero de 2018**, evaluada la documentación técnica presentada por los licitadores en el expediente de referencia, ha realizado la lectura del Informe técnico emitido por el servicio correspondiente, acordando rechazar las siguientes proposiciones de los licitadores abajo indicados en los lotes que se indican, por presentar oferta que según Informe Técnico no se ajusta a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 145.1 del TRLCSP.

EMPRESA	LOTES	MOTIVO
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.:	2	Apertura y cierre limitada a 5 veces. -La vaina plástica de protección no permite la introducción completa del clip. -No se indica compatibilidad MRI; tal y como se solicita en el PPT
IZASA HOSPITAL, S.L.U	2	-La vaina plástica de protección no permite la introducción completa del clip. -No se indica compatibilidad MRI.tal y como se solicita en el PPT
COOK MEDICAL, S.A	2	-La vaina plástica de protección no permite la introducción completa del clip. -No se especifica posibilidad de apertura y cierre sin limitaciones, tal y como se solicita en el PPT
LEXEL, S.L	2	-La vaina plástica de protección no permite la introducción completa del clip. -No se especifica posibilidad de apertura y cierre sin limitaciones. -No se indica compatibilidad MRI; tal y como se solicita en el PPT
MEDICINA TECNICA WERKSTATTE IBERICA, S.L	2	-La vaina plástica de protección no permite la introducción completa del clip. -No se especifica posibilidad de apertura y cierre sin limitaciones. -No se indica compatibilidad MRI; tal y como se solicita en el PPT
SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A	2	-La vaina plástica de protección no permite la introducción completa del clip, tal y como se solicita en el PPT.



A continuación se efectúa la apertura de los sobres 3 (documentación económica) de las empresas que a continuación se relacionan.

NIF	EMPRESA	LOTES
B62943063	ALBYN MEDICAL, S.L	1
B08438731	IZASA HOSPITAL, S.L.U.;	1
A80776867	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.	1
B80749781	MEDICINA TECNICA WERKSTATE IBERICA, S.L	1
A08214157	OLYMPUS IBERIA, S.L	1, 2 y 3

Y para que conste, se expide y firma en Madrid, a **8 de febrero de 2018**, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Real Decreto 49/2003, de 3 de abril.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: Visitación Ruíz Expósito

