

P.A.S.2 2018-7-180.-Monitor de paciente para RM

Casa comercial:	<input style="width:90%;" type="text"/>	Fabricante	<input style="width:90%;" type="text"/>	Incluye:	
				Certificado CE (S/N):	<input style="width:90%;" type="text"/>
				Product Data (S/N):	<input style="width:90%;" type="text"/>

Equipo:	<input style="width:90%;" type="text"/>	Marca:	<input style="width:90%;" type="text"/>
----------------	---	---------------	---

	Modelo
IMAGEN	
Monitor	
Modelo:	
Composición:	
Aplicación (adulto/pediatrico/neonatal):	
Configuración (compacto/modular):	
Validado para su utilización en entornos RM de hasta 3, 0 Teslas (S/N):	
Indicar línea más próxima a la que puede estar el equipo del imán (Gauss)	
Pantalla:	
Tipo:	
Color (S/N):	
Alta resolución (S/N):	
Resolución:	
Tamaño ("):	
Táctil (S/N)	
Otras características:	
Nº de canales simultáneos de presentación en pantalla:	
Nº de curvas de presentación simultánea:	
Nº de parámetros numéricos de presentación simultánea:	
Valores presentados de forma digital. Indicar:	
Configurable por el usuario (S/N)	
Capacidad de transmisión por telemetría (S/N). Indicar	
Sensores SpO2, cables ECG, wireless (S/N)	
Otros sensores wireless incluidos. Indicar	
Indicador óptico de medición de intensidad de campos magnéticos integrados en monitor (S/N):	
Parámetros monitorizados:	
Alarmas(Indicar de qué parámetros y tipos):	
Parámetros:	
Visuales y/o acusticas:	
Configurables. Especificar:	
Silenciables (S/N):	
Nivel de prioridad (S/N):	
Otras características:	
Tendencias:	
Parámetro:	
Graficas y/o Numéricas:	
Tiempo (hora):	
Cursor móvil sobre la grafica para medidas exactas (S/N):	
Paginas de tendencias configurables por usuario (SN):	
Selección de resolución e intervalo de tendencias (S/n. Especificar):	
Eventos:	
Registrador:	
Tipo:	

P.A.S.2 2018-7-180.-Monitor de paciente para RM

Nº de canales:	
Sincronismo con desfibrilador:	
Gating cardiaco para sincronización con RM (S/N):	
Sistema de comunicación (S/N/opcional):	
Tipo de tarjeta:	
Protocolo utilizado:	
Otras características:	
Incluye soporte a pared o carro de transporte (S/N):	
Puerto de salida de datos informáticos:	
Conexión a red informática del hospital:	
Conectividad via protocolo HL7:	
Capacidad de incorporación en sistemas de información clínica y gestión de pacientes (S/N):	
Carro de rodable compatible con RM (S/N):	
Batería:	
Monitor	
Tipo:	
Indicador de carga en pantalla:	
Autonomía	
Batería de los dispositivos intercambiables (S/N):	
Sensores SpO2, cables ECG, wireless:	
Autonomía	
Accesorios incluidos:	
Incluye todos los elementos sensores, manguitos,... y de conexión al paciente (S/N):	
Adaptados a pacientes pediátricos y neonatales(S/N):	
Otras características solicitadas (indicar):	
ECG	
Rango bmp (adulto/pediátrico/neonato):	
Rango de detección de Q125 (mV):	
Precisión (%):	
Análisis y Detección de arritmias:	
Arritmias avanzadas	
Análisis ST:	
Rechazo en modo común:	
Software específico para trabajar en RM (S/N)	
Indicar nº canales wireless	
ECG para RM cardiovascular incluido (S/N):	
Filtros de ECG personalizado para modos de funcionamiento específicos (S/N. especificar):	
Respiración	
Método:	
Rango (bmp):	
Precisión (%):	
Respiración neumática incluida (S/N):	
Presión invasiva	
Número de canales:	
Rango (mmHg):	
Precisión (%) y Sensibilidad (mV):	
Presión no invasiva	
Método medición	
Intervalos de medida (MINUTOS):	
Velocidad de inflado(adulto/pediátrico/neonato):	
Precisión (%):	
Pulsioximetría	
Sensor (tipo, reutilizable/desechable):	
Rango de medida (por intervalos) (%):	
Indicar nº canales wireless	
Precisión (por intervalos) (%):	
Temperatura	
Número de entradas:	
Rango (resolución) (°C):	
Precisión(%):	
Capnografía	
Sistema de calibración incorporado (S/N):	
Rango (mmHg):	
Precisión (%):	
Gasto Cardíaco	
Sistema de medida:	
Admite diferente tipo de catéter (S/N):	
Precisión (%):	
Especificar características:	
Otros	

P.A.S.2 2018-7-180.-Monitor de paciente para RM

Agentes anestésicos:	
Especificar:	
Incluidos de base (Si/No):	
Otras características del sistema	
Especificar y describir aquellas otras características y/o dispositivos que posee el Sistema (ofertados ó en opción) que proporcionan valor añadido a la oferta.	
Otras Características valorables:	
Dimensiones	
Peso (Kg.) y Dimensiones: alto x ancho x profundo (cm):	
Monitor RM:	
Pantalla Remota:	
Modulos Wireless:	
Red eléctrica:	
Cumple pliego condiciones mínimas requeridas (S/N)	
Formación y Puesta en Marcha	
Formación del Usuario:	
Médicos:	
Personal técnico del centro:	
Formación del Personal Técnico:	
Técnico (Describir nº y formación técnica):	
Tiempo total de instalación y ajustes:	
Garantías y Características de Servicio	
Componentes fuera Garantía (S/N):	
En caso afirmativo, especificar:	
Cobertura durante la garantía. Indicar:	
Mantenimiento preventivo:	
nº revisiones:	
Alcance:	
Año de fabricación del equipo:	
Adjunta lista y precio de los fungibles más utilizados (S/N):	
Indicar vida media del equipo (años):	
Existencia piezas de repuesto (años):	
Tiempo para suministro Equipo (días naturales):	
Contrato Mantenimiento (IVA incluido):	
Tipo A: Todo riesgo.	
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento a todo riesgo (Sin ningún tipo de exclusión):	
Incluye mantenimiento de los elementos auxiliares adquiridos con el equipo (S/N):	
Enumerar los excluidos:	
Tiempo de respuesta (en horas). Especificar valores:	
Días hábiles y horario de trabajo a la semana del servicio técnico:	
Nº de revisiones /año:	
Días de parada/año por revisiones necesarias del equipo:	
Disponibilidad del equipo:	
Tiempo útil de funcionamiento (%):	
Tipo B: Mantenimiento con exclusiones.	
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:	
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:	
Tipo C: Mantenimiento preventivo.	
Porcentaje sobre el precio del equipo que supone el contrato de mantenimiento con algún tipo de exclusión:	
Enumerar los elementos y accesorios que se consideran excluidos:	
Actualizaciones de los equipos	
Indicar la fórmula bajo la cual el Licitador se compromete a mantener actualizado el equipo sin coste adicional:	
Documentación técnica	
Catálogos, Produc Data,... (S/N):	
Manuales de funcionamiento (S/N):	
En castellano (S/N):	
Manuales de mantenimiento (S/N):	
En castellano (S/N):	
Protocolo del test de aceptación del equipo:	
Presenta al concurso copia de la documentación técnica correspondiente al protocolo de las pruebas a realizar para la aceptación del equipo (S/N):	
Equipos instalados	
Incluye listado de equipos similares al ofertado que se han instalado en los últimos 3 años en España, clasificados por modelo, año de instalación y centro (S/N):	
Certificados de cumplimiento de normativa nacional y/o europea e internacional incluidos (S/N) Indicar aportados en oferta:	
Marcado CE:	
Otros:	
Servicio técnico en plaza (S/N):	
Indicar nº de técnicos/titulación y dirección del más cercano:	
Horario de recepción de llamadas:	
Teléfono/s:	

P.A.S.2 2018-7-180.-Monitor de paciente para RM

Tiempo Respuesta Servicio Técnico con presencia física (Horas). Indicar valores:	
Tiempo Respuesta para Repuestos y consumibles (Horas/Días):	
Precio/Hora Servicio técnico (IVA incluido):	
Dietas (horas, km., etc.) (S/N):	
En caso afirmativo, coste dietas(IVA incluido):	
Indicar otras características valorables del Servicio Técnico que prestará la adjudicataria:	