

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría acceder al original.

EXPEDIENTE: 2021-0-004

EMPRESARIOS QUE LA MESA DE CONTRATACIÓN PROPONE ADMITIR Y EXCLUIR DE LA LICITACIÓN DEL EXPEDIENTE “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DESECHABLES DE COBERTURA QUIRÚRGICA, BATAS ESTÉRILES Y PIJAMAS DESECHABLES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR”.

	EMPRESAS LICITADORAS	CIF	LOTES				
			1	2	3	4	5
1	LABORATORIOS HARTMANN, SA	A08032401					X
2	CARDIVA 2, S.L.	B80601982	X				X
3	MOLNLYCKE HEALTH CARE SL	B61526414	X	X	X	X	X
4	LABORATORIOS INDAS SAU	A45002516					X
5	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL	B86030723	X	X	X	X	X
6	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	A58001686					X
7	RAFITEXTIL DTT 3.8 S.L.U.	B14546980		X	X		
8	INTRAVEN, S.L.	B78341369		X	X		X
9	CONFECCIONES PAZ TORRA, SA	A08864795		X	X		

	EMPRESAS LICITADORAS ADMITIDAS	CIF	LOTES				
			1	2	3	4	5
1	LABORATORIOS HARTMANN, SA	A08032401					X
2	CARDIVA 2, S.L.	B80601982	X				X
3	MOLNLYCKE HEALTH CARE SL	B61526414		X		X	X
4	LABORATORIOS INDAS SAU	A45002516					X
5	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL	B86030723	X	X	X	X	X
6	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	A58001686					X

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0981440550879436299124

EMPRESAS LICITADORAS EXCLUIDAS Y MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:

EMPRESAS LICITADORAS EXCLUIDAS	LOTE	REQUISITOS EXIGIDOS PPT	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
MÖLNLYCKE HEALTH CARE, S.L.	1 y 3	<u>Bata tipo 2 (reforzada):</u> Cuerpo y mangas fabricados en material principal en SMMMS, hidrófobo y transpirable	En la documentación aportada, el material principal de la bata presentada por el licitador es sólo SMS en lugar de SMMMS.
RAFITEXTIL DTT 3.8 S.L.U.	2 y 3	Punto 2 (CARACTERÍSTICAS GENERALES COMUNES) apartado tres, " Todos los materiales deberán ser estériles y han de estar libres de látex".	En la documentación técnica aportada no cumple con este requisito.
INTRAVEN, S.L.	2,3 y 5		En la documentación técnica aporta los datos requeridos para la valoración de criterios automáticos por aplicación de fórmulas, por lo que queda excluida.
CONFECCIONES PAZ TORRAS, S.A.	2	BATA QUIRÚRGICA DESECHABLE ESTÉRIL T/M Y T/L	En la documentación técnica aportada presenta una única talla.
		Cada bata, debe incorporar 2 toallas secamanos	En la muestra presentada sólo incorpora una toalla secamanos.
	3	Cada bata, debe incorporar 2 toallas secamanos	En la muestra presentada sólo incorpora una toalla secamanos.
		Gramaje total: mínimo 65gr/m2	En la documentación técnica aportada indica que el gramaje total es de 50gr/m2
		BATA QUIRÚRGICA DESECHABLE ESTÉRIL T/M	En la documentación técnica aportada sólo presenta una única talla descrita como "única muy amplia".

Madrid, a día de la fecha
Secretaria de la Mesa de Contratación,

Firmado digitalmente por: PÉREZ GARCÍA EMILIANA
Fecha: 2021.01.18 15:35

Fdo.: Emiliana Pérez García