

**PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO
DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE BIOPSIA
DE MAMA ASISTIDA POR VACIO, PARA EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO FUNDACION ALCORCON.**

EXP: (PA 21/18)

ÍNDICE

1. OBJETO.....	2
2. DESCRIPCION DEL OBJETO.....	2
3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	5
4. CONDICIONES DE ENTREGA.....	5
5. CAMBIOS DE REFERENCIA	6
6. MUESTRAS	6
7. CADUCIDAD.....	6

1. OBJETO

El objeto del contrato es el suministro de material para realizar biopsia de mama asistida por vacío, para el Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO

Los materiales objeto de contrato y su número de lote son los siguientes:

LOTE	DESCRIPCIÓN PRODUCTO
1	SET DE AGUJA, MARCADOR Y ACCESORIOS PARA BIOPSIA ASISTIDA POR VACÍO POR ESTEREOTAXIA Y ECOGRAFÍA:
2	SET DE AGUJAS Y ACCESORIOS PARA BIOPSIA ASISTIDA POR VACÍO PARA RESONANCIA MAGNÉTICA
3	MARCADOR PARA ECOGRAFÍA
4	MARCADOR PARA ECOGRAFÍA COLOCACIÓN MANUAL
5	ARPÓN DE MAMA

Las cantidades del consumo estimado bienal, se detallan a continuación para cada lote.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LOS MATERIALES A SUMINISTRAR

1. SET DE AGUJA, MARCADOR Y ACCESORIOS PARA BIOPSIA ASISTIDA POR VACÍO POR ESTEREOTAXIA Y ECOGRAFÍA:

- Para punción y extracción de nódulos mamarios con técnicas de estereotaxia y ecografía.
- Compatibles con sistema de vacío propiedad del Hospital
- El set debe incluir aguja con giro automático de 360°, y posibilidad de escoger tipos de tejido.
- Que tenga posibilidad de recogida automática de muestras, así como seleccionar tamaño de las mismas.
- Que tenga también posibilidad de lavado de muestras.
- Marcador visible también por RM y por ecografía
- Que admita el control y manejo con pedal externo y mando con luz en ecografía y resonancia magnética.
- Calibres de 7G, 10G

Lote	Cód SAP	Descripción producto	Consumo estimado bienal uds
1	1.1	3022725 SET AGUJA SIST BIOPSIA 7G ECO MAMA	30
	1.2	3020248 SET AGUJA SIST BIOPSIA 10G ECO/ESTEREOTA	300
	1.3	3025821 GUIA AGUJA SIST BIOPSIA 7G ECO/ESTEREO	20
	1.4	3020249 GUIA AGUJA SIST BIOPSIA 10G ECO/ESTEREOT	300
	1.5	3020250 PAQUETE DE VACIO P/ ECO/ESTEREOTAXIA	240
	1.6	3020252 SET TUBO LAVADO P/ ECO/ESTEREOTAXIA	220
	1.7	3025820 MARCADOR S. BIOPSIA 7G ECO/ESTEREOTAX	50
	1.8	3020253 MARCADOR S. BIOPSIA 10G ECO/ESTEREOTAX	320

2. SET DE AGUJAS Y ACCESORIOS PARA BIOPSIA ASISTIDA POR VACÍO PARA RESONANCIA MAGNÉTICA:

- Para punción y extracción de nódulos mamarios con técnicas de resonancia magnética.
- Compatibles con sistema de vacío propiedad del Hospital
- El set debe incluir aguja con giro automático de 360°, y posibilidad de escoger tipos de tejido.
- Que tenga posibilidad de recogida automática de muestras, así como seleccionar tamaño de las mismas.
- Que tenga también posibilidad de lavado de muestras.
- Marcador visible también por ecografía
- Que admita el control y manejo con pedal externo y mando con luz en ecografía y resonancia magnética.
- Calibres de 7G, 10G
- Que incluya aguja coaxial, trócar y localizador visible por resonancia magnética

Lote	Cód SAP	Descripción producto	Consumo estimado bienal uds
2	2.1	3020651 SET AGUJA SIST BIOPSIA 10G PARA RM	20
	2.2	3020653 MARCADOR S. BIOPSIA 10G PARA RM	30
	2.3	SET AGUJA SIST BIOPSIA 7G PARA RM	5
	2.4	MARCADOR S. BIOPSIA 10G PARA RM	8

3. MARCADOR PARA ECOGRAFÍA

- Visible en ecografía
- Calibres de 18 G
- Core de titanio
- Correcta visualización tras el tratamiento de larga duración (que no se reabsorba en menos en 1 año).

Lote	Cód SAP	Descripción producto	Consumo estimado bienal uds
3	3012402	MARCADOR INTERNO BIOPSIAS TUMOR MAMARIO	300

4. MARCADOR PARA ECOGRAFÍA COLOCACIÓN MANUAL

- Visible en ecografía
- Calibres de 18G - 17 G
- Core de titanio
- Con hidrogel (no-colágeno), con un aumento de su tamaño al colocarlo para evitar desplazamientos y con una correcta visualización tras el tratamiento de larga duración (que no se reabsorba en menos en 1 año).

Lote	Cód SAP	Descripción producto	Consumo estimado bienal uds
4		MARCADOR PARA ECOGRAFÍA COLOCACIÓN MANUAL	80

5. ARPÓN de MAMA

Arpón de mama o aguja de localización de lesiones no reposicionable. De 20G. Fabricada en acero quirúrgico con guía rígida de 10cm de longitud. Cánula y guía con marcas de profundidad. Con clip de fijación para evitar migraciones no deseadas durante el traslado del paciente. No ecogénica.

Lote	Cód SAP	Descripción producto	Consumo estimado bienal uds
5	3004586	ARPON DE MAMA PARA LOCALIZACION	280

4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Las empresas licitadoras deberán ofertar productos que cumplan las especificaciones técnicas mínimas establecidas. El incumplimiento de alguna de dichas especificaciones supondrá la exclusión de la oferta.

En el sobre número 2 "Documentación Técnica" se deberá incluir la relación de los artículos a los que se presenta indicando número de lote, así como la marca, modelo y referencia del producto ofertado.

La referencia que se indique en la oferta técnica corresponderá con la referencia asignada por el fabricante del producto y deberá corresponder a su vez, con la referencia que aparece en el envase exterior de la muestra presentada para su valoración.

Se deberán aportar las fichas técnicas, marcado CE otorgado por un organismo notificado así como toda la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas y dicha información deberá estar en castellano y en soporte papel.

5. CONDICIONES DE ENTREGA

El Hospital se reserva el derecho de solicitar el calibre y la longitud necesaria para la realización de la técnica

Una vez firmado el contrato, el suministro se efectuará previo pedido del Hospital de acuerdo con las necesidades de consumo, comprometiéndose el adjudicatario a servir cada uno de los pedidos tal y como se le demanden. No se admitirán ofertas de los licitadores que exijan un importe mínimo por pedido superior a 1/12 parte del importe anual adjudicado. Si existiera importe mínimo de pedido se hará constar expresamente en la oferta.

El adjudicatario deberá garantizar el servicio con absoluta continuidad durante todo el tiempo de ejecución del contrato, incluidos los periodos vacacionales. En el caso de que sufrieran una rotura de stock en sus almacenes deberán comunicarlo al Hospital, indicando el modo en que van a continuar prestando el servicio. Esta circunstancia no impedirá que el Hospital inicie el procedimiento establecido para resolver esta situación y ejecutar las penalizaciones previstas.

Las entregas se realizarán en el Almacén General del Hospital Universitario Fundación Alcorcón en el plazo y horario indicado en el pedido. Cualquier entrega realizada en un lugar no indicado en el pedido o autorizado por escrito por el responsable del Contrato se entenderá como no efectuada.

6. CAMBIOS DE REFERENCIA

Si durante la vigencia del contrato, se innovaran o mejoraran las características ofertadas del producto, de manera que redunden en una mejora para los pacientes y/o para los profesionales que utilizan el material, se podrán sustituir las referencias ofertadas si no suponen ningún incremento de precio unitario cuando conlleven un interés de uso o utilización, que será valorado y autorizado por escrito por el Responsable del Contrato.

7. MUESTRAS

Para la evaluación técnica del producto es necesario aportar, al menos, 2 unidades por lote y posición al que presenten oferta, en su embalaje original, necesario para poder evaluar también la idoneidad del envase exterior, indicando que son muestras, la referencia interna del suministrador para el producto y el lote al que se presentan. Las referencias de las muestras deberán coincidir con las referencias de la oferta económica. Si hubiera discrepancias entre las referencias de las muestras presentadas y las referencias indicadas en la oferta económica, no se valorará esa oferta.

En caso de ser necesario mas muestras para la correcta valoración del producto, podrán ser solicitadas al licitador durante la fase de la realización del informe técnico

8. CADUCIDAD.

No se admitirá la entrega de productos cuya fecha de caducidad sea inferior a un año a partir de cada recepción parcial del suministro.


CONFORME,


POR EL ADJUDICATARIO:
FECHA Y FIRMA

POR EL HOSPITAL,
FECHA Y FIRMA
16 de febrero de 2018

Fdo.


Fdo. Dr. Modesto Garrido Martín
Director Gerente

 Hospital Universitario
Fundación Alcorcón
SaludMadrid
Director Económico Financiero
y SS.GG.


Fdo. Juan Carlos Alonso Punter
Director Econ.Fin. y SS.GG.