

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE: SUMINISTRO DE TEST RAPIDO DETECCIÓN ANTIGENO STREPTOCOCCO GRUPO A EN EXUDADO FARINGEO O COLONIA AISLADA DE CULTIVO A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.**

#### **CONSIDERACIONES GENERALES:**

1. El material presentará una caducidad mínima de 18 meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
2. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
3. En los supuestos de rotura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata, informando del plazo estimado de normalización del suministro. En ningún caso será superior a tres meses y el proveedor tendrá obligación de sustituir el material objeto del contrato por otro de igual o superior calidad al adjudicado, previa conformidad de la Gerencia.
4. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
5. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
6. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
7. Todas las instrucciones vendrán en castellano.
8. La fecha de caducidad y el lote estarán indicados en el envase general y en el individual del producto.

#### **Normativa general**

9. Todo el material ofertado tendrá marcado CE, de acuerdo con la Directiva 1993/42/CEE, rectificada por la Directiva 2007/47/CE de productos sanitarios.



**RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:**

<b>Almacén PAVONES</b>	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid 913.016.415
<b>Almacén COSLADA</b>	Avda. de Madrid nº 11, C.S. Ciudad San Pablo 28822 - Coslada 916.714.488
<b>Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO</b>	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid 913.352.595
<b>Almacén MAJADAHONDA</b>	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid) 916.026.974
<b>Almacén LEGANÉS</b>	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid) 915.129.311
<b>Almacén ALBERTO PALACIOS</b>	C/ Domingo de Párraga nº 48, C.S. San Andrés 28021 - Madrid 915.059.416



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
Único	200382	TEST RAPIDO DETECCION ANTIGENO STREPTOCOCO GRUPO A EN EXUDADO FARINGEO O COLONIA AISLADA DE CULTIVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Test para detección precoz del streptococo A, que incluya en el envase todos los elementos precisos para su realización. Con excepción de los depresores linguales y el material de protección sanitario.</li> <li>• Alta sensibilidad y especificidad. No inferior al 95% validada por estudio comparativo en laboratorio de al menos 300 casos.</li> <li>• Estable a temperatura ambiente (considerada esta no superior a 30°C)</li> <li>• Los reactivos virarán color cuando se pongan en contacto para validar el proceso</li> <li>• Tiempo de lectura no superior a 5 minutos</li> <li>• Control interno del proceso en cada reactivo</li> <li>• Control externo tanto para positivos, como para negativos</li> <li>• No reacciones cruzadas ante microorganismos más comunes de localización orofaríngea</li> <li>• Lectura de resultados: positivo, negativo y no válidos</li> <li>• Pictograma del proceso</li> <li>• Manual de instrucciones en español con descripción de eliminación de residuos</li> </ul>



**ANEXO II. RELACIÓN DE PRECIOS Y UNIDADES**

Lote	Código	Descripción del lote	Precio neto Lic. (unitario sin IVA)	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote con IVA
Único	200382	TEST RAPIDO DETECCION ANTIGENO STREPTOCOCO GRUPO A EN EXUDADO FARINGEO O COLONIA AISLADA DE CULTIVO	0,650000	152.000	98.800,00 €	20.748,00 €	119.548,00 €

POR EL ADJUDICATARIO

 POR LA ADMINISTRACIÓN:  
 La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales  
 Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011)

Sello y firma:

María Luisa Tello García

